



Arnas Garibaldi
Prot. nr. 0005145 del 01/04/2019
Uscita

Settore Provveditorato ed Economato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di Indagine di mercato per acquisto di sistema di monitoraggio della trasmissione neuromuscolare e relativi consumabili per l'U.O. Anestesia e Rianimazione - P.O. Garibaldi di Nesima dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania

E' intendimento di questa ARNAS avviare indagine di mercato per l'eventuale fornitura del bene di cui in oggetto e dei relativi consumabili avente le caratteristiche dettagliatamente indicate di seguito:

- Dispositivo dedicato al monitoraggio della trasmissione neuromuscolare (TNM) ed al monitoraggio non invasivo della pressione arteriosa (PANI), basato su una cuffia a compressione di rilevazione della pressione arteriosa di tipo NIBP (bracciale), modificata con l'integrazione di una coppia di elettrodi di stimolazione neuromuscolare al suo interno. Le risposte muscolari, evocate dagli impulsi elettrici di stimolazione sul nervo ulnare, devono poter essere misurate ed elaborate in tempo reale dal *device* collegato al bracciale, attraverso la rilevazione dei picchi di pressione nella cuffia a compressione. Il *device* dev'essere costituito da un monitor di dimensioni compatte e da una cuffia a bracciale pluriuso dedicata, disponibile in una serie con diverse taglie paziente.

Si procede alla presente indagine di mercato al fine di verificare se trattasi di bene fornito da un operatore economico specifico, l'esistenza sul mercato di soluzioni che ottemperano in maniera



equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche e se il bene richiesto ed i relativi consumabili sia commerciato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nonché il valore indicativo dell'attrezzatura e dei consumabili.

Si attenzi che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione.

Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, la presente indagine di mercato non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo PEC: provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, Dott.ssa Irma Azzarelli, tel. 095/7594208 – fax 095/7594908.

**Il Responsabile F.F. Settore Provveditorato
(Dott.ssa Ersilia Riggi)**