

Prot. 2812

Catania

24 MAG. 2019

## Settore Provveditorato

### A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

**Oggetto** : Avviso di Indagine di mercato per fornitura di materiale di consumo per interventi di lobectomia polmonare.

E' intendimento di questa ARNAS avviare indagine di mercato per l'eventuale fornitura di materiale di consumo per interventi di lobectomia polmonare.

Si procede alla presente indagine di mercato al fine di verificare se trattasi di bene infungibile fornito da un operatore economico specifico e/o l'esistenza sul mercato di soluzioni che ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche garantendo il soddisfacimento delle esigenze cliniche.

La presente indagine di mercato è, dunque, preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante.

#### Caratteristiche tecniche

Materiale miniaturizzato (stelo corto – 20 cm del diametro di 5 millimetri, utilizzabile attraverso mini – ingressi toracoscopici , con linea di sutura 2,5 cm, lunghezza punto 2 mm ) specificatamente indicato nel trattamento delle malformazioni polmonari nei bambini anche al di sotto dell'anno di età .

- n. 1 confezione da 6 pezzi **“Stapler da 5 millimetri JUST RIGHT”**;
- n. 1 confezione da 12 pezzi **“Ricarica Stapler “**

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione.

Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, la presente indagine di mercato non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Il riscontro, attesa l'urgenza manifestata dal clinico per la programmazione degli interventi , dovrà pervenire entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: [provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:provveditorato@pec.ao-garibaldi.ct.it)

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, Dott.ssa Marletta Olga , tel. 095/7594932 – fax 095/7594908

Il Responsabile dell'istruttoria  
Dott.ssa Olga Marletta

Il Dirigente Responsabile F.F.  
Settore Provveditorato  
(Dott.ssa Ersilia Riggi)

