

Prot. 5/gal 1804 del 04/04/2018

Settore Provveditorato

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto : Avviso di indagine di mercato per l'acquisto di una sega oscillante di precisione e relativi consumabili per l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Garibaldi Centro.

Dovendo acquisire sega oscillante di precisione per le attività di sala operatoria dell'U.O.C. di Ortopedia del P.O. Garibaldi Centro, si procede alla presente indagine di mercato onde conoscere i fornitori disponibili a fornire la suddetta attrezzatura o prodotto equivalente ex art.68 del D.lg.50/2016 e il suo valore di mercato. Qualora si rilevi che trattasi di prodotto esclusivo, la presente è volta anche a verificare l'eventualità che più ditte commercializzano i medesimi strumenti.

Le caratteristiche tecniche sono le seguenti:

sistema a batteria per tagli ossei adatto agli interventi di chirurgia protesica di ginocchio ed anca per taglio di precisione e con rumore e vibrazioni limitati, come di seguito composto:

- Sega di precisione a batteria con lame a stelo non mobile e sola dentatura oscillante;
- Un caricabatteria dotato di sistema diagnostico per il rilevamento del numero di cariche effettuate, durata e stato della batteria;
- N.2 batterie a settiche al litio, non autoclavabili, con microprocessore di controllo, in grado di mantenere una carica ottimale fino a dieci giorni dal termine dell'operazione di ricarica;
- Due contenitori batteria
- Materiale di consumo per una previsione di cinquanta interventi annui.

Si attenzioni che l'indagine di mercato in parola non costituisce invito a presentare offerta né a produrre alcuna documentazione. Pertanto, avendo esclusivamente fini esplorativi, non impegna in alcun modo questa Amministrazione che potrà non dar seguito ad alcuna procedura di gara né ad affidamento.

Le ditte interessate devono solo fornire indicazioni sul valore di mercato dei macchinari da acquistare.

Le ditte potranno comunicare, se ritenuto opportuno, eventuali osservazioni in merito alle specifiche tecniche sopraindicate al fine di consentire a questa Azienda eventuale rivisitazione del capitolato tecnico.

Il riscontro dovrà pervenire entro e non oltre 8 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito web dell'ARNAS Garibaldi ed esclusivamente all'indirizzo Pec: e.riggi@pec.ao-garibaldi.ct.it

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet aziendale per consentire a tutte le Ditte interessate di potere esternare relativamente ai precitati profili.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ersilia Riggi.

Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Provveditorato, sig.ra Domenica Galvagno, tel. 095/7594147 – fax 095/7594908.

Il Responsabile F.F. del Settore Provveditorato
Dott.ssa Ersilia Riggi

