



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
GARIBALDI
Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 38

Oggetto: Indizione gara sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di un "pensile DR" chiavi in mano per U.O.C. Ortopedia P.O. Garibaldi Centro

| | |
|--|---|
| <p>SETTORE PROVVEDITORATO</p> <p>Bilancio 2018 Sub aggregato di spesa <u>C.E. 01002000400</u></p> <p>Reg.to al n. Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato sub-aggregato è sufficiente a coprire la spesa prevista dal presente atto. Per l'Ufficio Riscontro..... Il Responsabile del Settore</p> | <p>Seduta del giorno <u>02 OTT. 2018</u></p> <p>Nei locali della sede legale dell'Azienda Piazza S.M.di Gesù, 5 Catania</p> <p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott. Giorgio Giulio Santonocito</p> <p>Nominato con Decreto Assessoriale n. 1664 del 20/09/2018 ai sensi dell'art. 20 c. 3 della L.R. n. 5/2009 e s.m.i. e dell'art. 2 c. 2 del D.lgs. 171/2016 e s.m.i.</p> |
| <p>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO Visto: Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore e si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget Li..... L' addetto alla verifica della compatibilità economica</p> | <p>Con la presenza del: Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Annino</p> <p>e del</p> |
| <p>Lista di liquidazione n°</p> <p>Il Dirigente Responsabile del Settore Economico Finanziario e Patrimoniale (Dott. Gianluca Roccella)</p> | <p>Con l'assistenza, quale Segretario del Dott. Francesco Giovanni Marangia</p> |
| <p>Settore Provveditorato</p> <p>Il Responsabile dell'istruttoria (Sig. Raimondo Vinci) </p> <p>Il Responsabile del procedimento Il Dirigente Responsabile c/o Settore Provveditorato (Dott.ssa Ersilia Rogni) </p> | <p>ha adottato la seguente deliberazione</p> |

Premesso che il Dirigente Responsabile del Settore Tecnico con nota prot. 3749 del 14/06/2018 ha trasmesso una richiesta di acquisto, prot. RC n. 89/2018 del 06/06/2018, proveniente dal Direttore U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del P.O. Garibaldi Centro per l'acquisto di un **"Pensile DR"** in sostituzione dell' attrezzatura attuale obsoleta;

Preso atto che in data 03/07/2018 è stata avviata un'indagine di mercato al fine di garantire la massima trasparenza e competizione;

Visto il Capitolato tecnico di cui alla nota prot. 4761 del 28/08/2018 contenente le caratteristiche dell'attrezzatura richiesta e la relativa griglia di valutazione tecnica a cura del Direttore dell'U.O.C. Diagnostica per Immagini che consente di avviare gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , comma 2;

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26 comma 1 della legge 488/1999 aventi per oggetto prodotti comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti previsti e per gli effetti del Dlgs 50/2016 art.36 comma 2 let. B;

Rilevato che i beni oggetto della gara sono reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette di espletare gare per acquisti di beni e servizi sotto soglia;

Preso atto che la gara verrà espletata in lotto unico e indivisibile come specificato nella Lettera Invito/Capitolato allegata al presente atto;

Che il prezzo a base d'asta dell'attrezzatura è stato indicato dal Sanitario in € 190.000 oltre I.V.A. e pertanto inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

Che, pertanto, è necessario approvare i seguenti documenti di gara parte integrante del presente atto:

✓ Lettera invito / capitolato con tabella valutazione qualità;

Che si ritiene di potere individuare e nominare RUP della presente procedura di gara la Dott.ssa Riggi Ersilia Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f.;

Su proposta del Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f. che attesta la regolarità sia formale che sostanziale del presente atto;

Sentito il parere del Direttore Amministrativo

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

Autorizzare l'indizione gara sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per l'acquisto di **Pensile DR PER. U.O.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. P.O. Garibaldi Centro** , in lotto unico ed indivisibile, come da Lettera Invito/Capitolato allegata al presente atto;

Stabilire di aggiudicare la fornitura in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , comma 2, per singolo lotto anche in presenza di una sola offerta valida;

Approvare i seguenti documenti di gara:

✓ Lettera invito / capitolato con tabella valutazione qualità;

Disporre l'estrazione del CIG di gara dalla procedura informatica SIMOG da assegnare alla presente procedura di gara;

Che si ritiene di potere individuare e nominare RUP della presente procedura di gara la Dott.ssa Riggi Ersilia Capo Settore Provveditorato ed Economato f.f.;

Dare atto che, ai sensi del combinato disposto degli art. 102 comma 6 e n. 113 del D.Lgs n. 50/2016, il presente provvedimento contribuirà agli incentivi per funzioni tecniche secondo il regolamento che dovrà essere adottato ai sensi dell'art. 113 comma 3 del sopracitato decreto e conforme alle linee guida adottate con Decreto Presidenziale 30/05/2018, n. 14, pubblicato nella gazzetta ufficiale regione Sicilia, Parte I n. 33 del 03/08/2018;

Imputare la complessiva somma di € 213.800 IVA inclusa necessaria a far fronte all'onere economico derivante dal presente atto, sul conto 01002000400 "Attrezzature Sanitarie" autorizzazione di spesa 121 sub 1;


Il Commissario Straordinario
(Dott. Giorgio Giulio Santonocito



Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Segretario
(Dott. Francesco Giovanni Marangia)



Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'albo dell'Azienda, il giorno
e per i successivi 15 giorni

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____, ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n. 30/93,
e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania, _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale alla Sanità il _____ prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n. _____ del _____

OVVERO

B) Per decorrenza del termine

Il Funzionario Responsabile



Prot. 5/Vin
Settore: *Provveditorato ed Economato*
TEL. 095/7592128 FAX: 095/7594908

ALLE DITTE

LETTERA INVITO/CAPITOLATO

OGGETTO: GARA ON-LINE (MePA) per la fornitura di una apparecchiatura **PENSILE DR** per l'U.O.C. di Ortopedia P.O. Garibaldi Centro.

Ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, comma 2, Codesta Ditta è invitata a presentare, senza alcun impegno per questa ARNAS Garibaldi, la propria offerta per Gara on-line (MePA) per la quale si fornisce il capitolato tecnico, per la fornitura chiavi in mano di una apparecchiatura "PENSILE DR" per l'U.O.C. di Ortopedia P.O. Garibaldi Centro.

IMPORTO BASE D'ASTA € 190.000 + I.V.A.

Tutti i prodotti forniti devono essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione.

In uno alla presente si fornisce la **tabella valutazione qualità** che, oltre al **capitolato tecnico**, la Commissione tecnica che verrà all'uopo nominata, utilizzerà per fornire il punteggio relativo.

A tal fine le ditte dovranno fornire un riepilogo descrittivo dei loro prodotti in relazione alla scheda di valutazione o indicare sulle schede tecniche il punto relativo in cui trovare le caratteristiche tecniche soggette a valutazione.

La Ditta concorrente dovrà far pervenire:

A)

- 1) **Lettera Invito /Capitolato** (firmata digitalmente)
- 2) **Ricevuta** del versamento ANAC € 20.00,00
- 3) **Copia offerta senza prezzi** riproduzione dell'offerta, senza l'indicazione dei prezzi o di altro riferimento di ordine economico, pena l'esclusione dalla gara, cosicché sia possibile evincere in modo esplicito gli articoli offerti.
- 4) **Documentazione tecnica:** dovrà contenere una **relazione tecnica descrittiva dei dispositivi offerti nonché deplianti illustrativi e Schede tecniche, in lingua italiana**, redatti esclusivamente dalla ditta produttrice del prodotto proposto o dal distributore nazionale o dall'importatore (al fine della identificazione dello status della ditta concorrente verrà presa in considerazione la qualità evidenziata nella apposita dichiarazione) dai quali ricavare le caratteristiche dei prodotti offerti. Nelle

predette documentazioni devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto.

In particolare dalla documentazione tecnica dovranno risultare le seguenti informazioni:

- a) descrizione tecnica dei dispositivi;
- b) codice assegnato dal produttore con il nome dell'Impresa produttrice e paese d'origine, eventuale codice assegnato successivamente dal rivenditore con nome e paese d'origine di quest'ultimo;
- c) CND e numero di repertorio
- d) certificazione del possesso del marchio CE con indicazione, dove previsto, dell'organismo notificato che ha rilasciato la certificazione;

Non verranno prese in considerazione schede tecniche redatte dalla ditta concorrente nel caso in cui la stessa:

1. risulti essere solo rivenditore dei prodotti offerti;
2. non risulti essere ditta produttrice del prodotto proposto o distributore nazionale o importatore

Le stesse ditte potranno predisporre eventuali traduzioni dei depliant e/o schede tecniche.

La Commissione valuterà soltanto quanto rilevato nelle schede tecniche redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione – al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica - del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valutabili con diretto riflesso sul giudizio tecnico da esprimere in quanto non costituirà obbligo per la Commissione la ricerca della voce cui potrebbe riferirsi il prodotto offerto dalla ditta.

Non saranno valutate schede tecniche o depliant recanti:

- correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva;
- dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva .

Non costituirà obbligo per la Commissione la effettuazione di valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" e pertanto i prodotti per i quali non sarà possibile risalire con esattezza – sulla base delle informazioni fornite dalla ditta concorrente - ai dati richiesti in capitolato tecnico saranno dichiarati "Non Valutabili".

Le schede tecniche dei prodotti offerti dovranno consentire di risalire ai medesimi codici indicati nell'offerta. Nel caso in cui il codice indicato nella copia dell'offerta con e senza prezzi dovesse risultare inesistente ovvero diverso da quello del depliant o scheda tecnica il prodotto offerto verrà giudicato "NON VALUTABILE".

La non valutabilità e la non conformità comporteranno l'esclusione della Ditta dalla partecipazione alla fase di aggiudicazione provvisoria.

Il mancato possesso delle caratteristiche tecniche di cui alla presente lettera invito e Capitolato Tecnico comporterà l'esclusione della Ditta dalla presente procedura di gara.

Non sono ammesse offerte condizionate od espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta.

Non saranno prese in considerazione eventuali offerte alternative per lo stesso prodotto.

I prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE

(dispositivi medici recepiti con D. Lgs. 24 Febbraio 1997 n° 46 e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto delle norme in ordine a confezionamento, etichettatura e tipo di materiale).

L'Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, effettuate le opportune valutazioni e previa motivazione, di non procedere ad alcuno affidamento nei confronti di Ditte oggetto di contestazioni, inadempimenti e/o contenziosi.

Riguardo al DUVRI si fa presente che i costi da interferenze sono pari a zero e che lo stesso è depositato agli atti dell'U.O. Provveditorato; verrà sottoposto alla Ditta che risulterà aggiudicataria per essere sottoscritto.

Al momento dell'installazione la ditta aggiudicataria dovrà farsi carico di ogni onere relativo al ritiro/dismissione di eventuale attrezzatura analoga di proprietà dell'ARNAS in fuoriuso.

B) REQUISITI DEI PRODOTTI DA ACQUISTARE

Le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti devono corrispondere a quelle indicate tuttavia qualora sussistano specifiche tecniche peculiari, tali debbono intendersi o equivalenti ai sensi dell'art.69 del D.Leg.vo n.50/2016.

Le ditte partecipanti dovranno allegare alla proposta di offerta, **pena esclusione**, scheda tecnica e depliant del prodotto offerto in lingua italiana, da inviare digitalmente con i contenuti di cui al p. 5) sopra indicati.

C) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PRESCRIZIONI

La fornitura verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta **economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, comma 2 e s.m.i. con il metodo aggregativo compensatore, in base ai successivi parametri/qualità prezzo.

Per la nomina della Commissione aggiudicatrice questa stazione appaltante si avvarrà della facoltà di cui all'ultimo capoverso dell'art. 77 D.Lgs 50/10 comma 3, ciò nel rispetto dei limiti temporali di cui al successivo comma 12 e art. 216 comma 12 medesimo Decreto.

Per la valutazione delle offerte, ciascuno per ogni lotto in gara, la Commissione giudicatrice avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:

70 punti alla parte tecnica e 30 punti alla parte economica. Il punteggio totale attribuito alle singole offerte sarà espresso in centesimi, arrotondato fino alla terza cifra decimale.

D) VALUTAZIONE DEI REQUISITI DELL'OFFERTA

Le componenti della valutazione dell'offerta tecnica sono riferite ai requisiti tecnici di seguito elencati, per ciascuno dei quali è indicato il punteggio massimo totale o sub-totale attribuibile, con una somma massima complessiva pari a 70 punti assegnabili.

PARTE TECNICA-(elementi qualitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta tecnica: peso massimo 70 punti

Il punteggio sarà attribuito in base ai seguenti parametri di valutazione

Il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è il metodo aggregativo-compensatore (all. B.D.P.R. N554/99) con la seguente formula:

$C(a):S_n[Wi*V(a)_i]$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta(a)

n =numero totale dei requisiti

Wi =peso o punteggio attribuito al requisito(i)

$V(a)_i$ =coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

S_n =sommatoria

A tal fine si precisa che:

Per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti $V(a)_i$ saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (con esplicita motivazione della preferenza effettuata) secondo la modalità **della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ad ogni offerta**, tali punteggi potranno essere espressi con un arrotondamento alla seconda cifra decimale più significativo;

N.B: La commissione potrà richiedere, al fine di provvedere alla migliore valutazione delle attrezzature offerte, una prova pratica in Azienda o ,qualora fosse presente in altre Aziende del Territorio della sicilia orientale, presso tali aziende

PARTE ECONOMICA (elementi quantitativi)

Parametri di valutazione dell'offerta economica: sul prezzo offerto a base d'asta peso massimo 30 punti

Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa ("Prezzo"), sarà applicato il metodo "**concava alla migliore offerta interdependente**" come previsto sul MEPA con coefficiente " **$\alpha = 0.3$** "

L'aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che avrà riportato, ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il punteggio più alto ottenuto dalla sommatoria tra punteggio scheda valutazione qualità e punteggio offerta economica.

E' facoltà dell' ARNAS Garibaldi di Catania, a suo insindacabile giudizio:

a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art.69 D. R. n°827/1924);

b) di non far luogo ad alcuna aggiudicazione;

c) di aumentare o diminuire la quantità della merce, fermo restando che qualunque ordinazione della merce stessa è subordinata alle reali esigenze dell'ARNAS Garibaldi (nel rispetto del limite legale di cui all'art. 106 L.50/16).

E) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione, ancorché definitiva, è condizionata

1) dalla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia; o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32

quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero alla regolare posizione Equitalia, nonché al rispetto puntuale della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ed in materia previdenziale.

2) all'obbligo della Ditta aggiudicataria di comunicare il numero di Conto bancario o postale "dedicato/i" anche non in via esclusiva all'appalto in cui dovranno confluire tutte le somme relative all'appalto di che trattasi, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.10.2010 n. 136, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo/gli stesso/i e a comunicare tempestivamente, eventuali modifiche relativi ai dati trasmessi, giusto art. 3 L.136/2010;

3) alla costituzione del deposito cauzionale determinato in ragione del 10% (e/o aumentato dei punti percentuali di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016) dell'ammontare della fornitura aggiudicata, che dovrà avere durata non inferiore al periodo di validità della presente procedura , in una delle seguenti forme:

- numerario da versare al Tesoriere dell' ARNAS Garibaldi;
- titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa;
- fidejussione bancaria o di altri istituti o aziende autorizzate;
- assegno circolare non trasferibile emesso da Istituti di credito ufficialmente riconosciuti, intestato all'ARNAS Garibaldi di Catania

Nel caso la ditta aggiudicataria presti cauzione mediante fidejussione il testo delle condizioni della fidejussione deve contenere, fra l' altro, la seguente clausola: " . . .la banca o la società assicuratrice. . . sottoscritta dichiara di prestare la seguente fidejussione con esplicita rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione - art. 1944 del codice civile - nei riguardi della Ditta obbligata;
- ad avvalersi delle condizioni contenute nel primo comma dell ' art. 1957 del codice civile. . . "

Il deposito cauzionale dovrà pervenire all'ARNAS Garibaldi appaltante entro giorni 10 della ricezione della comunicazione di aggiudicazione provvisoria. In mancanza si procederà alla risoluzione contrattuale e all'acquisto in danno della ditta inadempiente.

4) all' adozione del provvedimento definitivo di aggiudicazione da parte dell'ARNAS Garibaldi di Catania.

F) TEMPI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il contratto sarà stipulato per mezzo di corrispondenza art. 32 comma 14 D.Lgs 50/2016

GARANZIA E MANUTENZIONE

Tutti i prodotti si intenderanno garantiti **full risk**, per i difetti di fabbricazione o derivanti dal trasporto, per un periodo di almeno 24 mesi a decorrere dalla data della effettuazione

del collaudo avente esito positivo.

L'intervento in garanzia previsto per le attrezzature va effettuato a totale carico della ditta nello stesso luogo ove il prodotto è stato consegnato ed assegnato.

Nel caso necessiti che sia spedita al rivenditore per la riparazione o sostituzione, la spesa di spedizione sarà a totale carico di quest'ultimo. Il fornitore manterrà in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature oggetto della fornitura, provvedendo a fornire per ciascuna di esse e su richiesta dell'Amministrazione, l'assistenza tecnica, quindi porrà in essere ogni attività necessaria per il funzionamento e per la risoluzione dei malfunzionamenti per un periodo di 36 mesi a decorrere dalla data di collaudo positivo.

Il fornitore è obbligato ad eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura entro il termine perentorio di **48 (quarantotto)** ore solari successive alla chiamata.

Le ditte partecipanti dovranno indicare il costo annuo previsto per la manutenzione/assistenza tecnica dopo il periodo di garanzia.

La consegna del prodotto dovrà avvenire entro il termine indicato nella lettera/ordinativo di fornitura -15 giorni- che potrà anche essere, in ragione dell'urgenza, soggetto a riduzione ad insindacabile giudizio dell'ARNAS Garibaldi di Catania

Per quanto non previsto nel presente capitolato si applicano le disposizioni vigenti che regolano la materia.

G) ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROLLO DELLA MERCE

1) Nessun ritardo, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna dei prodotti ordinati. In caso di mancato puntuale svolgimento, totale o parziale, l'Azienda a suo insindacabile giudizio applicherà a carico del fornitore una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'importo aggiudicato, giusti artt. 298 e 145 del DPR 5/10/2010 n. 207.

Qualora la superiore inadempienza totale o parziale si sia verificata più di una volta, l'Azienda ha facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso di dieci giorni, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando l'intero deposito cauzionale, salvo il diritto di risarcimento di maggiori danni senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Riguardo alla eventuale certificazione ISO, ai marchi di certificazione e quant'altro afferisce alla sicurezza degli utilizzatori (conformità alle normative CEI) si fa riferimento alle norme specifiche di cui al capitolato d'oneri, se previste.

2) Tutte le pratiche per la regolare e completa osservanza delle leggi, dei regolamenti sanitari e delle disposizioni che disciplinano la vendita della merce oggetto della fornitura dovranno essere esperite dal fornitore, il quale ne risponde in proprio sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità.

3) Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le licenze, le certificazioni, le dichiarazioni e quant'altro previsto dalle norme vigenti, nonché le eventuali autorizzazioni (preventive e successive) relative alla fornitura del servizio aggiudicato.

Oltre a tutti gli obblighi specificatamente indicati nei diversi articoli della presente lettera invito sono a carico della ditta aggiudicataria, senza oneri aggiuntivi per questa ARNAS Garibaldi:

spedizione, trasporto ed imballaggio; facchinaggio, consegna, visure, installazione, montaggio, tarature, application, collaudo in contraddittorio con il Servizio di ingegneria clinica aziendale, interventi in garanzia ed ogni altra spesa accessoria inerente la fornitura

di che trattasi.

La ditta è totalmente responsabile di eventuali danni imputabili al trasporto.

4) La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l'Arnas Garibaldi di Catania per quanto riguarda il controllo degli stessi.

5) Qualora al collaudo risulti che i prodotti consegnati non corrispondono ai requisiti contrattuali, il responsabile della struttura sanitaria di riferimento procederà alla contestazione diretta alla Ditta aggiudicataria. In tal caso, è facoltà dell'ARNAS Garibaldi di chiedere la sostituzione dei prodotti, entro breve termine fissato a suo insindacabile giudizio, e di applicare, eventuale penale di cui al superiore punto 1).

L'assenza della ditta fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di controllo/collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui si perverrà.

La regolarità delle operazioni su indicate nonché l'accettazione con presa in carico dei prodotti, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti o, comunque non emersi al momento del controllo.

6) La mancata sostituzione del prodotto da parte del fornitore nel termine fissato dall'ARNAS Garibaldi di Catania sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Azienda avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito al presente punto 1.

7) Il prodotto non accettato resta a disposizione del fornitore ed a suo rischio e pericolo, egli dovrà ritirarlo senza indugio; è a carico del fornitore ogni danno relativo al deterioramento dello stesso nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna sia per il relativo ritiro.

8) Qualora la non corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali sia contestata più di una volta, l'Azienda appaltante ha facoltà di agire ai sensi del precedente punto 1.

9) E' vietata qualsiasi cessione o sub-appalto della fornitura sotto pena di perdita della cauzione, di risoluzione del contratto e di risarcimento di ogni conseguente danno, fatte salve le disposizioni in materia di subappalto previste dall'art. 174 Del D.Lgs. 50/2016;

10) Ai sensi dell'art. 106 del codice degli appalti le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto devono essere notificate all'Amministrazione appaltante e sono efficaci e opponibili solo qualora la stessa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Nella fattispecie, l'eventuale cessione dei crediti dell'aggiudicatario nascenti dall'esecuzione della presente fornitura (o la loro concessione a società di factoring) non saranno efficaci per questa ARNAS se non da questa espressamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Direttore del SETTORE ECO/FIN e Patrimonio dell'Azienda, di copia autentica del relativo atto debitamente notificato.

Per quanto non espressamente dettagliato nel presente articolo si richiamano le ulteriori disposizioni normative di cui al citato art. 106 in raccordo con quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29.2009.

11) L'impegno della fornitura si intenderà risolto in caso di fallimento, anche se seguito da concordato preventivo, della ditta aggiudicataria.

12) In caso di morte del titolare della ditta aggiudicataria l'Arnas Garibaldi potrà consentire la prosecuzione della fornitura da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare, con semplice provvedimento amministrativo, risolto l'impegno della fornitura.

13) Si dichiara, per atto espressamente convenuto, che la decisione di tutte le penalità e le sanzioni previste nella presente richiesta saranno prese con semplice provvedimento amministrativo dell'ARNAS Garibaldi di Catania senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia del Magistrato.

14) L'ARNAS Garibaldi di Catania si riserva la facoltà di RECEDERE DAL CONTRATTO, previo preavviso di 10 giorni, senza che l'impresa aggiudicatrice possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara, con la sottoscrizione del presente capitolato, di rinunciare nei seguenti casi:

- **In qualsiasi momento per suo motivato e insindacabile giudizio;**
- In qualsiasi momento del contratto in applicazione della normativa vigente antimafia e qualora i controlli ai sensi del **decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159** relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;
- Qualora il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (legge regionale n. 15/2008 art. 2 comma 2 e Direttiva n. 847/DRT del 06/08/2013 Assessorato della Salute).
- In mancanza di comunicazione da parte dell'aggiudicatario di un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti faranno confluire le somme relative all'appalto e dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.
- Qualora la ditta non presti il deposito cauzionale nei termini previsti dopo l'aggiudicazione provvisoria.
- mancata presentazione entro i termini della documentazione richiesta ai fini della formalizzazione del contratto;
- fornitura di prodotti qualitativamente insoddisfacenti, il cui uso abbia avuto ripercussioni sulla normale attività dell' Azienda Ospedaliera Garibaldi;
- nel caso di cessione del credito o subappalto non autorizzati da questa Azienda;
- nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce; la mancata sostituzione della merce equivale a mancata consegna.
- quando l'Azienda Garibaldi dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, la ditta aggiudicataria non vi abbia provveduto o provvedendo anche la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
- attrezzature non conformi o inidonee;
- Presenza di eventuali vizi occulti.

H) La liquidazione della fornitura eseguita è subordinata:

- a) alla presentazione di regolare fattura;
- b) all'espletamento delle operazioni di collaudo favorevole;

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a)** luogo di consegna della merce; **b)** protocollo e data dell'ordinativo;
- L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce ,senza possibilità di reclamo da parte della ditta.
E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare l'originale della bolla di consegna (DDT) presso l'U.O. interessata e la fattura presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda.

Il pagamento della fattura avverrà entro i 60 gg. dal ricevimento della fattura, ai sensi della normativa vigente

Eventuali contestazioni interrompono il termine superiormente indicato.

Per tutto quanto non previsto dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa

comunitaria, nazionale e regionale in materia di appalti per la fornitura di beni.

I) - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente esclusivamente il Foro di Catania. E esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non specificatamente precisato nella presente lettera invito valgono i regolamenti aziendali e le norme di legge e regolamenti vigenti in materia di amministrazione di patrimonio e contabilità di Stato.

F.to Il Dirigente Responsabile
Settore Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Ersilia Riggi

CARATTERISTICHE TECNICHE PENSILE DR

CONTENUTO MINIMO

- *Stativo pensile*
- *Barella mobile*
- *Teleradiografo orientabile*
- *Generatore ad alta frequenza*
- *Tubo radiogeno ad alta velocità*
- *Stazione di acquisizione*
- *n.1 flat panel wireless*
- *n.1 flat panel fisso.*

CONTENUTO OPZIONALE

STATIVO PENSILE

- Stativo pensile totalmente integrato in grado di tutti i movimenti sui tre assi e rotazione del tubo radiogeno;
- Funzione che garantisca l'allineamento costante tra tubo e recettore d'immagine;
- Funzione di posizionamento che garantisca una movimentazione rapida;
- Movimento longitudinale non inferiore a 3000 mm;
- Movimento trasversale non inferiore a 2000 mm;
- Movimento verticale non inferiore a 1500 mm;
- Rotazione del tubo attorno all'asse verticale ed orizzontale non inferiore di 300°;
- Interfaccia sulla cuffia radiogena con display di dimensioni non inferiori a 8" che consenta la visualizzazione almeno della scheda paziente, dell'angolo di rotazione del tubo, auto-allineamento, dimensione area collimata, DFF, distanza focale griglia e parametri espositivi;
- Collimatore automatico.

BARELLA MOBILE

- Tavolo elevabile con altezza minima da terra non superiore a 80 cm;
- Carico massimo paziente non inferiore a 120 kg;
- Filtrazione ≤ 1.0 mm Al eq.;
- Lunghezza superficie radiotrasparente non inferiore a 190 cm.

TELERADIOGRAFO

- Stativo teleradiografo con supporto orientabile;
- Movimento verticale motorizzato con ampia corsa verticale non inferiore a 150 cm;
- Presenza preferibilmente di movimento basculante;
- Movimento di rotazione del potter;
- Preferibile la presenza di funzione di inseguimento dello stativo teleradiografo con lo stativo pensile;
- Distanza pelle-recettore nel bucky non superiore a 60 mm;
- Griglia antidiffusione.

GENERATORE

- Ad alta frequenza e gestione a microprocessore per radiografia;
- Potenza non inferiore a 50 kW;
- Range minimo di tensione da 50-150 kV;
- Frequenza di raddrizzamento inverter almeno 100 kHz;
- Corrente massima grafia non inferiore a 800 mA;
- Tecniche anatomiche programmabili non inferiori a 500 ;
- Presenza di sicurezze e di visualizzazione del carico termico;
- Dispositivo dose/area integrato nel sistema con memorizzazione e documentazione (d.Lgs 187/2000);
- Esposimetro automatico.

TUBO RADIOGENO

- Anodo rotante ad almeno 9.000 giri/min.;
- Elevata capacità termica non inferiore a 300 kWh;
- Doppia macchia focale con fuochi non superiori a 0.6/1.2 mm.

STAZIONE DI ACQUISIZIONE e FLAT PANEL WIRELESS

- Area utile non inferiore a 35x43 cm;
- Tecnologia allo Ioduro di Cesio;
- Matrice almeno 2800 x 3000 con conversione a 14 bit;
- Carico massimo superiore a 130 kg;
- Autonomia batterie superiore a 3 ore a pieno regime;
- Almeno presenti i protocolli DICOM: Print, Store, Worklist;
- Totale integrazione RIS/PACS Dicom 3.0;
- Tempo immagine finale entro 20 sec.;
- Monitor 19" LCD;
- Hard Disk da almeno 500 GB;
- Dimensione del pixel inferiore a 140 micron.

FLAT PANEL FISSO

- Area utile non inferiore a 42 x 42 cm;
- Tecnologia allo Ioduro di Cesio;
- Matrice almeno 2500 x 2500 con conversione a 14 bit;
- Almeno presenti i protocolli DICOM: Print, Store, Worklist;
- Totale integrazione RIS/PACS Dicom 3.0;
- Tempo immagine finale entro 15 sec.;
- Dimensione del pixel inferiore a 160 micron.

FUNZIONALITA' AGGIUNTIVE

- Indicare e specificare dettagliatamente tutte le funzionalità aggiuntive, software e/o protocolli che verranno forniti in dotazione al sistema stesso (risulta inteso che tutte le funzionalità di base dovranno essere garantite in piena rispondenza con il presente capitolato tecnico). La totale carenza di funzionalità aggiuntive non comporterà l'esclusione del concorrente ma l'attribuzione di un punteggio tecnico pari a 0 nel sotto-criterio di riferimento.

GARANZIA

- Non inferiore a 12 mesi full risk.

ASSISTENZA TECNICA

- Specificare il numero di tecnici in regione disponibili e qualificati per l'assistenza tecnica (alla data di presentazione delle offerte);
- Specificare le modalità di intervento tecnico (tempi di intervento, giorni/settimana in cui è garantito l'intervento, giorni/anno in cui è garantito l'intervento, sede operativa più vicina);
- Specificare il programma di manutenzione per il periodo di garanzia (Numero di visite programmate di manutenzione ordinaria, servizi erogati durante la manutenzione ordinaria).

Criterio di valutazione tecnica (70/100)


| Descrizione | Criterio |
|--|--------------|
| Stativo pensile | 13 punti max |
| Barella mobile | 3 punti max |
| Teleradiografo | 6 punti max |
| Generatore | 5 punti max |
| Tubo radiogeno | 3 punti max |
| Stazione di acquisizione e flat panel wireless | 11 punti max |
| Stazione di acquisizione e flat panel fisso | 7 punti max |
| Funzionalità aggiuntive | 8 punti max |
| Garanzia | 5 punti max |
| Assistenza tecnica | 9 punti max |

GRIGLIA TECNICA PER CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE:

RICHIESTA

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

| | |
|---|-----------|
| • Stativo pensile con tutti i movimenti sui tre assi e del tubo radiogeno motorizzati | 4 punti |
| • Funzione di posizionamento automatica del pensile | 2 punti |
| • Altezza minima del suolo del pensile compatto > 150 e 170 cm | 0,5 punti |
| • Altezza minima del suolo del pensile normale > 175 cm | 1 punto |
| • Interfaccia touch screen sulla cuffia radiogena del pensile | 2 punti |
| • Presenza di funzione stitching automatico e motorizzato | 4 punti |
| <hr/> | |
| • Altezza minima del suolo della barella mobile < 80 cm | 0,5 punti |
| • Altezza minima del suolo della barella mobile > 75 cm | 1 punto |
| <hr/> | |
| • Lunghezza della superficie radiotrasparente della barella mobile > 190 cm | 0,5 punti |
| • Filtrazione materiale della barella mobile < 1.0 mm Al eq. | 0,5 punti |
| <hr/> | |
| • Movimento basculante motorizzato del supporto recettore teleradiografo | 1 punto |
| • Movimento di rotazione del potter del teleradiografo motorizzato | 2 punti |
| • Movimento verticale del teleradiografo con corsa > 150 cm | 0,5 punti |
| • Movimento orizzontale del teleradiografo con corsa > 110 cm | 1 punto |
| <hr/> | |
| • Presenza di funzione di inseguimento automatico pensile teleradiografo | 1 punto |
| <hr/> | |
| • Potenza massima del generatore max > 65 kW | 1 punto |
| • Potenza massima del generatore max > 80 kW | 2 punti |
| <hr/> | |
| • Tubo radiogeno ad anodo rotante con velocità > 9.000 giri/min. | 1 punto |
| • Capacità termica del tubo radiogeno > = 400 kWh | 1 punto |
| • Tubo radiogeno con macchia focale grande < = 1.0 mm | 1 punto |
| <hr/> | |
| <hr/> | |
| • Carico massimo sul flat panel WiFi > = 150 kg | 1 punto |
| • Autonomia batterie a pieno regime del flat panel WiFi > = 4 h | 1 punto |
| • Presenza di protocollo DICOM MPPS | 1 punto |
| • Presenza di protocollo DICOM MEDIA DEVICE CD-DVD | 1 punto |
| • Tempo acquisizione immagine finale < = 15 sec. | 1 punto |
| • Dimensione del pixel del flat panel WiFi < = 110 micron | 1 punto |
| • Dimensione del pixel del flat panel WiFi < = 100 micron | 1 punto |

- 
- Presenza di protocollo DICOM MPPS 1 punto
 - Presenza di protocollo DICOM MEDIA DEVICE CD-DVD 1 punto
 - Tempo acquisizione immagine finale ≤ 5 sec. 1 punto
 - Dimensione del pixel < 150 micron 1 punto
-

- Presenza di **funzionalità aggiuntiva** a doppia energia "Dual-Energy" 8 punti
-

- **Garanzia** ≥ 24 mesi 5 punti
-

