



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA

Prot. Provv. n. 8933 del 21 NOV. 2022

Oggetto: Procedura Telematica aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura in "service", chiavi in mano di "strumentazioni elettromedicali di chimica clinica ed immunochimica, ematologia, coagulazione (I° e II° livello), ves e funzionalita' piastrinica, con relativi accessori, consumabili ed analiti nessuno escluso, per 60 mesi, per l'UOC di Patologia Clinica e Biologia Molecolare presso il PO Garibaldi Centro, l'UOS di Patologia Clinica PO Garibaldi di Nesima", UOC Immunotrasfusionale - articolata in n. 6 lotti unici ed indivisibili – CIG vari.

RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI

- **Richiesta chiarimenti n. 36 (rif. N. 58 della piattaforma)** (Dettaglio comunicazione del 16/11/2022 alle ore 07:59 – registrata al protocollo del Settore provveditorato n. 8768 del 16/11/2022):

36.1. Domanda

LOTTO N. 3 - Coagulazione di I° Livello Griglia di valutazione della qualità - Caratteristiche tecniche e qualitative dei reagenti del Capitolato Tecnico pag.33. Si chiede in merito alle caratteristiche tecniche e qualitative dei reagenti "Numero di reagenti pronti all'uso." di confermare che la richiesta di reagenti pronti all'uso sia da riferirsi alla somma dei test dei cinque parametri più richiesti (PT, APTT, Fibrinogeno, Antitrombina, D-Dimero), tenendo conto del mantenimento "on board" dei reattivi una volta in uso, come da richiesta di minima.

- **Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 36.1:**

Si chiarisce che il quesito fa riferimento al sub-criterio 2.1 di cui al paragrafo 5.3.5 è di tipo proporzionale diretto, la cui caratterizzazione è correttamente definita al paragrafo 6.3 del capitolato tecnico.

36.2. Domanda

LOTTO N. 3 - Coagulazione di I° Livello Griglia di valutazione della qualità - Caratteristiche tecniche e qualitative dei reagenti del Capitolato Tecnico pag.33 Si chiede in merito alle caratteristiche tecniche e qualitative dei reagenti "Reagenti con lotto unico garantito per almeno 12 mesi" di confermare che la richiesta, allo scopo di garantire l'effettiva veridicità delle dichiarazioni, sia certificata da Ente Terzo, e pertanto i 2 punti relativi a quanto sopra saranno assegnati solo se tale certificazione risulti presente nella documentazione tecnica di gara dell'offerente.

Arnas Garibaldi – Settore Provveditorato – piazza Santa Maria di Gesù 5 – 95123 Catania

➤ **Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 36.2:**

Si conferma

36.3. Domanda

LOTTO N. 3 - Coagulazione di I° Livello Griglia di valutazione della qualità - Caratteristiche tecniche ed analitiche dei sistemi del Capitolato Tecnico pag.33 Si chiede in merito alle caratteristiche tecniche ed analitiche dei sistemi “Visualizzazione e stampa delle curve di reazione”, in accordo con le raccomandazioni Scientific and Standardization Committee (SSC) della International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), (Shima et al. 2013, Towards standardization of clot waveform analysis and recommendations for its clinical applications), di confermare che la richiesta sia da considerarsi con la rappresentazione grafica delle derivate prima e seconda insieme alle curve dei test coagulativi (PT e APTT).

➤ **Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 36.3:**

Premesso che quando richiesto nelle griglie di valutazione della qualità è oggetto di giusta valutazione da parte della commissione aggiudicatrice ai sensi delle normative vigenti, si conferma quanto prescritto al paragrafo 5.3.5 e si rappresenta che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche di capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti, ovvero a pagina 36 del disciplinare di gara

36.4. Domanda

LOTTO N. 3 - Coagulazione di I° Livello _Griglia di valutazione della qualità - Caratteristiche tecniche ed analitiche dei sistemi del Capitolato Tecnico pag.32 Si chiede in merito alle caratteristiche tecniche ed analitiche dei sistemi “Lettore barcode integrato nella strumentazione fornita che consenta in modo automatico la lettura/riconoscimento dei campioni e dei reagenti senza l’intervento dell’operatore.” di confermare che verrà valutata come caratteristica migliorativa il minor coinvolgimento dell’operatore (es. lettura multipla dei reattivi caricati e già posizionati su rack).

➤ **Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 36.4:**

Si conferma quanto rappresentato in capitolato

36.5. Domanda

LOTTO N. 2 - Coagulazione di II° Livello Caratteristiche minime della strumentazione del Capitolato Tecnico pag.34-35 Si chiede in merito alla caratteristica di minima “La ditta dovrà fornire, a proprio carico, PC gestionali, stampanti (comprensivi dei materiali di consumo), l’interfacciamento al LIS


Arnas Garibaldi – Settore Provveditorato – piazza Santa Maria di Gesù 5 – 95123 Catania

del laboratorio, strumenti di backup e gruppo di continuità da collegare alle apparecchiature oggetto della fornitura al fine di garantire il corretto salvataggio dei dati in corso di processo, ovvero lo shot down corretto” di confermare che sia possibile offrire un unico strumento per l’U.O.C. di Patologia Clinica del P.O. Garibaldi Centro alla luce del basso fabbisogno annuale.

➤ **Risposta alla richiesta di chiarimenti n. 36.5:**

Si conferma

**Il Dirigente amministrativo
Settore Provveditorato
Dott.ssa Michela Digrazia**



**Il RUP
Il collaboratore amministrativo
Dott.ssa Maria Claudia Asaro**

