

**VERBALE DI GARA N. 2  
SEDUTA PUBBLICA DEL 15.06.2023**

Procedura in e-procurement sulla piattaforma [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), ai sensi dell'articolo 36, c. .2, lett. b), e comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di n. 1 colonna video-endoscopica per otorinolaringoiatria ambulatoriale - CIG: 9572085E6A  
RDO n. 3385755

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di giugno alle ore 9,00 presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce il seggio di gara nominato con disposizione prot. n. 37 del 02.02.2023, per la verifica della documentazione pervenuta.

**Il Seggio di gara è composto:**

- Dott.ssa Olga Marletta - Componente
- Dott. Ottaviano Calaciura – Componente
- Dott.ssa Carmela Angiolillo – Componente

**Constatata** la regolare composizione del seggio di gara si procede all'apertura dei lavori;

**Richiamato** integralmente il verbale n. 1 di giorno 03.02.2023;

**Che** la documentazione tecnica, presentata dagli Operatori Economici concorrenti è stata trasmessa alla Commissione Tecnica nominata con nota prot. n. 39/DG del 08.02.2023, al fine di valutare la conformità/non conformità della stessa alle previsioni di cui alla lettera invito prot. n. 131 del 09.01.2023 e al capitolato tecnico;

**Che**, con nota del 28.05.2023 Prot. n. 5366/P, è stata acquisita la valutazione tecnica richiesta con le seguenti risultanze:

- EMF (Emanuele Fiore Mancino S.r.l): **CONFORME**;
- MEDITECH S.r.l: **NON CONFORME** <<in quanto l'Operatore Economico offre un Naso faringoscopio digitale con tecnologia digitale CCD in punta integrato con diametro pari a 3,9 mm a fronte della richiesta del capitolato di gara, ove è prescritto che il diametro massimo non deve essere superiore a 3,2mm>>;
- MDM S.r.l.: **NON CONFORME** <<in quanto l'Operatore Economico offre un fibronasofaringoscopio flessibile con diametro pari a 3,4 mm a fronte della richiesta del capitolato di gara, ove è prescritto che il diametro massimo non deve essere superiore a 2,9mm>>.
- SORAMED S.r.l.: **CONFORME**;
- OLIMPUS: **CONFORME**

Alle ore 10.30 il Seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica, trasmettendo il presente verbale al RUP per le comunicazioni di rito.




Si comunica, inoltre, che la data della successiva seduta verrà comunicata con avviso pubblicato sulla piattaforma telematica MePa e sul profilo committente.

La pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma di gara e sul profilo committente ha valore di notifica ex art. 76 Codice appalti

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Catania, lì 15.06.2023

Dott.ssa Olga Marletta – Componente



Dott. Ottaviano Calaciura – Componente



Dott.ssa Carmela Angiolillo – Componente

