

SETTORE PROVVEDITORATO

USCITA

Prot. n° 5972 del 21/02/26



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI" – CATANIA

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (art. 77 D. Lgs n. 36/2023)

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, EX ART. 77 DEL D.LGS n. 36/2023 FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'ACQUISTO O NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA PER ASSISTENZA E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO, DA DESTINARE ALLA U.O.C. CARDIOLOGIA P.O. CENTRO.

Si rende noto che l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania intende avviare una Consultazione Preliminare di Mercato per acquisire informazioni e documenti utili all'acquisto o noleggio di un sistema di circolazione extracorporea per assistenza e relativo materiale di consumo dedicato, da destinare alla U.O.C. Cardiologia P.O. Centro.

Considerato che la "consultazione preliminare di mercato" è considerata strumento utile per la Stazione Appaltante per consentire un apporto informativo funzionale all'avvio dell'iter di approvvigionamento;

1. SCOPI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO.

Gli scopi della presente consultazione preliminare sono i seguenti:

- Verificare sul mercato la presenza di Operatori Economici in grado di partecipare alla procedura d'appalto per l'acquisto/noleggio di un sistema di circolazione extracorporea per assistenza e relativo materiale di consumo dedicato, di cui si allega capitolato tecnico;
- Di fornire ogni informazione utile al fine di rendere possibile la più ampia partecipazione alla successiva procedura d'appalto;
- Di verificare l'effettiva unicità dei prodotti sul mercato.

Obiettivo della presente consultazione, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2014/24 art. 40, non è l'aggiudicazione di alcuna fornitura ma la raccolta di informazioni attraverso la consultazione degli Operatori Economici qualificati sul mercato del settore di riferimento, propedeutica alla redazione, integrazione e/o modifica della documentazione di gara della procedura da esperire.

2. DOCUMENTI DA PRODURRE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO.

La documentazione da produrre in formato elettronico pdf, dovrà contenere quanto segue:

- ✓ Relazione descrittiva con le proposte, criticità o altro tipo di informazione utile a favorire la più ampia partecipazione alla eventuale procedura aperta, in riscontro alle richieste di cui all'allegato tecnico;
- ✓ Relazione tecnica particolareggiata sulle caratteristiche dei prodotti offerti, corredata da depliant illustrativi in lingua italiana o inglese e da schede tecniche timbrate e firmate digitalmente dal legale rappresentante;
- ✓ Fornire catalogo completo di tutti i prodotti di consumo dedicati all'utilizzo dell'apparecchiatura;
- ✓ Certificato di conformità alle normative in vigore in ordine alle caratteristiche per l'immissione in commercio, in originale o copia;
- ✓ Dichiarazione di conformità dei prodotti alle normative CE-IVD o analoghe internazionalmente riconosciute, norme relative alla sicurezza degli operatori/utilizzatori con particolare riferimento alla normativa D. L. 81/08 e s.m.i.;
- ✓ Ogni altro elemento informativo o criticità che l'Operatore Economico ritenga necessario ed opportuno segnalare.



Sarà cura ed onere degli Operatori Economici partecipanti produrre, in sede di consultazione, la documentazione ritenuta necessaria per esplicitare compiutamente gli argomenti di discussione suddetti.

Eventuale relazione dettagliata sulle caratteristiche di equivalenza contenente tutti gli elementi utili al fine di permettere alla Commissione Tecnica di valutare la conformità rispetto a quanto richiesto. Nella relazione si dovrà dimostrare l'equivalenza con adeguate argomentazioni supportate da documentazione a comprova (ex art. 79 D. lgs 36/2023 allegato II.5 parte II sez. A comma 7) sottoscritta dal legale rappresentante.

3. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DI MERCATO

Potranno presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti potenzialmente interessati e/o in grado di fornire le informazioni richieste.

Possono pertanto partecipare:

- gli Operatori Economici di cui agli art. 65 del D. Lgs n. 36/2023 iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività inerenti all'oggetto della presente consultazione preliminare di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato estero di appartenenza,
I requisiti specifici di ordine generale, di capacità tecnica e professionale e/o di natura finanziaria, per la partecipazione alla successiva gara di appalto, saranno oggetto di successiva definizione anche alla luce di quanto emergerà dalla presente consultazione di mercato anche al fine di garantire la massima concorrenza e partecipazione degli operatori.

Gli operatori economici interessati dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse tramite piattaforma digitale <https://www.net4market.com/> entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 05.08.2025

Gli Operatori Economici possono registrarsi alla sopracitata piattaforma farlo tramite in Link <https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus>

Tutta la documentazione da produrre in formato elettronico pdf trasmessa dovrà essere firmata digitalmente.

Gli Operatori Economici partecipanti alla presente consultazione preliminare di mercato dovranno indicare le eventuali informazioni e/o parti della documentazione tecnica presentata coperta da segreto tecnico - commerciale.

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi non condividerà né divulgherà i contenuti della documentazione segretata.

I contributi e le informazioni fornite dagli Operatori Economici partecipanti hanno natura totalmente gratuita.

Gli Operatori Economici partecipanti dovranno inoltre indicare ogni altra eventuale informazione utile a ricostruire la propria posizione nel mercato e la competenza nel campo di attività di cui alla consultazione.

Si precisa che l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione della fornitura.

La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.



Non sono previste graduatorie, punteggi, classifiche di merito essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire la tecnologia sopra riportata con i requisiti indicati.

Le consulenze e/o la documentazione tecnica acquisita non vincolano in alcun modo l'ARNAS Garibaldi di Catania né relativamente ai contenuti tecnici della successiva procedura, né tantomeno circa il proseguo della procedura stessa che non è in alcun modo garantito dall'esperimento della consultazione.

Rientrano, pertanto, nella piena discrezionalità dell'ARNAS Garibaldi di Catania tutte le scelte relative sia alla prosecuzione e all'esito della presente consultazione preliminare di mercato, sia quelle relative all'eventuale successiva procedura di appalto, per la quale potrà usufruire di tutto quanto emerso dalle consultazioni stesse con il solo limite del rispetto dei diritti di proprietà intellettuali dei partecipanti.

VALORE PRESUNTO

Per acquisto Euro 200.000,00 iva esclusa.

Per noleggio durata 60 mesi Euro 400.000,00 iva esclusa;

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli dal 94 al 98 del D. Lgs. 36/2023;

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Possono presentare offerta per i servizi richiesti gli operatori economici in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione.

L'istruttore

Dott. Ottaviano Calaciura



Il R.U.P.

~~Direttore U.O.C. Settore
Provveditorato ed Economato~~
Dott. Ing. Valentina Russo



Allegato Tecnico

per un sistema di circolazione extracorporea – esigenze funzionali

Telaio in struttura reticolare in acciaio inossidabile. Dimensioni compatte ai fini di una facilità di trasporto. Il Sistema di Perfusionazione deve poter essere utilizzato per supportare le procedure nella sala operatoria standard, sale di cardiologia interventistica e in ambienti ibridi dove lo spazio può essere limitato. Il carrello della macchina deve essere dotato di 4 ruote che possono essere bloccate indipendentemente l'una dall'altra.

Moduli pompa dotati di una staffa standard che consente il montaggio su qualsiasi punto fisso del Telaio. Alloggiamento delle pompe sul corpo principale tramite delle postazioni fisse per connettere i moduli desiderati.

I moduli pompa devono poter essere posizionati nella allocazione desiderata dal perfusionista per garantire la massima soluzione di flessibilità adatta ad ogni taglia di paziente.

Pompe roller bidirezionali con tre differenti dimensioni:

- Pompe roller 8" (possibilità di alloggiare sottopompa fino a 1/2);
- Pompe roller 6" (possibilità di alloggiare sottopompa fino a 1/2);
- Pompe roller 4" (possibilità di alloggiare sottopompa fino a 3/8).

Sistema di bloccaggio dei tubi sottopompa universale che deve poter permettere di alloggiare qualsiasi dimensione desiderata senza dover inserire alcun adattatore. Le teste di tutte le pompe (da 4", 6", 8") devono offrire la possibilità di ruotare fino a 180° in modo da permettere l'orientamento rispetto al campo operatorio. Deve poter essere possibile assegnare un codice colore personalizzato ad ogni dispositivo che comparirà sia sulla schermata della Workstation che sui led presenti nella parte superiore del modulo stesso.

Pompa centrifuga

Facilità di sostituzione parte fisica del modulo pompa su barra di connessione telaio.

Controllo e monitoraggio automatizzati

Workstation con modulo touchscreen da 15 pollici

Funzionalità di:

- barra delle applicazioni: visualizzare la casella degli strumenti e tutte le applicazioni
- barra dei comandi:
 - o avvio/arresto degli allarmi di diagnostica e muting;
 - o cattura e sincronizzazione delle misure disponibili;
 - o configurazione delle misurazioni attraverso le Impostazioni del sistema;

- impostazione regolazione dei limiti di allarme: possono essere impostati per avvisare quando le misurazioni escono dagli intervalli di parametri impostati;
- raccolta dati: I dati sono raccolti in tempo reale dalle tecnologie di rilevamento non invasive . La raccolta dei dati deve avvenire in ottemperanza alla normativa di sicurezza informatica (GDPR 2016/679);
- misurazione di diversi parametri:
 - o misurazione dei gas;
 - o portata del sangue e rilevamento delle bolle;
 - o temperatura.

Monitoraggio non invasivo:

- Monitoraggio continuo e non invasivo della Saturazione Arteriosa, Saturazione Venosa, Ematocrito ed Emoglobina;
- Misurazione del SaO2 e del SvO2;
- Misurazione di emoglobina ed ematocrito

Parametri da monitorare:

- Almeno 3 canali di pressione;
- Almeno 3 canali di temperatura;
- Almeno 1 sistema di controllo di livello;
- Almeno 3 canali di rilevazione flusso e bolle.