



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

Settore Provveditorato
Prot. n. 10055 del

17 NOV, 2023

A tutti gli Operatori Economici interessati

RISCONTRO AI CHIARIMENTI PERVENUTI

Oggetto: Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per la fornitura in service, per la durata di 36 mesi, di n. 3 lavaendoscopi, n. 3 armadi per asciugatura e stoccaggio e n. 3 carrelli di trasporto endoscopi per le UU.OO. dell'Arnas Garibaldi Catania. -CIG: A01B00110E

Chiarimento n. 1:

Con riferimento al Capitolato tecnico, capitolo 1 caratteristiche di minima "Trasporto, installazione e montaggio sono totalmente a carico della ditta aggiudicataria che dovrà provvedere, secondo a quanto prescritto in Disciplinare ad un sopralluogo preventivo dei locali destinati all'utilizzo delle apparecchiature e predisporre, se necessari, eventuali lavori di adeguamento (collegamenti elettrici, impiantistici etc, nulla escluso);" Non trovando alcun riferimento nel Disciplinare, si chiede di chiarire se, ai fini della presentazione dell'offerta, sia previsto che l'offerente debba effettuare il sopralluogo preventivo dei locali ed in caso affermativo di dare opportune istruzioni.

Risposta al chiarimento n.1:

Si comunica che il sopralluogo non è obbligatorio.

L'O.E. interessato ad effettuare un sopralluogo presso i locali di installazione in quanto sono totalmente a carico della ditta aggiudicataria tutti eventuali lavori di adeguamento (collegamenti elettrici, impiantistici etc, nulla escluso), dovrà inviare una comunicazione almeno tre giorni prima tramite la sezione chiarimenti, indicando tre date disponibili per effettuare il sopralluogo. La stazione appaltante invierà stesso mezzo la comunicazione di conferma con l'indicazione e le modalità per eseguire il suddetto sopralluogo.

Chiarimento n. 2:

- 1) Si chiede cortesemente di confermare se bisogna fornire i kit di connessione anche per i videobroncoscopi e broncoscopi da intubazione o se trattasi di refuso.
- 2) Si chiede di specificare se l'allegato 4 - schema contratto - è da allegare alla documentazione amministrativa, firmato per presa visione e accettazione
- 3) Si chiede di specificare se l'allegato 6 - DUVRI - è da ritornare firmato per presa visione e accettazione.

Risposta al chiarimento n. 2:

- 1) Si conferma quanto rappresentato ed espresso nel Capitolato tecnico al paragrafo 1.1., ovvero "fornitura di tutti i kit di connessione per riprocessare tutti gli endoscopi in dotazione della U.O. durante tutto il periodo di service (inclusi quelli di nuova acquisizione, durante la copertura contrattuale).
- 2) Si conferma che gli allegati 4 e 6 sono da allegare nella documentazione amministrativa firmati per presa visione.

Chiarimento n. 3:

Con riferimento al Capitolato tecnico, capitolo 1 caratteristiche di minima "Trasporto, installazione e montaggio sono totalmente a carico della ditta aggiudicataria che dovrà provvedere, secondo a quanto prescritto in Disciplinare ad un sopralluogo preventivo dei locali destinati all'utilizzo delle apparecchiature e predisporre, se necessari, eventuali lavori di adeguamento (collegamenti elettrici,



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

impian-tistici etc, nulla escluso);"

Non trovando alcun riferimento nel Disciplinare, si chiede di chiarire se, ai fini della presentazione dell'offerta, sia previsto che l'offerente debba effettuare il sopralluogo preventivo dei locali ed in caso affermativo di dare opportune istruzioni.

Risposta al chiarimento n. 3:

Vedi chiarimento n. 1

Chiarimento n. 4:

In riferimento alla compilazione del documento DGUE, viene richiesto al punto 13.2 del disciplinare di compilare l'allegato DGUE (allegato 5) e di apportare le modifiche di cui alla nota prot. 6212 del 30.06.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Si chiede cortesemente di specificare quali sono le modifiche da apportare al documento DGUE allegato oppure, in alternativa, si chiede di ricevere il modello DGUE aggiornato al nuovo Decreto Lgs. 36/2023.

Risposta al chiarimento n. 4:

In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta, si comunica che le modifiche da apportare al DGUE sono relative all'aggiornamento degli articoli del vecchio codice D.Lgs n. 50/2016 con il nuovo codice D.Lgs n.36/2023 come riportato sulle linee guida del MIT.

Chiarimento n. 5:

- 1) con riferimento agli elementi oggetto di attribuzione di punteggio di cui al punto 2 del Capitolato Tecnico " criterio di valutazione della qualità", con particolare riferimento ai parametri 1.16 " Presenza in Italia di un installato analogo (uguale marca e uguale modello) .. almeno 20 unità installate e collaudate in Italia fino al 31/12/2022" e 2.8 " Presenza in Italia di un installato analogo (uguale produttore e uguale modello) degli armadi offerti ...almeno 10 unità installate fino al 31/12/2022", si sottopongono le seguenti considerazioni: premesso che, fatto salvo il potere discrezionale in capo alle S.A. di fissare nella lex specialis i criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire a singoli elementi di valutazione, nel rispetto della condizione che tale espressione di discrezionalità non deve risultare illogica, abnorme ed irragionevole e che i criteri siano trasparenti ed intelleggibili (cfr, tra le tante, Consiglio di Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7805, e Consiglio di Stato, V, 30 aprile 2018, n. 2602), si vuole evidenziare come i suddetti elementi di valutazione risultano sproporzionati rispetto al numero di macchine richiesto in gara, in termini di attribuzione del punteggio di tipo tabellare ON / OFF, andando a sfavorire la partecipazione delle piccole/micro e medie imprese , nonché di quelle di nuova costituzione contrariamente ai principi fondanti del codice degli appalti e in particolare dell' art. 3 e 10 comma 3 del D.Lgs. 33/23 Ci preme evidenziare inoltre come i requisiti in questione, non rappresentano elementi di qualità "tecnica" dei prodotti proposti ma piuttosto indici della capacità dell'operatore economica di poter svolgere il servizio sotto l'aspetto tecnico organizzativo, requisito tra l'altro già oggetto di qualificazione dell'impresa ai fini della partecipazione. In ragione di quanto sopra le limitazioni riferite a "uguale marca e uguale modello", il termine temporale del "fino al 31.12.2022" così come quello territoriale della "presenza in Italia", risultano irragionevoli e limitativi rispetto alla finalità di gara e alla valutazione della capacità richieste. Alla luce di tutto quanto sopra considerato si chiede di modificare le tabelle di cui al punto 2 del Capitolato eliminando i punti 1.16 e 2.8 e ridistribuendo il punteggio sulle altre restanti caratteristiche oggetto di valutazione. In subordine si chiede di eliminare dal requisito i riferimenti "fino al 31.12.2022", "uguale marca e uguale modello" e la limitazione territoriale della "presenza in Italia". Richiamando le medesime considerazioni sopra svolte in si sottopongono inoltre le seguenti ulteriori richieste di chiarimento



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

- 2) in merito al criterio di valutazione della qualità 1.3, si chiede di specificare che il punteggio massimo venga dato a tutte le apparecchiature che presentano la caratteristica di lavaggio a spruzzo in grado di raggiungere tutte le parti dell'endoscopio, e in più presenti dei sistemi di lavaggio, ad immersione, che agiscono in contemporanea;
- 3) in merito al criterio di valutazione della qualità 1.5 e 1.6, i due criteri vanno a premiare due caratteristiche dell'apparecchiatura che non possono coesistere e quindi impedirebbero a tutti i concorrenti di poter soddisfare entrambe le richieste;
- 4) in merito al criterio di valutazione della qualità 1.8, si chiede di specificare che con la richiesta di "chiusura senza toccare l'apparecchiatura" sia inclusa la possibilità di utilizzare lo scanner bar code per avviare il ciclo di alta disinfezione;
- 5) in merito al criterio di valutazione della qualità 1.10, 1.11, 1.12, Si chiede che verranno accettati metodi di riconoscimento diversi da quelli richiesti (RFID) ma equivalenti nella funzione (tramite scanner bar code) che permettano il riconoscimento automatico dei filtri, dei chimici utilizzati, utilizzatori ed endoscopi;
- 6) in merito al criterio di valutazione della qualità 2.4, essendo possibile presentare sia modelli di armadi a stoccaggio verticale che orizzontale, la richiesta di un "braccio di alloggiamento basculante e orientabile" non includerebbe entrambi i modelli. Si chiede di specificare che tale valutazione sia riservata anche a vassoi mobili nel caso di armadi a stoccaggio orizzontale;
- 7) in merito al criterio di valutazione della qualità 2.5, Si chiede che verranno accettati metodi di riconoscimento diversi da quelli richiesti (RFID) ma equivalenti nella funzione richiesta (tramite scanner bar code);
- 8) in merito al sistema di tracciabilità per gli armadi di asciugatura e stoccaggio di endoscopi, si chiede la conferma che per tempo reale sia intesa la possibilità di poter consultare l'esito di ogni singola fase, in qualunque momento, a conclusione delle stesse.

Risposta al chiarimento n. 5:

- 1) Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nei "criteri di valutazione della qualità" costituiscono requisiti qualitativi oggetto di valutazione secondo le specifiche oggettive rappresentate al paragrafo 2 del CT, si chiarisce che i sub-criteri 1.16 e 2.8 non costituiscono quesito di minima necessario per la partecipazione alla gara. Ciò posto si conferma quanto previsto in capitolato tecnico.
- 2) Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nei "criteri di valutazione della qualità" costituiscono requisiti qualitativi oggetto di valutazione secondo le specifiche oggettive rappresentate al paragrafo 2 del CT, si chiarisce che il punteggio massimo è fornito alle proposte tecniche che garantiscono un sistema di lavaggio "solo a spruzzo, con forza meccanica (oltre che azione chimica) applicata su tutte le parti dell'endoscopio".
- 3) Si conferma quanto previsto in capitolato tecnico;
- 4) Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nei "criteri di valutazione della qualità" costituiscono requisiti qualitativi oggetto di valutazione secondo le specifiche oggettive rappresentate al paragrafo 2 del CT, si chiarisce che il punteggio massimo è fornito alle proposte tecniche che garantiscono un sistema di azionamento della chiusura della vasca esclusivamente "senza toccare l'apparecchiatura, nè con le mani nè con eventuali pedali"
- 5) Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Inoltre, si chiarisce altresì che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti.
- 6) Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Inoltre, si chiarisce altresì che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti.



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

- 7) Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Inoltre, si chiarisce altresì che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti.
- 8) Si conferma quanto rappresentato al paragrafo 1.3 del CT.

Chiarimento n. 6:

Si chiede cortesemente di fornire il dato della durezza dell'acqua al fine della configurazione dell'installazione.

Risposta al chiarimento n. 6:

Durezza acqua Nuovo Pronto Soccorso Garibaldi P.O. Centro: 15° Francesi

Durezza acqua Garibaldi P.O. Nesima: 20° Francesi

Chiarimento n. 7:

- 1) A pag. 10 del All. 1 Disciplinare di gara all'Art. 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" è richiesto:
 - a) Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dell'Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe, eseguite presso strutture pubbliche o private, o genericamente in ambito sanitario, al service di lavaendoscopi";
La comprova del requisito è fornita mediante:
 - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.Si chiede di confermare che:
 - in fase di presentazione dell'offerta, la ditta partecipante debba presentare solamente "Dichiarazione dell'Esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe, eseguite presso strutture pubbliche o private, o genericamente in ambito sanitario, al "service di lavaendoscopi";
 - le attestazioni o i certificati e i contratti stipulati con amministrazioni/ente contraente debbano essere fornite a comprova del requisito solo dalla ditta aggiudicataria.
- 2) Si chiede di confermare che, a comprova del requisito, possano essere presentati:
 - i certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione; oppure, in alternativa:
 - i contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- 3) A pagina 2 del "Disciplinare telematico di gara" è riportato:
"Il sistema accetta solo offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di invio" Mentre sulla piattaforma telematica, nella schermata di caricamento delle buste telematiche, nel campo relativo alla marcatura temporale, è riportato: "non richiesta".



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

Si chiede di confermare:

- a) se sia richiesta o meno la marcatura temporale;
 - b) nel caso sia richiesta, se la marcatura temporale debba essere apposta solo sull'offerta economica o anche sulla documentazione amministrativa e tecnica;
 - c) nel caso sia richiesta, se la marcatura debba essere apposta su ogni singolo file contenuto nelle buste, o se possa essere marcata soltanto la cartella contenente i file.
- 4) A pag. 18 del disciplinare di gara All'art. 13 Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa è richiesto: **"DUVRI (allegato 6)"** Si chiede di confermare che in fase di presentazione dell'offerta il file DUVRI (allegato 6):
- a) debba essere solamente firmato per digitalmente per presa visione ed accettazione
 - b) oppure si chiede di comunicare quali parti debbano essere compilate.
- 5) Con riferimento a quanto riportato nel documento ALL. 10 -Dettaglio Offerta economica, si chiede di confermare che la dicitura *"Offerta economica senza prezzo"* costituisca un refuso.
- 6) Nel documento All.2 Capitolato tecnico all'Art.1 sono riportate le Caratteristiche di Minima delle apparecchiature da fornire. Si chiede di comunicare se tali caratteristiche minime sono richieste "a pena di esclusione" dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 del Codice".
- 7) A pag. 2 dell'All. 2 Capitolato tecnico all'Art. 1 Caratteristiche di Minima viene richiesto: **"Fornitura di almeno N. 3 armadi di stoccaggio ed asciugatura:**
- Almeno n.2 armadi per stoccaggio ed asciugatura per almeno n. 19 endoscopi in contemporanea in dotazione alla U.O.C. Gastroenterologia P.O. Nesima;
- N.1 per stoccaggio ed asciugatura per almeno n. 8 endoscopi in contemporanea in dotazione al Blocco Operatorio MCAU P.O. Centro (Centro Emergenza)"

Si chiede di confermare se verrà considerata idonea e conforme:

- a) la fornitura di complessivi n. 3 armadi a stoccaggio orizzontale della capacità di n. 8 postazioni ciascuno, per un totale di n. 24 postazioni di stoccaggio, tenuto conto che gli armadi orizzontali offrono il vantaggio della connessione unica trasversale alle lavaendoscopi ed armadi;
oppure:
 - b) la fornitura di n. 3 armadi verticali della capacità complessiva di n. 27 postazioni (9 postazioni ciascuno), pertanto con una capacità di 18 strumenti per il P.O. di Nesima, anziché 19. Con gli armadi verticali si perde però il vantaggio della connessione unica.
- Si chiede all'Ente di esprimere la soluzione preferita.
- 8) Con riferimento alle Caratteristiche di minima delle lavaendoscopi riportate in Capitolato tecnico, si chiede di confermare che tutte le lavaendoscopi richieste sono a porta singola e non a doppia porta passante.
- 9) A pag. 2 del Capitolato Tecnico nelle Caratteristiche Tecniche Minime delle lavaendoscopi viene richiesto: **"Conforme agli standard europei UNI EN ISO 15883-1/4"** Si chiede di confermare, a tutela e garanzia dell'Ente, che:
- a) sia richiesta anche la parte 5) della norma UNI EN ISO 15883, essendo in vigore ormai da diversi anni;
 - b) la conformità alla normativa citata UNI EN ISO 15883-1-4-5 debba essere comprovata attraverso certificazione rilasciata da Ente Terzo e non attraverso autodichiarazione.
- 10) A pag. 4 del Capitolato Tecnico nelle Caratteristiche Tecniche Minime delle lavaendoscopi viene richiesto: **"-Collegamento in rete;**



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

-Tracciabilità informatica completa: registrazione dei dati, archiviazione, etc.."

Si chiede di comunicare se i due presidi P.O. Nesima e P.O. Centro (Centro Emergenza) sono collegati sulla medesima rete e pertanto le apparecchiature sono connesse con possibilità di monitoraggio dalla stessa rete.

- 11) A pag. 4 del Capitolato Tecnico nelle Caratteristiche Tecniche Minime degli armadi viene richiesto:

"Aria filtrata con filtri HEPA" Si chiede di confermare che armadi di asciugatura estoccaggio non dotati di filtro HEPA saranno ritenuti non idonei e conformi e pertanto esclusi dalla partecipazione, essendo privi di una "caratteristica minima" richiesta.

- 12) Con riferimento a quanto riportato a pag. 8 del capitolato tecnico, al punto 2.4 dei Criteri di valutazione tecnica degli armadi è richiesto: ***"Braccio di alloggiamento dell'endoscopio basculante ed orientabile verso l'operatore, in modo da facilitare l'inserimento e l'estrazione dello stesso endoscopio" - 4 punti tabellari.***

Tale caratteristica identifica armadi a stoccaggio verticale. L'Ente chiede indifferentemente armadi a stoccaggio orizzontale o verticale. Si chiede pertanto di confermare che saranno considerati conformi ed equivalenti e valutati con lo stesso punteggio armadi a stoccaggio orizzontale, che facilitino l'inserimento e l'estrazione dell'endoscopio con un sistema analogo all'alloggiamento orientabile verso l'operatore, ad esempio con ripiano estraibile, che va verso l'operatore proprio per facilitare le operazioni di carico/scarico.

- 13) Con riferimento a quanto riportato a pag. 7 del capitolato tecnico, al punto 1.16 dei Criteri di valutazione tecnica delle lavaendoscopi è richiesto: ***"Presenza in Italia di un installato analogo (uguale marca e uguale modello) delle lavaendoscopi offerte nella seguente misura:***

-Lavaendoscopi offerte (uguale produttore e uguale modello oppure uguale produttore e modello equivalente a doppia vasca): almeno 20 unità installate e collaudate in Italia fino al 31/12/2022

E a pag. 8 del capitolato tecnico, al punto 2.8 dei Criteri di valutazione tecnica degli armadi è richiesto:

"Presenza in Italia di un installato analogo (uguale produttore e uguale modello) degli armadi offerti nella seguente misura:

- Armadi offerti (uguale produttore e uguale modello): almeno 10 unità installate fino al 31/12/2022 Allegare a comprova certificati di installazione e collaudo validati/controfirmati dalla Struttura Sanitaria"

Si chiede di confermare che a comprova possano essere prodotti certificati di regolare esecuzione rilasciate dagli utilizzatori, con dichiarazione dell'operatore economico relativamente alla quantità di installazioni effettuate in quel sito.

- 14) A pag. 8 del capitolato tecnico, al punto 2.7 dei Criteri di valutazione tecnica degli armadi è richiesto:

"Uguale sistema di identificazione utilizzatori ed endoscopi sia sulle lavaendoscopi sia sugli armadi offerti (RFID su entrambi oppure Barcode Scanner su entrambi), integrato nella macchina (no tramite PC separato)" - 3 punti tabellari

Si chiede di precisare se i 3 punti saranno assegnati solamente al sistema di identificazione RFID integrato, in quanto il sistema di identificazione RFID è più sicuro, di più facile lettura e protetto. A differenza del sistema bar-code che è stampato sulla superficie di una etichetta, pertanto, usurabile nel tempo e di difficile o mancata lettura, il sistema RFID essendo un microchip contenuto all'interno di un tag-badge è protetto, quindi non usurabile e di più facile lettura.

- 15) Nei documenti di gara non sono richieste le qualifiche IQ/OQ. Si chiede di confermare.

- 16) Né tantomeno è richiesta la convalida PQ, che del resto la normativa prevede a carico di Azienda Terza.

Si chiede di confermare.

- 17) Durante sopralluogo effettuato in data 13/11 presso il presidio P.O. Garibaldi Centro, non è stato possibile rilevare portata e pressione dell'impianto di aria compressa attualmente presente nel locale di installazione.



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

Si chiede cortesemente di comunicare il dato dell'alimentazione dell'aria compressa: portata e pressione in bar.

18) Relativamente al presidio di Nesima, non è stata rilevata presenza dell'alimentazione dell'aria compressa.

Si chiede di conferma che la realizzazione dell'impianto assente sarà realizzata a cura ed onere dell'Ente.

Risposte al chiarimento n. 7

1. Si conferma che in fase di presentazione dell'offerta, la ditta deve presentare solamente "dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, dell'esecuzione negli ultimi tre anni di forniture analoghe, inserendo nell'apposita sezione del DGUE elenco dettagliato, la comprova verrà richiesta all'operatore aggiudicatario;
2. Si conferma
3. Non è prevista la marcatura temporale, la procedura di immissione dell'offerta economica è regolamentata all'art. 7 del Disciplinare telematico.
4. Si conferma che il DUVRI debba essere solamente firmato per digitalmente per presa visione ed accettazione
5. Si conferma che trattasi di refuso, l'all. 10 è il modello offerta economica.
6. Si conferma.
7. Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nelle "caratteristiche di minima" costituisce requisito essenziali di partecipazione alla gara di cui in oggetto, pena esclusione dalla stessa, si rappresenta che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti.
8. Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nelle "caratteristiche di minima" costituisce requisito essenziali di partecipazione alla gara di cui in oggetto, pena esclusione dalla stessa, si rappresenta che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti.
9. Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nelle "caratteristiche di minima" costituisce requisito essenziali di partecipazione alla gara di cui in oggetto, pena esclusione dalla stessa, si rappresenta che la conformità alla UNI EN ISO 15883-1/4 può essere presentata anche attraverso "autodichiarazione".
10. Si conferma.
11. Stanche che il quesito è formulato in modo poco chiaro/ambiguo posto che sono riportata nella stessa locuzione concetti opposti uniti da un elemento di congiunzione, ovvero "non idonei e conformi", si conferma che in assenza di un quesito di caratteristica minima è prevista l'esclusione dell'offerta tecnica in sede di gara.
12. Si conferma quanto riportato nel capitolato tecnico. Inoltre, si chiarisce altresì che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti.
13. Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nei "criteri di valutazione della qualità" costituiscono requisiti qualitativi oggetto di valutazione secondo le specifiche oggettive rappresentate alla pag.7 del C.T., si rappresenta è espressamente richiesta come "comprova" certificati di installazione e collaudo validati/controfirmati dalla Struttura Sanitaria.
14. Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nei "criteri di valutazione della qualità" costituiscono requisiti qualitativi oggetto di valutazione secondo le specifiche oggettive rappresentate al paragrafo 2 del C.T., si rappresenta che qualora le soluzioni tecniche offerte risultino equivalenti a quanto previsto nelle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, si rinvia al principio di equivalenza funzionale previsto nel codice degli appalti.



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "GARIBALDI"
CATANIA**

15. Si conferma quanto espresso in capitolato tecnico.
16. Si conferma quanto espresso in capitolato tecnico.
17. Di seguito le informazioni richieste: Pressione 10 bar, Portata 450 l/min (27 mc/h). Ad ogni modo si chiarisce che al paragrafo 5 "consegna ed installazione" è rappresentato che "Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature dei lotti si intendono incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere e spesa (inclusi allacciamenti ad utenza ed opere annesse) che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso al fine della corretta funzionale dell'apparecchiatura."
18. Si conferma che presso il reparto di Gastroenterologia di Nesima è presente l'impianto di aria compressa. Ad ogni modo si chiarisce che al paragrafo 5 "consegna ed installazione" è rappresentato che "Le prestazioni relative alla consegna ed installazione delle apparecchiature dei lotti si intendono incluse nel prezzo offerto dall'aggiudicatario per l'esecuzione della fornitura e comprendono ogni prestazione, onere e spesa (inclusi allacciamenti ad utenza ed opere annesse) che si renda all'uopo necessaria, nulla escluso al fine della corretta funzionale dell'apparecchiatura."

Chiarimento n. 8:

Vedi Chiarimento 7

Avviso di chiarimento:

Si comunica che a pag. 24 del Disciplinare di gara è richiesto di indicare la percentuale di sconto praticata per singolo prodotto, atteso che trattasi di servizi all inclusive è da considerare mero refuso.

Il RUP

Collaboratore Amm.vo Prof.le

Dott. Ottaviano Calaciura

Il Responsabile U.O.C.
Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valerina Russo