



Settore Provveditorato

Prot. n. 6197 22 LUG, 2024

A tutti gli Operatori Economici interessati

**Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica, per completamento, adeguamento e valorizzazione della Sala di Crioconservazione in uso presso il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) dell'ARNAS Garibaldi di Catania. Indizione C.S. n. 360 del 09/05/2024. Riscontro ai Chiarimenti**

Chiarimento n. 1:

**Quesito1):** *Siamo a richiedere se possa essere considerato valido l'attestato del sopralluogo svolto per la precedente procedura. Si chiede inoltre conferma che il modulo di avvenuto sopralluogo vada inserito all'interno dello zip amministrativo.*

**Risposta 1):** Si conferma la possibilità di inserire l'attestato del sopralluogo svolto per la precedente procedura, benché venga allegata una Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale l'O.E. si assume la responsabilità di accettare qualsiasi eventuale variazioni/modifiche dei locali o degli impianti destinatari dell'intervento effettuata nel periodo intercorso dal precedente sopralluogo alla data della dichiarazione stessa. Inoltre, si conferma che dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa.

Chiarimento n. 2:

**Quesito1):** *con la presente chiediamo cortesemente una proroga della scadenza della presente procedura al 13/09/2024.*

*Tale richiesta è motivata dal fatto che il progetto tecnico/economico risulta molto impegnativo in termini di tempo di preparazione e la scadenza attuale, non ci permetterebbe di preparare un'offerta adeguata alle vostre esigenze.*

*Anche il periodo di ferie ci vede costretti a dover chiedere quanto sopra*

**Risposta 1):** Si conferma che verrà concessa una proroga dei termini di presentazione delle offerte comunicato tramite la sezione chiarimenti e pubblicato sul sito dell'Arnas Garibaldi nella sezione "bandi di gara e capitolati d'appalto", vedi avviso prot. n. 6187 del 22.07.2024.

Chiarimento n. 3:

**Quesito1):** ALL\_10\_-Dettaglio\_Offerta\_economica, ALL\_9\_-  
Modello\_offerta\_economica\_senza\_prezzo.

*Il modulo offerta economica risulta essere generico e privo di indicazioni per la relativa compilazione, mentre per il gas azoto DM è possibile riportare tutti i dati indicati nel modulo, si chiede si precisare la modalità di compilazione per i servizi ed i lavori inclusi nei 900.000,00 € a base d'asta. A titolo di esempio, si chiede se devono essere distinte le voci relative alla fornitura dei criocontenitori, dei lavori di valorizzazione degli impianti, del servizio di manutenzione full-risk, ecc.*

**Risposta 1):** Si rimanda all'art. 15 del disciplinare di gara pag. 25;

**Quesito 2):** Art. 12.1 Dettagli specifici richiesti relazione tecnica.

*Relativamente all'elenco puntato sulla documentazione che dovrà essere presente all'interno dell'offerta tecnica, così come riportato in fase di sopralluogo, si chiede conferma che le attività di realizzazione del basamento dell'UTA e delle carpenterie metalliche per il passaggio della canalizzazione non siano comprese tra i lavori a carico della Ditta Aggiudicataria, in quanto gli oneri associati ad essi potrebbe essere tali da non rientrare all'interno del base d'asta.*

**Risposta 2):** Si conferma quanto rappresentato in Capitolato Tecnico.

**Quesito 3):** Art. 8.11 Fornitura di azoto liquido criogenico dispositivo occorrente presso la Banca. L'articolo in parola riporta che: "L'eventuale modifica del basamento esistente (il cui progetto originario risulta essere stato autorizzato dal genio civile), nonché l'allacciamento alla rete di distribuzione ed agli impianti esistenti e tutte le eventuali opere e assistenze che a qualsiasi titolo si rendessero necessarie per rendere gli impianti perfettamente funzionanti, si intendono a carico del fornitore." Con riferimento alla eventuale modifica del basamento esistente, si chiede che già in questa fase vengano fornite le informazioni relative alle caratteristiche costruttive dei basamenti esistenti e del sottosuolo senza le quali non è possibile andare a quantificare in fase di partecipazione eventuali costi che si dovranno sostenere.

**Risposta 3):** Fermo restando che la documentazione richiesta è disponibile:

- in consultazione presso la sede del Genio Civile di Catania con il numero pratica (protocollo n. 232577 del 07.12.2016) già fornito nell'allegato D della gara ed al presente documento;
- in consultazione presso il Settore Tecnico di questa ARNAS previo appuntamento da concordare a mezzo pec: [settore.tecnico@pec.ao-garibaldi.ct.it](mailto:settore.tecnico@pec.ao-garibaldi.ct.it).

si allega la documentazione tecnica richiesta al presente documento.

**Quesito 4):** Art. 6.4 Cronoprogramma delle attività.

*Con riferimento al cronoprogramma riportato all'articolo in parola ed in particolare relativamente al punto 2 "Validazione e d approvazione del progetto esecutivo da parte dell'azienda Ospedaliera e/o degli Enti competenti (G. Civile, Vigili del Fuoco, ASP, ecc..)", si chiede che i trenta giorni indicati siano relativi all'ottenimento del solo nullaosta da parte dell'ARNAS Garibaldi, considerando che non è possibile preventivamente stimare tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Organi competenti, considerando, tra l'altro che, nel caso in cui l'Azienda Ospedaliera dovesse autorizzare il progetto esecutivo nei 10 giorni successivi alla consegna, il tempo rimanente per l'approvazione da parte degli Enti competenti si ridurrebbe proporzionalmente.*

**Risposta 4):** Si conferma quanto rappresentato in Capitolato Tecnico al paragrafo 6.4. Ovvero nello specifico:

*"entro 30 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, di cui al precedente punto, da parte del Fornitore, l'ARNAS Garibaldi dovrà procedere all'approvazione del progetto esecutivo. Tale termine si interrompe nell'eventualità di richiesta di integrazione e/o chiarimenti da parte dell'Azienda, comunicando all'aggiudicatario la nuova data di scadenza (ad insindacabile giudizio dell'ARNAS) che andrà a sostituire quella precedente ai sensi di legge;*

*Si chiarisce ad ogni modo che qualunque prescrizione e/o richiesta di integrazione/modifica del progetto esecutivo che determini modifiche della soluzione proposta, nulla escluso, sarà a totale carico della ditta aggiudicatrice senza nessun aggravio di costi per la Stazione Appaltante e non potrà essere causa di ritardi di fornitura/realizzazione rispetto al cronoprogramma offerto"*

**Quesito 5):** Con riferimento alle eventuali prescrizioni e/o integrazione del progetto esecutivo da parte degli Organi competenti, si chiede di indicare una percentuale massima di oneri a carico della Ditta Aggiudicataria rispetto al base d'asta. L'indicazione infatti, "Sarà a totale carico della Ditta Aggiudicatrice senza nessun aggravio di costi per la Stazione Appaltante", implica una forte indeterminazione che rende impossibile valutare già in fase di partecipazione i costi che si andranno ad affrontare.

**Risposta 5):** Si conferma quanto rappresentato in Capitolato Tecnico.

Si chiarisce altresì che la locuzione "L'indicazione infatti, "Sarà a totale carico della Ditta Aggiudicatrice senza nessun aggravio di costi per la Stazione Appaltante", implica una forte indeterminazione che rende impossibile valutare già in fase di partecipazione i costi che si andranno ad affrontare" risulta non opportuna in questa fase di gara in quanto non è stato presentato alcun progetto esecutivo a questa ARNAS (come da cronoprogramma 30 giorni solari dopo l'aggiudicazione).

Altresì si rappresenta che tutte le eventuali integrazioni/modifiche al progetto esecutivo richieste dagli "organi di Competenza", derivanti da eventuali carenze rispetto alle specifiche normative/regola dell'arte su lavori/installazioni/attività in generale, saranno obbligatori ed a totale carico dell'aggiudicatario come da CT.

**Quesito 6): Art. 4 OGGETTO DELL'APPALTO e Art.8.2.1.8 SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Viene chiesto all'Operatore Economico:

*l'integrazione del software di gestione della sala di crioconservazione in uso presso il centro PMA di ARNAS con il sistema software attualmente presente nel centro PMA (Fertilab), Si evidenzia che l'assenza di informazioni specifiche, quali ad esempio le caratteristiche del software Fertilab, non consente di definire la fattibilità di quanto richiesto oltre che gli oneri per la sua attuazione. Ciò rende ovviamente, in assenza di specifiche più dettagliate, impossibile poter produrre dettagliato progetto tecnico e relativa offerta economica. In considerazione di quanto esposto si chiede di confermare che la richiesta debba intendersi come supporto per l'integrazione del software di gestione delle biobanca con il sistema Fertilab senza che la sua realizzazione sia in capo dell'Operatore Economico aggiudicatario della procedura.*

**Risposta 6):** Premesso che quanto previsto dal capitolato tecnico, ovvero quanto richiesto nelle c.d. "caratteristiche di minima" costituisce requisito essenziali di partecipazione alla gara di cui in oggetto, pena esclusione dalla stessa, si rappresenta che al paragrafo 8.2.1.8 CT è richiesto un'implementazione di "Integrazione con l'applicativo Fertilab in uso per il centro PMA di questa ARNAS.

*Obiettivo dell'integrazione è garantire il tracciamento del processo clinico sanitario informatizzato tra i due sistemi, a sensi delle linee guida in materia, ovvero dalla regola dell'arte.*

*Gli standard richiesti delimitano il processo di integrazione attraverso la definizione di API aventi le seguenti specifiche minime:*

- *l'O.E. fornitore del sw di gestione della sala CRIO definisce i campi/attributi/informazioni/tracciati necessari/di minima atti a garantire tracciamento del processo clinico sanitario informatizzato (nome, cognome, C.F., data di nascita, data prelievo, codice identificativo prelievo .... Etc), coerentemente al dataset implementato dall'applicativo Fertilab;*
- *utilizzo dei maggiori standard di comunicazione dei dati sanitari (HL7, Web Service ...);*
- *implementazione delle integrazioni rispettando gli standard GDPR, ovvero di sicurezza informatica"*

**tale da garantire il tracciamento del processo clinico sanitario informatizzato tra i due sistemi, a sensi delle linee guida in materia, ovvero dalla regola dell'arte.**

Resta inteso che per tale tracciamento, ovvero tale integrazione, è richiesta specifica descrizione nel progetto offerta, al fine di sottoporre la soluzione integrativa proposta alla valutazione di qualità secondo il sub-criterio 2.8 della griglia di valutazione.

**Quesito 7):** Art. 6 Obblighi del fornitore.

*Tra le attività in carico dell'Operatore Economico è prevista anche la pulizia e sanificazione dei locali dove vengono svolte le attività oggetto del contratto. Tali attività esulano da quelle specialistiche oggetto della procedura in quanto trattasi di servizi che dovrebbero rientrare in appalti specifici. Si chiede di stralciare tale richiesta in quanto non attinente e non valutata nel base asta.*

**Risposta 7):** Si conferma quanto rappresentato in Capitolato Tecnico

**Quesito 8):** Art. 6.2 Durante il corso dei lavori.

*A carico dell'Operatore Economico è prevista anche la sorveglianza e la guardia del cantiere anche in caso di sospensione dei lavori. Si chiede conferma che tale richiesta non sia estesa anche nel caso di sospensioni prolungate non imputabili all'Operatore Economico e non derivanti da ritardi nell'esecuzione delle attività di propria competenza.*

**Risposta 8):** Si conferma quanto rappresentato in Capitolato Tecnico.

**Quesito 9):** Art.8.15 Garanzia e Manutenzione.

*Viene chiesta la garanzia della fornitura dei ricambi per almeno un decennio anche se richiesti da terzi manutentori. Si chiede conferma che i ricambi saranno, una volta terminato il contratto, saranno venduti e non sono quindi compresi nell'importo dell'appalto.*

**Risposta 9):** Si conferma quanto rappresentato nel paragrafo 8.15, e si chiarisce che durante il periodo di garanzia e manutenzione proposto in sede di offerta (minimo 24 mesi dalla data di collaudo, salvo migliororia offerta in sede di gara) i ricambi sono da intendersi inclusi secondo le SLA contrattuali definite.

**Quesito 10):** Art.8.15 Garanzia e Manutenzione.

*Nel Capitolato viene indicato quanto segue: " Per quanto concerne i danni a prodotti e tecnologie causati da uso improprio e/o dolo, in opposizione alla prescrizione del fabbricante/manuale d'uso, è onere dell'aggiudicatario verbalizzare la presenza di tale causa mediante apposito verbale (opportunamente documentato), entro le SLA contrattuali previste (primo intervento: 3 ore lavorative), firmato in contraddittorio con il referente sanitario/biologo del centro di crioconservazione...". Si evidenzia che il termine indicato per la verbalizzazione delle cause per danni dovuti ad uso improprio e/o dolo risulta essere insufficiente considerando:*

- *che l'intervento potrebbe avvenire in regime di reperibilità, quindi fuori dall'orario di presenza del tecnico;*
- *che potrebbe essere necessario del tempo per definire le cause dei danni;*
- *il tempo necessario per la redazione del verbale,*

*Si chiede quindi di rivedere quanto indicando riportando ad almeno 24 ore il termine per la verbalizzazione delle cause che hanno determinato il danno.*

**Risposta 10):** Si conferma quanto rappresentato in Capitolato Tecnico.

**Quesito 11):** Art.8.15 Garanzia e Manutenzione.

*Nell'art. in parola è riportato quanto segue: " Qualunque attività manutentiva (preventiva e correttiva) avviata e conclusa in assenza del personale del SIC Aziendale e del Settore Tecnico, e pertanto qualunque rapporto tecnico di lavoro non corredato anche della firma del suddetto personale oltre che quello del Direttore del centro PMA, determinerà l'applicazione di specifica penale". Considerando che alcuni interventi potranno essere eseguiti in regime di reperibilità, si chiede conferma che il personale del SIC Aziendale è reperibile e sarà quindi presente anche nel corso degli interventi eseguiti in regime di reperibilità.*

**Risposta 11):** Considerato che per SIC Aziendale si intende il Servizio di Ingegneria Clinica di questa ARNAS affidato al RTI Ge Medical System Italia S.p.a – Philips S.p.a – Conmed Scarl, con la locuzione "Qualunque attività manutentiva (preventiva e correttiva) avviata e conclusa in assenza del personale del SIC Aziendale e del Settore Tecnico, e pertanto qualunque rapporto tecnico di lavoro non corredato anche della firma del suddetto personale oltre che quello del Direttore del centro PMA, determinerà l'applicazione di specifica penale", si intende rappresentare che **esclusivamente per le tecnologie biomedicali**, dovranno essere fatte le dovute comunicazioni di:

- programmazione attività intervento tecnico correttivo/programmato (data, orario e personale indicato);
- relazione su intervento tecnico correttivo/programmato eseguito (con inclusi i relativi R.T.)

al servizio stesso a mezzo mail all'indirizzo [aogaribaldi@sicge.net](mailto:aogaribaldi@sicge.net).

**Quesito 12):** Attivazione dei servizi.

*Si chiede conferma che l'attivazione dei servizi, quali ad esempio la presa in carico di strutture, impianti ed apparecchiature, il servizio di analisi ambientale dei laboratori, la formazione, il servizio di gestione, organizzazione e conduzione con personale dedicato, sia successivo alla conclusione di tutte le opere di valorizzazione della Biobanca, e quindi dopo il collaudo "chiavi in mano" di cui al punto 6 del cronoprogramma riportato all'Art. 6.4 del Capitolato Speciale.*

**Risposta 12):** Il collaudo si intende chiavi in mano a conclusione della totalità delle attività in capo all'aggiudicatario previste dal C.T. e dalla normativa.

**Quesito 13):** Fatturazione.

*Con riferimento ai servizi previsti in gara ed in particolare ai lavori di "Valorizzazione della dotazione tecnologica della sala di crioconservazione" e alla fornitura dei criocontenitori, si chiede la modalità di emissione delle fatture (a titolo di esempio con canoni mensili per i servizi e a SAL per i lavori di valorizzazione) considerando che quanto indicato nell'allegato 4 all'art. 6 "PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI" sembra relativo solo ai soli canoni relativi ai servizi.*

**Risposta 13):** Si conferma che per quanto riguarda i pagamenti dei lavori e delle apparecchiature installate, il pagamento verrà effettuato in unica soluzione dopo aver acquisito il Certificato di verifica di conformità rilasciato dal Direttore esecutivo del Contratto (D.E.C.), mentre per tutti gli altri servizi si conferma quanto descritto nell'allegato 4 "schema contratto" all'art. 6.

**Quesito 14):** Domanda di partecipazione – punto 2.

*Si chiede conferma che trattasi di refuso la richiesta relativa all'indicazione dei soggetti cessati, non essendo prevista dal D. Lgs. 36/2023 tale specifica. Si chiede pertanto di poter barrare il punto.*

**Risposta 14):** Si conferma che trattasi di mero refuso.

**Quesito 15):** Domanda di partecipazione – punto 13.

*Si chiede conferma che trattasi di refuso la richiesta di inserire la terna dei subappaltatori, dal momento che tale previsione non è stata confermata nel D.LGS. 36/2023. Si chiede pertanto di poter barrare il punto.*

**Risposta 15):** Si conferma che trattasi di mero refuso;

**Quesito 16):** *Infine, in considerazione della necessità di ricevere le risposte ai quesiti, i quali sono propedeutici alla redazione del progetto tecnico e della relativa quotazione economica oltre alla complessità del progetto preliminare richiesto la cui valutazione tecnica riveste un ruolo importante nel punteggio complessivo, si chiede una proroga tecnica fino a metà settembre anche in considerazione del particolare periodo dell'anno durante il quale le tempistiche per la ricezione delle informazioni da parte delle aziende produttrici di alcuni dei componenti necessari alla redazione dell'offerta potrebbero risultare più lunghi.*

**Risposta 16):** Si conferma che verrà concessa una proroga dei termini di presentazione delle offerte comunicato tramite la sezione chiarimenti e pubblicato sul sito dell'Arnas Garibaldi nella sezione "bandi di gara e capitolati d'appalto", vedi avviso prot. n. 6187 del 22.07.2024.

L'istruttore

Coll. Amm.vo Prof.le

Dott. Ottaviano Calaciura



IL RUP  
Il Responsabile U.O.C. Provveditorato ed Economato  
Dott. Ing. Valentina Russo

