



Procedura in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, ai sensi dell'articolo 36, c. .2, lett. b), e comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura in somministrazione di materiale specialistico per chirurgia ricostruttiva mammaria -RDO n. 3513456

VERBALE DI GARA N. 2

L'anno 2023 il giorno 5 del mese di Luglio alle ore 09:00 presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce il seggio di gara nominato con disposizione prot. n. 104 del 23.05.2023, per il proseguo delle operazioni di gara afferenti alla RDO n 3513456

Il Seggio di gara è composto:

Dott. Olga Marletta – RUP

Dott.ssa Roberta Gennarino -Componente

Dott.ssa Elda Maria Lanzafame – Componente

Constatata la regolare composizione del seggio di gara si procede all'apertura dei lavori.
Visto il verbale n.1 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;
Preso atto dell'avvenuta acquisizione in data 23.06.2023 del verbale della commissione tecnica di giorno 20.06.2023,

Il seggio di gara procede a dare lettura del verbale della commissione tecnica di cui si riporta estratto:

Lotto	Operatore Economico	Giudizio
1	NEW SOLUTION MEDICALE SRL	CONFORME
1	SO.GI. MEDICAL H.C. SRL Lotti 1.a e 1.b: dalla documentazione non si evince la costruzione dell'involucro in elastomero di silicone in triplo strato come richiesto dal capitolato; Lotto 1.c: Le protesi di prova (sizer) risultano monouso e non sterilizzabili in autoclave per almeno 10 cicli come previsto dal capitolato; Lotto 1.d: Non sono presenti i punti di reperi per il corretto posizionamento degli espansori come richiesto dal capitolato; inoltre gli espansori ad altezza ridotta sono presenti in sole 4 misure, mentre il capitolato prevede un numero minimo di sei misure per tipologia;	NON CONFORME
1	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	CONFORME
Lotto	Operatore Economico	Giudizio
2	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	CONFORME

Lotto	Operatore Economico	Giudizio
3	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	CONFORME
Lotto	Operatore Economico	Giudizio
4	BECTON DICKINSON ITALIA Il prodotto presentato "GALAFLEX" è una mesh sintetica totalmente riassorbibile e non una matrice biologica acellulare come richiesto dal capitolato;	NON CONFORME
4	SO.GI. MEDICAL H.C. SRL	CONFORME
4	ELLEPI SURGICAL SRL	CONFORME
4	DECO MED SRL	CONFORME
4	BIOMEDICA ITALIA SRL	CONFORME
4	INNOVAMEDICA	CONFORME
4	INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	CONFORME
Lotto	Operatore Economico	Giudizio
5	ADVANCED MEDICAL AESTHETIC SOLUTIONS SRL	CONFORME
Lotto	Operatore Economico	Giudizio
6	ADVANCED MEDICAL AESTHETIC SOLUTIONS SRL	CONFORME
Lotto	Operatore Economico	Giudizio
7	SO.GI. MEDICAL H.C. SRL Il sistema presentato "Puregraft" è un sistema di lavaggio e purificazione del grasso a circuito chiuso ma non consente di creare un'aspirazione controllata e costante in maniera autonoma come richiesto dal capitolato;	NON CONFORME
7	POLYTECH HEALTH & AESTHETICS ITALIA SRL	CONFORME

Il seggio di gara stabilisce di procedere alla notifica del presente verbale a tutti gli Operatori Economici concorrenti mediante la sezione "Comunicazione" di CONSIP e tramite pubblicazione sul profilo committente di questa Azienda alla voce "Bandi di gara e Capitolati di appalto".

Premesso quanto sopra, il Seggio di gara alle ore 09.15 provvede a chiudere il presente verbale.


Il RUP avvierà gli adempimenti ex art. 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 nei confronti degli operatori SO.GI. MEDICAL H.C. SRL, e BECTON DICKINSON ITALIA.

Il Seggio di gara rinvia le operazioni di gara a giorno 12.07.2023 ore 09:00 per l'apertura delle buste economiche.

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

La pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma di gara e sul profilo committente ha valore di notifica ex art. 76 Codice appalti


Dott. Olga Marletta – Rup



Dott.ssa Roberta Gennarino –Componente



Dott.ssa Elda Maria Lanzafame – Componente



Catania LC 05.07.2023