



## VERBALE DI GARA N. 2 SEDUTA PUBBLICA DEL 28.08.2023

**Procedura di gara ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisto di strumentario chirurgico da destinare alle UU.OO. Gruppo Operatorio, Chirurgia Generale/Oncologica, Dermatologia, Chirurgia Vascolare-Cardiologia, Hospice Ambulatoriale P.O. Garibaldi Nesima, Medicina e Chirurgia ed Accettazione D'Urgenza -RDO n. 3515741**

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di luglio alle ore 09:30 presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce il seggio di gara nominato con disposizione prot. n. 988/Dsa del 22.06.2023, per il proseguo delle operazioni di gara.

### Il Seggio di gara è composto:

- Dott. Ottaviano Calaciura – Componente
- Dott.ssa Roberta Gennarino -Componente
- Dott. Salvo La Bionda – Componente

Constatata la regolare composizione del seggio di gara si procede all'apertura dei lavori.

Visto il verbale n. 1 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;

Preso atto dell'avvenuta acquisizione in data 26.06.2023 prot. n. 6078, del verbale della commissione tecnica di giorno 21.06.2023;

A questo punto il seggio di gara procede a dare lettura del verbale della commissione tecnica di cui si allega copia e costituisce parte integrante al presente verbale.

Il seggio di gara prende atto che il verbale della commissione tecnica del 21.06.2023 risulta essere parziale, in quanto relativamente ai lotti n. 1 e n. 2 è mancante della verifica di conformità o non conformità della Ditta Sintea (lotto1) e delle Ditte Felici e Sintea (lotto 2).

A questo punto, il Seggio di gara trasmette il presente verbale al RUP al fine di avviare:

- Richiesta di chiarimenti in merito al verbale della commissione tecnica del 21.06.2023 e successivi adempimenti di competenza;
- Avviare gli adempimenti ex art. 76 comma 5 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 nei confronti degli Operatori Economici Biocommerciale, Nexus, Medipoint e Sintea;

Il Seggio chiude la seduta pubblica alle ore 10:00 per riconvocarsi a data da destinarsi.

La pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma di gara sezione "Comunicazione" della piattaforma MEPA e tramite pubblicazione sul profilo committente di questa Azienda alla voce "Bandi di gara e Capitolati d'appalto" ha valore di notifica ex art. 76 Codice appalti

Redatto il seguente verbale composto di n. 1 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Dott. Ottaviano Calaciura – Componente 

Dott.ssa Roberta Gennarino –Componente 

Dott.Salvo La Bionda – Componente 

VERBALE COMMISSIONE TECNICA PROCEDURA DI GARA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DA DESTINARE ALLE UU.OO. GRUPPO OPERATORIO, CHIRURGIA GENERALE/ONCOLOGICA, DERMATOLOGIA, CHIRURGIA VASCOLARE-CARDIOLOGIA, HOSPICE AMBULATORIALE P.O. GARIBALDI NESIMA, MEDICINA E CHIRURGIA ED ACCETTAZIONE D'URGENZA -RDO N. 3515741

L'anno 2023 il giorno 21 del mese di giugno alle ore 12.00 (dodici), presso i locali dell'ARNAS Garibaldi di Catania, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con nota della Direzione Generale prot. n. 4570 dell'11.05.2023 per procedere alla verifica della conformità/non conformità alle prescrizioni tecniche di capitolato dei prodotti offerti dagli Operatori Economici concorrenti alla procedura di gara per l'acquisto di strumentario chirurgico da destinare alle uu.oo. gruppo operatorio, chirurgia generale/oncologica, dermatologia, chirurgia vascolare-cardiologia, hospice ambulatoriale p.o. garibaldi nesima, medicina e chirurgia ed accettazione d'urgenza, indetta con delibera n. 399 del 03.04.2023

Sono presenti in qualità di componenti la Commissione Tecnica della gara di cui all'Appalto Specifico per la fornitura di cui in oggetto:

- Dott. Andrea Leonardi, Dirigente Medico presso UOC Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico
- Dott. Francesco Calogero in servizio presso il Blocco Operatorio P.O. Garibaldi Centro
- Dott. ssa Vittoria Cantarella in servizio presso il Blocco Operatorio P.O. Garibaldi Centro

Si constatata la regolare composizione della Commissione Tecnica e si procedere a rendere ed acquisire agli atti le dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 77 del Codice degli Appalti rese da ciascuno dei componenti della Commissione Tecnica.

Preso atto che: la procedura di gara di cui al presente verbale è articolata in n. 5 (cinque) lotti, ciascuno unico ed indivisibile; risultano avere presentato offerta gli Operatori Economici per come di seguito dettagliati:

LOTTO N. 1:

ALTEA  
ATHENA  
BIOCOMMERCIALE  
NEXUS  
SINTEA

LOTTO N. 2:

ATHENA  
BIOCOMMERCIALE  
FELICI  
SINTEA

LOTTO N. 3:

ATHENA  
BIOCOMMERCIALE  
MEDIPOINT  
SINTEA

LOTTO N. 4:

ATHENA  
BIOCOMMERCIALE  
MEDIPOINT  
SINTEA

LOTTO N. 5:

ATHENA  
BIOCOMMERCIALE  
FELICI

A questo punto la Commissione Tecnica, al fine di verificare la conformità/non conformità dei prodotti offerti rispetto alle caratteristiche tecniche/funzionali del capitolato tecnico, procede a verificare la documentazione tecnica prodotta dagli Operatori Economici concorrenti con le seguenti risultanze:

| Lotto | Operatore Economico   | Giudizio     |
|-------|---|--------------|
| 1     | ALTEA – ATHENA  | CONFORME     |
| 1     | BIOCOMMERCIALE: Non presenta le tre varianti di pinza anatomica,<br>Alle voci: Pinza passatili Mixer morsi sottili a 90" 13,5 cm E Pinza passatili Mixer morsi lisci 13,5 cm Offre pinze difformi da quanto richiesto (no morso a 90°, no morsi lisci)  | NON CONFORME |
| 1     | NEXUS: <b>Alla voce:</b> Pinza passatili Mixer morsi sottili a 90" 13,5 cm così come richiesto, offre altro tipo di pinza, nello specifico quella di Fletcher;<br>I divaricatori di Deaver non conformi alla richiesta, in quanto offre misura 2,5 x 36 al posto di misura 39,4 come richiesto. | NON CONFORME |
| Lotto | Operatore Economico   | Giudizio     |
| 2     | ATHENA  | CONFORME     |
| 2     | BIOCOMMERCIALE: <b>Alla voce</b> pinza anatomica standard, offre pinze  | NON CONFORME |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | non conforme in quanto offre pinza da dissezione da 16 cm al posto di quella di 18 cm come richiesto.<br><b>Alla voce</b> pinza Heaney 19 cm così come richiesto, offre pinza da 20,5 cm |  |
|  |  |  |

| Lotto | Operatore Economico   | Giudizio     |
|-------|---|--------------|
| 3     | ATHENA - MEDIPOINT - SINTEA   | CONFORME     |
| 3     | BIOCOMMERCIALE: <b>Alla voce</b> forbice di Stevens 10,5 cm così come richiesto, offre strumento difforme alle misure richieste in quanto di lunghezza 12 cm.<br>La pinza di Adson offerta non presenta morso Debakey così come richiesto nel capitolato. | NON CONFORME |
| Lotto | Operatore Economico   | Giudizio     |
| 4     | ATHENA – BIOCOMMERCIALE   | CONFORME     |
| 4     | MEDIPOINT: <b>Alla voce</b> pinza vascolare atraum. Cooley 225 mm.<br>Offre Cooley da 270 mm, anziché da 225 mm come richiesto<br><br>SINTEA: <b>Alla voce</b> pinza vascolare atraum. Cooley 225 mm. E micro portaghi robusto 190 mm. Non le offre.      | NON CONFORME |
| Lotto | Operatore Economico   | Giudizio     |
| 5     | ATHENA - FELICI   | CONFORME     |
| 5     | BIOCOMMERCIALE: Non offre il divaricatore Sfield  | NON CONFORME |

Le operazioni di gara vengono quindi chiuse alle ore 14.00 (quattordici)  
Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 3 (tre) pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

