



VERBALE DI GARA N. 3 SEDUTA PUBBLICA DEL 11.10.2023

Procedura di gara ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l'acquisto di strumentario chirurgico da destinare alle UU.OO. Gruppo Operatorio, Chirurgia Generale/Oncologica, Dermatologia, Chirurgia Vascolare-Cardiologia, Hospice Ambulatoriale P.O. Garibaldi Nesima, Medicina e Chirurgia ed Accettazione D'Urgenza -RDO n. 3515741

L'anno 2023 il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 09:30 presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce il seggio di gara nominato con disposizione prot. n. 988/Dsa del 22.06.2023, per il proseguo delle operazioni di gara.

Il Seggio di gara è composto:

- Dott. Ottaviano Calaciura – Componente
- Dott.ssa Roberta Gennarino -Componente
- Dott. Salvo La Bionda – Componente

Constatata la regolare composizione del seggio di gara si procede all'apertura dei lavori.

Visto il verbale n. 1 e n. 2 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;

Preso atto dell'avvenuta acquisizione in data 26.06.2023 prot. n. 6078, del verbale della commissione tecnica di giorno 21.06.2023;

Atteso che il seggio di gara con verbale n. 2 del 28.07.2023, ha richiesto chiarimenti in quanto il verbale della commissione tecnica del 21.06.2023 è carente del giudizio di conformità/non conformità di alcuni operatori economici concorrenti.

Preso atto della mail del 09.10.2023 con la quale il RUP ha inviato il verbale della commissione tecnica n. 2 del 02.10.2023 prot. n. 104/23;

A questo punto il seggio di gara procede a dare lettura del superiore verbale della commissione tecnica che sostituisce in ogni sua parte il verbale n. 1 del 21.06.2023, di cui si allega copia e costituisce parte integrante al presente verbale con il seguente esito:

- **Lotto 1**
 - Athena CONFORME
 - Altea CONFORME
 - Biocommerciale NON CONFORME
 - Nexus NON CONFORME
 - Sintea CONFORME
- **Lotto 2**
 - Athena CONFORME
 - Biocommerciale NON CONFORME
 - Sintea NON CONFORME
 - Felici NON CONFORME
- **Lotto 3**
 - Athena CONFORME
 - Sintea CONFORME
 - Biocommerciale NON CONFORME
 - Medipoint NON CONFORME
- **Lotto 4**
 - Athena CONFORME
 - Biocommerciale NON CONFORME
 - Medipoint NON CONFORME
 - Sintea NON CONFORME
- **Lotto 5**
 - Athena CONFORME
 - Biocommerciale NON CONFORME
 - Felici NON CONFORME

Relativamente agli Operatori Economici Biocommerciale, Nexus, Medipoint, Felici e Sintea, il Seggio di gara trasmette il presente verbale al RUP al fine di avviare gli adempimenti ex art. 76 comma 5 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016:

- **Lotto 1**
Biocommerciale **NON AMMESSA**
Nexus **NON AMMESSA**
- **Lotto 2**
Biocommerciale **NON AMMESSA**
Sintea **NON AMMESSA**
Felici **NON AMMESSA**
- **Lotto 3**
Biocommerciale **NON AMMESSA**
Medipoint **NON AMMESSA**
- **Lotto 4**
Biocommerciale **NON AMMESSA**
Medipoint **NON AMMESSA**
Sintea **NON AMMESSA**
- **Lotto 5**
Biocommerciale **NON AMMESSA**
Felici **NON AMMESSA**

Preso atto del verbale n. 1 del seggio di gara del 18.05.2023, con la quale è stato rilevato una carenza documentale delle Ditte seguenti:

Athena di Nistico' Francesco: non compila i campi nel DGUE nelle parti:

- Parte III, lett. C) –liquidazione coatta, concordato preventivo, è ammesso a concordato con continuità aziendale;
- Parte IV:
 - Soddisfa i criteri di selezione;
 - Punto 1 iscrizione in un registro commerciale o professionale;

Sintea: mancata compilazione dell'Istanza di partecipazione, Offerta senza prezzo non allega il prospetto menzionato e mancata compilazione del DGUE nelle parti:

- Parte III, lett. C) –liquidazione coatta, concordato preventivo, è ammesso a concordato con continuità aziendale;

Si procede a trasmettere il presente verbale al RUP al fine di avviare il soccorso istruttorio per gli Operatori Economici sopra elencati.

Il Seggio di gara chiude la seduta pubblica alle ore 10:00 per riconvocarsi in data 18.10.2023 alle ore 09.30 presso i locali del Settore Provveditorato per il proseguo delle operazioni di gara.


La pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma di gara sezione "Comunicazione" della piattaforma MEPA e tramite pubblicazione sul profilo committente di questa Azienda alla voce "Bandi di gara e Capitolati d'appalto" ha valore di notifica ex art. 76 Codice appalti

Redatto il seguente verbale composto di n. 2 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Dott. Ottaviano Calaciura – Componente



Dott.ssa Roberta Gennarino –Componente



Dott.Saldo La Bionda – Componente





Provveditorato ed Economato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

Francesco Calogero

9/10/23 W

verbale n. 2 del 02/10/2023

1 messaggio

Francesco Calogero <fcalogero@arnasgaribaldi.it>

6 ottobre 2023 alle ore 12:24

A: Provveditorato ed Economato <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

con la presente si invia il verbale n.2 del 02/10/2023 che sostituisce il precedente.
verbale al fine di ulteriori precisazioni

 **CCF_000071.pdf**
2140K



Pz T. 104/23



06 OTT 2023

06 OTT 2023

Verbale n. 2 del 02/10/2023

VERBALE COMMISSIONE TECNICA PROCEDURA DI GARA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISTO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO DA DESTINARE ALLE UU.OO. GRUPPO OPERATORIO, CHIRURGIA GENERALE/ONCOLOGICA, DERMATOLOGIA, CHIRURGIA VASCOLARE-CARDIOLOGIA, HOSPICE AMBULATORIALE P.O. GARIBALDI NESIMA, MEDICINA E CHIRURGIA ED ACCETTAZIONE D'URGENZA -RDO N. 3515741

L'anno 2023 il giorno 2 del mese di ottobre alle ore 09.00 (nove), presso i locali dell'ARNAS Garibaldi di Catania, si riunisce la Commissione Tecnica nominata con nota della Direzione Generale prot. n. 4570 dell'11.05.2023 per procedere alla verifica della conformità/non conformità alle prescrizione tecniche di capitolato dei prodotti offerti dagli Operatori Economici concorrenti alla procedura di gara per l'acquisto di strumentario chirurgico da destinare alle uu.oo. gruppo operatorio, chirurgia generale/oncologica, dermatologia, chirurgia vascolare-cardiologia, hospice ambulatoriale P.O. Garibaldi Nesima, medicina e chirurgia ed accettazione d'urgenza, indetta con delibera n. 399 del 03.04.2023;

Sono presenti in qualità di componenti la Commissione Tecnica della gara di cui all'Appalto Specifico per la fornitura di cui in oggetto:

- Dott. Andrea Leonardi, Dirigente Medico presso UOC Chirurgia Generale ad indirizzo oncologico
- Dott. Francesco Calogero in servizio presso il Blocco Operatorio P.O. Garibaldi Centro
- Dott. ssa Vittoria Cantarella in servizio presso il Blocco Operatorio P.O. Garibaldi Nesima

Premesso che:

- Con verbale del 21.06.2023 la commissione tecnica si era riunita per verificare la conformità/non conformità alle prescrizioni tecniche di capitolato dei prodotti offerti dagli Operatori Economici concorrenti alla procedura di gara di cui in oggetto;

- Che con mail del 28.07.2023 il Rup richiedeva a seguito del verbale del seggio di gara n. 2 del 28.08.2023 chiarimenti ed integrazione relativamente agli operatori economici concorrenti;
- Successivamente la commissione tecnica con nota prot. nr 94 del 18.09.2023 inviava richiesti di chiarimenti al Rup relativamente agli operatori Economici Nexus Srl e Felici Srl;
- Che con prot. n. 8421 del 28.09.2023 la commissione tecnica riceve da parte del settore Provveditorato la documentazione richiesta dall'operatore economico Nexus srl. L'operatore economico Felici Srl non ha prodotto alcuna documentazione entro il termine di scdenza;

A questo punto la Commissione Tecnica, attese le superiori segnalazioni ha proceduto ad una ulteriore verifica della documentazione tecnica/campionatura acquisita da tutte le ditte concorrenti, pervenendo alle risultanze di seguito nel dettaglio riportate, che sostituiscono integralmente gli esiti del verbale n. 1 del 21/06/2023:

Lotto	Operatore Economico	Giudizio
1	ALTEA – ATHENA	CONFORME
1	BIOCOMMERCIALE: Alle voci: Pinza passafili Mixer morsi sottili a 90" 13,5 cm E Pinza passafili Mixer morsi lisci 13,5 cm Offre pinze difformi da quanto richiesto (no morso a 90°, no morsi lisci) Alla voce: pinza di Fletcher curva a S offre pinza di Maier difforme sia nella forma (curva e non ad S) che nella misura 265mm anziché 240 come richiesto	NON CONFORME
1	NEXUS:	NON CONFORME In quanto le schede tecniche prodotte non sono conformi a quanto stabilito nella lettera di invito alla voce busta virtuale amministrativa lett. g). Le schede tecniche devono essere redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione - al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica - del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valide. Le schede tecniche o depliant non dovranno riportare:

		<ul style="list-style-type: none"> - correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva; - dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva.
1	SINTEA:	CONFORME
Lotto	Operatore Economico	Giudizio
2	ATHENA	CONFORME
2	<p>BIOCOMMERCIALE:</p> <p>Alla voce pinza anatomica standard, offre pinze non conformi in quanto offre pinza da dissezione da 16 cm al posto di quella di 18 cm come richiesto.</p> <p>Alla voce pinza Heaney 19 cm così come richiesto, offre pinza da 20,5 cm</p> <p>Alla voce: forbici Mayo da 35,5 cm offre forbice da 29.5 cm</p> <p>Alla voce: pinza anatomica standard 35 cm. offre pinza da 30 cm.</p>	NON CONFORME
2	<p>SINTEA:</p> <p>Alla voce: pinza anatomica standard da 35.5 cm offre pinza da 40 cm</p> <p>Alla voce: pinza di Bailey come richiesto nel capitolato offre la pinza di Meeker diforme nella tipologia del morso</p> <p>Alla voce: forbici Mayo da 35 cm offre Metzenbaum da 36 cm diforme per tipologia</p>	NON CONFORME
2	FELICI:	<p>NON CONFORME</p> <p>In quanto le schede tecniche prodotte non sono conformi a quanto stabilito nella lettera di invito alla voce busta virtuale amministrativa lett. g). Le schede tecniche devono essere redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione - al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica - del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valide.</p> <p>Le schede tecniche o depliant non dovranno riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - correzioni dei dati a penna o a mezzo




		targhetta autoadesiva; - dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva.
--	--	---

Lotto	Operatore Economico	Giudizio
3	ATHENA - SINTEA	CONFORME
3	<p>BIOCOMMERCIALE: Alla voce: forbice di Stevens 10,5 cm così come richiesto, offre strumento difforme alle misure richieste in quanto di lunghezza 12 cm.</p> <p>Alla voce: pinza di Martin 15 cm, offre una pinza da 19 cm.</p> <p>Alla voce: pinza di Adson cm. 12morsi DeBakey offre pinza che non presenta morso Debakey così come richiesto nel capitolato.</p>	NON CONFORME
	<p>MEDIPOINT:</p> <p>Alla voce: forbici Metzenbaum rette da 14.5 cm offre forbici da 12 cm (pur avendo a catalogo quella da 15 cm)</p> <p>Alla voce: pinza di Martin cm. 15 (è una pinza con 7x8 denti) offre pinza da 4x5 denti</p>	NON CONFORME
Lotto	Operatore Economico	Giudizio
4	ATHENA	CONFORME
	<p>BIOCOMMERCIALE:</p> <p>Alla voce: pinza Cooley-Satinsky morso 21 mm 140 mm</p> <p>Offre pinza Baby Satinsky non conforme perchè morso differente</p>	NON CONFORME
4	<p>MEDIPOINT:</p> <p>Alla voce: pinza vascolare atraum. Cooley 225 mm.</p> <p>Offre Cooley da 270 mm, anziché da 225 mm come richiesto</p> <p>SINTEA:</p> <p>Alla voce: forbice Metzenbaum offre strumento non in tungsteno come richiesto</p>	NON CONFORME
Lotto	Operatore Economico	Giudizio
5	ATHENA	CONFORME
5	<p>BIOCOMMERCIALE:</p> <p>Dalle schede tecniche non si evince la pinza di Magill</p> <p>FELICI:</p>	<p>NON CONFORME</p> <p>NON CONFORME</p> <p>In quanto le schede tecniche prodotte non sono conformi a quanto stabilito nella lettera di invito alla voce busta virtuale amministrativa lett. g) devono essere</p>

		<p>redatte dalla ditta produttrice o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione - al fine della identificazione del redattore della scheda tecnica - del marchio, del timbro, del logo o quant'altro, faranno ritenere le schede tecniche come anonime e pertanto non valide.</p> <p>Le schede tecniche o depliant non dovranno riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - correzioni dei dati a penna o a mezzo targhetta autoadesiva; - dati trascritti ex-novo o aggiunti o sovrapposti a penna o a mezzo targhetta autoadesiva.
--	--	---

Le operazioni di gara vengono quindi chiuse alle ore 10.30;
 Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 5 (cinque) pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue:


 Gaetano Uzzo
 Funzionario