

VERBALE N. 7 SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL 23.10.2024

Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica in e-procurement sulla piattaforma Net4market suddivisa in n. 5 lotti per la fornitura di attrezzature afferenti al "Percorso Parto" per la U.O.C. di Neonatologia con UTIN dell' Arnas Garibaldi P.O. Nesima e la fornitura di una colonna Isteroscopica presso il Dipartimento Materno Infantile dell'Arnas Garibaldi - P.O. Nesima.

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 10:00 presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce in seduta pubblica la Commissione Giudicatrice, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 273 del 04.09.2024, per la chiusura della fase tecnica e per l'apertura telematica delle buste virtuali economiche e l'estrazione dei documenti in esse contenuti, giusta avviso del 21.10.2024, pubblicato sul sito del committente e sulla piattaforma telematica Net4Market.

È presente la seguente commissione, composta da:

- Dott. Ing. Valentina Russo – Presidente;
- Dott. Antonio Siscaro – Componente;
- Dott.ssa Kim Patrizia Maria Maiolo – Componente;
- Dott. Salvatore Daniel La Bionda – Segretario Verbalizzante.

Constate le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità rilasciate dai componenti della Commissione Giudicatrice, pubblicate, unitamente ai rispettivi *curricula*, sul profilo committente, si attesta la regolare composizione della Commissione Giudicatrice e si procede all'apertura dei lavori.

Vengono Richiamati integralmente i Verbali di seduta riservata n. 2 del 18.09.2024, n. 3 del 27.09.2024, n. 4 del 03.10.2024, n. 5 del 14.10.2024, n. 6 del 18.10.2024 della Commissione Giudicatrice.

TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 11:10, il Presidente con l'ausilio della commissione apre la seduta pubblica.

E' presente il Sig. Giuseppe Cucè in qualità di delegato da parte di Burke & Burke S.p.A.


E' presente il Sig. Andrea Francesco Trovato in qualità di delegato da parte di Burke & Burke S.p.A.

E' presente il Sig. Giuseppe Spadaro in qualità di delegato da parte di Ultramed S.r.l.

Il presidente della Commissione Giudicatrice illustra gli esiti delle valutazioni tecniche rimesse alla Commissione Giudicatrice in seduta riservata e segnatamente:

Lotto n. 1

- ✓ EUROMED S.r.l.: **Ammessa** alla fase successiva con punteggio ottenuto pari a **66,33** che per effetto della riparametrazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparametrato di **70/70**, di cui all'allegato Excel;
- ✓ BURKE&BURKE S.p.A.: **Non Ammessa** alla fase successiva in quanto inserisce un tipo di documentazione relativa ad un lotto diverso, indi per cui la Commissione dichiara l'esclusione per



non aver presentato la documentazione tecnica corretta relativamente al lotto indicato, e non essendo oltretutto presente all'interno di altri lotti.

Lotto n. 2

- ✓ EUROMED S.r.l.: **Ammessa** alla fase successiva con punteggio ottenuto pari a **64,63** che per effetto della riparazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparato di **70/70**, di cui all'allegato Excel;
- ✓ ULTRAMED S.r.l.: **Ammessa** alla fase successiva con punteggio ottenuto pari a **49,45** che per effetto della riparazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparato di **53,56**, di cui all'allegato Excel;
- ✓ BURKE&BURKE S.p.A.: **Ammessa** alla fase successiva con punteggio ottenuto pari a **43,38** che per effetto della riparazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparato di **46,99**, di cui all'allegato Excel;

Lotto n. 3

- ✓ BURKE&BURKE S.p.A.: **Ammessa** alla fase successiva con punteggio ottenuto pari a **68,30** che per effetto della riparazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparato di **70/70**, di cui all'allegato Excel;
- ✓ EUROMED S.r.l.: **Ammessa** alla fase successiva con punteggio ottenuto pari a **65,24** che per effetto della riparazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparato di **66,86**, di cui all'allegato Excel;

Lotto n. 4

- ✓ BURKE&BURKE S.p.A.: **Ammessa** alla fase successiva con punteggio ottenuto pari a **56,63** che per effetto della riparazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparato di **70/70**, di cui all'allegato Excel;
- ✓ EUROMED S.r.l.: **Ammessa** alla fase successiva con punteggio ottenuto pari a **53,60** che per effetto della riparazione prevista dal Capitolato Tecnico ottiene il punteggio definitivo riparato di **66,25**, di cui all'allegato Excel;

Lotto n. 5

- ✓ DI EMME IMPORT S.r.l.: **Non Ammessa** alla fase successiva in quanto vengono rilevate le seguenti difformità rispetto a quanto indicato sul Capitolato Tecnico, nello specifico:
 - Par. 14.1.7 Strumentazione richiesta in dotazione alla colonna, vengono richiesti n. 3 istero-resetoscopi, l'Operatore ne offre n. 1 DIFFORME;
 - Viene richiesto diametro esterno max dei suddetti prodotti che non deve superare i 5.5mm (16CH), l'Operatore offre il prodotto AH-002-213, camicia esterna a flusso continuo (18.5CH) DIFFORME;
 - N. 1 set di camicie a profilo anatomico di diametro 5mm, l'Operatore offre camicie a sezione rotonda DIFFORME;
 - Viene richiesta la fornitura di n. 1 forbici dotata di dispositivo rotante con diametro (5CH) e lunghezza 34cm circa, l'Operatore offre l'articolo AC-003-612-T avente una lunghezza come da scheda tecnica "LOTTO 5 DEPLIANT-SCHEDA TECNICA" di 400mm, DIFFORME;
 - Viene richiesta la fornitura di n. 1 pinza da presa e biopsia dotata di dispositivo rotante con diametro (5CH) e lunghezza 34cm circa, l'Operatore offre l'articolo AC-001-202-T avente una lunghezza come da scheda tecnica "LOTTO 5 DEPLIANT-SCHEDA TECNICA" di 400mm, DIFFORME;



✓ **SORAMED S.r.l.:** **Non Ammessa** alla fase successiva in quanto vengono rilevate le seguenti difformità rispetto a quanto indicato sul Capitolato Tecnico, nello specifico:

- Viene richiesta la fornitura di n. 1 set di camicie a profilo anatomico di diametro 5mm, l'Operatore offre camicie a sezione circolare e non anatomica DIFFORME;
- Viene richiesta la fornitura di n. 1 forbici dotata di dispositivo rotante con diametro (5CH) e lunghezza 34cm circa, l'Operatore offre l'articolo 26159SHW, non avente sistema rotante specificato sul file “_Schede tecniche_depliant L5” DIFFORME;
- Viene richiesta la fornitura di n. 1 pinza da presa e biopsia dotata di dispositivo rotante con diametro (5CH) e lunghezza 34cm circa, l'Operatore offre l'articolo 26159UHW, non avente sistema rotante specificato sul file “_Schede tecniche_depliant L5” DIFFORME;
- Viene rilevato come nonostante alla voce processore par. 14.1.1 siano state richieste le licenze DICOM per completa integrazione con Sistema RIS/PACS in dotazione presso l'Arnas Garibaldi, l'Operatore nelle caratteristiche dello strumento offerto, non specifica in alcun modo tale requisito, in tutta la documentazione esaminata;

Indi per cui si dichiara il lotto n. 5 **DESERTO** per mancanza di offerte conformi;

Alle ore 11:20, la Commissione Giudicatrice, accedendo al sistema telematico Net4Market, procede con l'inserimento del punteggio di Valutazione Tecnica, chiudendo la fase relativa alle buste virtuali tecniche.

A questo punto, la Commissione procede all'apertura telematica delle buste virtuali dell'Offerta Economica ed all'estrazione dei documenti in esse contenuti, costituenti le offerte presentate dagli Operatori Economici ammessi alla presente fase della procedura in oggetto, dandone lettura:

Lotto n. 1:

L'Operatore Economico EUROMED S.r.l. produce la seguente Offerta Economica:



Euromed Srl
Via Fiesso, 20 – 35020 Arre (PD)
Tel. 049.5389430
Fax 049.5389431



All. 10 – Offerta economica

“Offerta economica” – LOTTO N. 1 CIG: B22AFC207D

| PRODOTTO OFFERTO – NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO | Q.tà | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO |
|--|-----------------|-------------|------------|---|------|--|
| INCUBATRICE Neonatale YP-2800B Configurazione offerta: <ul style="list-style-type: none"> • 10.4” LCD Touch screen • Modalità Kangaroo • Controllo temperatura cutanea • Controllo umidità • Controllo concentrazione ossigeno • Carrello regolabile in altezza • Meccanismo inclinazione elettronico del materasso • Lettino estraibile e ruotabile 360 gradi • Cassetto per raggi X, estraibile • Silenziamento degli allarmi “hand-free” • Monitoraggio temperatura e umidità ambiente • Sistema di ammortizzazione dei pannelli • Funzione risveglio apnea • Bilancia neonatale • Cassettiera, asta flebo, braccio reggitubo • Gruppo di continuità UPS • Modulo monitoraggio completo dei parametri vitali del neonato (ECG, RESP, SPO2 Masimo, NIBP Suntech, TEMP) con stampante termica integrata • Modulo videocamera integrato con possibilità di registrazione di foto e video • Modalità notturna • Modulo videolaringoscopia neonatale completo di monitor e di n. 1 impugnatura a scelta tra le mis. 000, 00, 0 e 1 | YP-2800B | Z1208040301 | 2606274/R | € 19.800,00 Euro diciannovemilaottocento/00 | 14 | € 277.200,00 Euro duecentosettantasettemiladuecento/00 |

I prezzi si intendono al netto di IVA 22%

"Offerta economica" – LOTTO N. 1 CIG: B22AFC207D

| PRODOTTO OFFERTO – NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO | Qt.à | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO |
|---|-----------------|-------------|------------|-------------------------|------|----------------------------|
| <p><u>Fornite complete di:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Manuale Operativo e Service Tutti gli eventuali accessori e consumabili (anche non sopra indicati espressamente) necessari al corretto, sicuro ed immediato utilizzo <p><u>La fornitura comprende:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Servizio di manutenzione full risk nella formula "tutto incluso, nulla escluso" per tutta la durata della garanzia di 24 mesi come previsto dal paragrafo 9.6 del Vostro Capitolato tecnico Aggiornamenti tecnologici hardware e software per tutta la durata della garanzia Addestramento del personale sanitario al corretto utilizzo delle apparecchiature offerte e del personale tecnico come previsto dal paragrafo 9.5 del Vostro Capitolato tecnico. | YP-2800B | Z1208040301 | 2606274/R | | | |

I prezzi si intendono al netto di IVA 22%

FAB 045.0008431

13485.2016

All. 10 – Offerta economica

"Offerta economica" – LOTTO N. 1 CIG: B22AFC207D

Accessori e Moduli Opzionali

| Codice | Descrizione | Qt.à | Importo € |
|--------|---|------|------------------|
| | Lampada da visita esterna Prezzo.....€. | n. 1 | <u>520,00</u> |
| | Mensola monitor Prezzo.....€. | n. 1 | <u>420,00</u> |
| | Modulo PVI Prezzo.....€. | n. 1 | <u>1.320,00</u> |
| | Modulo CO2 (Masimo) Prezzo.....€. | n. 1 | <u>4.360,00</u> |
| | Modulo predittivo per la rilevazione della sepsi Hero DUET Prezzo.....€. | n. 1 | <u>32.000,00</u> |

I prezzi si intendono al netto di IVA 22%

Costi di cui all'art. 108 comma 9 D. Lgs 36/2023:

Costi della manodopera € 8.316,00

Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € 2.772,00

Il sottoscrittore
(indicare titolo e generalità del sottoscrittore)

La presente offerta è stata sottoscritta in
data 31/07/2024

EUROMED srl
Nicola Bortoletto
AMMINISTRATORE UNICO

Nicola Bortoletto

Amministratore Unico – Euromed srl

Lotto n. 2:

L'Operatore Economico BURKE&BURKE S.p.A. produce la seguente Offerta Economica:

 burke&burke
evolution through technology
by Palax

All. 10 – Offerta economica

"Offerta economica" – LOTTO N. 2 CIG: B22AFC3150

| PRODOTTO OFFERTO – NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO |
|---|-----------------|-------------|------------|---|--|
| <p>Dual Incu-1 med.100. Incubatrice ibrida neonatale con servocentro di O2 (Produttore: Atom Medical Corp., Japan)</p> <p>Qt. n. 2</p> | 61601 | Z1208040301 | 349337 | € 22.050,05 + IVA /cad euro ventidueemilacinquantat/05 cad | € 44.100,10 + IVA /tot euro quarantaquattromilacento/10 tot |

Costi di cui all'art. 108 comma 9 D. Lgs 36/2023:

Costi della manodopera € 2.535,76.= (euro duemilacinquecentotrentacinque/76)

Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € 220,50.= (duecentoventi/50)




L'Operatore Economico EUROMED S.r.l. produce la seguente Offerta Economica:

EUROMEDITALY

Euromed Srl
Via Flessa, 20 - 35020 Arre (PD)
Tel. 049.5369430
Fax 049.5389431

ISO
9001 2015
13485 2016



All. 10 - Offerta economica

"Offerta economica" - LOTTO N. 2 CIG: B22AFC3150

| PRODOTTO OFFERTO - NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO | Q.tà | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO |
|--|-----------------|-------------|------------|--|------|--|
| INCUBATRICE Neonatale Ibrida YP-31008 Configurazione offerta: <ul style="list-style-type: none"> • 10,4" LCD Touch screen • Modalità incubatrice e lettino riscaldante • Controllo temperatura cutanea • Controllo umidità • Controllo concentrazione ossigeno • Modalità Kangaroo • Meccanismo inclinazione elettrico del materasso • Funzione silenziamento allarmi hands free • Lettino estraibile e ruotabile 360 gradi • Stativo con regolazione elettrica in altezza • Apertura/chiusura elettrica della campana • Modalità notturna • Luce di controllo notturna • Cassette per raggi X, estraibile • Monitoraggio temperatura e umidità ambiente • Sistema di ammortizzazione dei pannelli • Funzione risveglio apnea • Bilancia neonatale • Caselliera, asta flebo, braccio reggitubo • Gruppo di continuità UPS • Modulo monitoraggio completo dei parametri vitali del neonato (ECG, RESP, SPO2 Masimo, NIBP Suntech, TEMP) con stampante termica integrata. • Modulo videocamera integrato con possibilità di registrazione di foto e video • Modulo videolaringoscopia neonatale completo di monitor e di n. 1 impugnatura a scelta tra le mis. 000, 00, 0 e 1 | YP-31008 | Z1208040301 | 2626082/R | € 28.700,00 Euro ventottomilasettecento/00 | 2 | € 57.400,00 Euro cinquantasettemilaquattrocento/00 |

I prezzi si intendono al netto di IVA 22%

"Offerta economica" - LOTTO N. 2 CIG: B22AFC3150

| PRODOTTO OFFERTO - NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO | Q.tà | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO |
|---|-----------------|-------------|------------|-------------------------|------|----------------------------|
| Fornite complete di: <ul style="list-style-type: none"> • Manuale Operativo e Service • Tutti gli eventuali accessori e consumabili (anche non sopra indicati espressamente) necessari al corretto, sicuro ed immediato utilizzo La fornitura comprende: <ul style="list-style-type: none"> • Servizio di manutenzione full risk nella formula "tutto incluso, nulla escluso" per tutta la durata della garanzia di 24 mesi come previsto dal paragrafo 9.6 del Vostro Capitolato tecnico • Aggiornamenti tecnologici hardware e software per tutta la durata della garanzia • Addestramento del personale sanitario al corretto utilizzo delle apparecchiature offerte e del personale tecnico come previsto dal paragrafo 9.5 del Vostro Capitolato tecnico. | YP-31008 | Z1208040301 | 2626082/R | | | |

I prezzi si intendono al netto di IVA 22%

All. 10 - Offerta economica

"Offerta economica" - LOTTO N. 2 CIG: B22AFC3150

Accessori e Moduli Opzionali

| Codice | Descrizione | Qt.à | Importo € |
|--------|---|------|------------------|
| | Mensola monitor Prezzo.....€. | n. 1 | 420,00 |
| | Modulo PVI Prezzo.....€. | n. 1 | 1.320,00 |
| | Modulo CO2 (Masimo) Prezzo.....€. | n. 1 | 4.360,00 |
| | Modulo predittivo per la rilevazione della sepsi Hero DUET Prezzo.....€. | n. 1 | 32.000,00 |

I prezzi si intendono al netto di IVA 22%

Costi di cui all'art. 108 comma 9 D. Lgs 36/2023:

Costi della manodopera € 1.722,00

Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € 574,00

Il sottoscrittore

La presente offerta è stata sottoscritta in
data 31/07/2024

EUROMED S.r.l.
Nicola Bortoletto
Amministratore Unico

Nicola Bortoletto
Amministratore Unico - Euromed srl

L'Operatore Economico ULTRAMED S.r.l. produce la seguente Offerta Economica:

"Dettaglio Offerta economica" – LOTTO N. 2 CIG: B22AFC3150

| PRODOTTO OFFERTO – NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | Q.TA' | PREZZO UNITARIO OFFERTO IVA ESCLUSA 22% | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO IVA ESCLUSA 22% |
|--|-----------------|-------------|------------|-------|--|---|
| Incubatrice Neonatale Ibrida Modello GIRAFFE OMNIBED CARESTATION <i>Consultare Configurazione Offerta senza prezzi allegata in gara per dettagli.</i> | 2082844-001 | Z1208040301 | 1740452/R | 02 | € 24.840,00 (Euro Ventiquattromilaottocentoquaranta/00) | € 49.680,00 (Euro Quarantounomila-seicentottanta/00) |

Percentuale Iva Applicabile, a vs carico: 22% (Ventiduepercento)

Percentuale di Ribasso praticata sull'importo, complessivo ed omnicomprensivo, posto a base d'asta di € 60.000,00 Oltre Iva 22%: 17,20 % (Diciassettevirgolaventipercento)

Costi di cui all'art. 108 comma 9 D. Lgs 36/2023:

-Costi della manodopera € 1.900,00 (Euro Milienovecento/00), inclusi in offerta

-Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € 464,00 (Euro Quattrocentosessantaquattro/00), inclusi in offerta

La presente offerta è stata sottoscritta in data SAN GREGORIO DI CATANIA (CT),
01/08/2024

Il sottoscrittore
(indicare titolo e generalità del sottoscrittore)

Ultramed S.r.l.
Sede Legale Unica
Via S. Ruffini
41013 (Modena)

Lotto n. 3

L'Operatore Economico EUROMED S.r.l. produce la seguente Offerta Economica:

EUROMEDITALY

Euromed Srl
Via Fiesso, 20 – 35020 Arre (PD)
Tel. 049.5389430
Fax 049.5389431

ISO
9001:2015
13485:2016



All. 10 – Offerta economica

"Offerta economica" – LOTTO N. 3 CIG: B22AFC4223

| PRODOTTO OFFERTO – NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO | Q.tà | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO |
|---|-----------------|-----------|------------|--|------|---|
| ISOLA RIANIMAZIONE NEONATALE HKN-2200B Configurazione offerta: <ul style="list-style-type: none"> • 10,4" LCD Touch screen • Servocontrollo temperatura, modalità di pre-riscaldamento • Funzione silenziosamento allarmi hands free • Modalità Kangaroo • Meccanismo inclinazione elettrica del materasso • Parte radiante ruotabile per raggi X • Modulo aspirazione bassa pressione (Venturi) • Modulo Blender Aria/Ossigeno • Modulo rianimatore T-Flow con uscita gas ausiliaria • Stativo con regolazione elettrica in altezza • Funzione risveglio Apnea • Timer Apgar • Doppio monitoraggio T del neonato (corporea e periferica) • Modulo monitoraggio completo dei parametri vitali del neonato (ECG, RESP, SPO2 Massimo, NIBP Suntech, TEMP) con stampante termica integrata. • Cassette Rx • Lampada da visita • Modulo Bilancia neonatale • Cassettiera asta flebo, braccio reggi tubi • Monitoraggio temperatura e umidità ambiente • Sistema di ammortizzazione dei pannelli • Gruppo di continuità UPS • Modulo videocamera integrata con possibilità di registrazione di foto e video • Modulo videolaringoscopia neonatale, completo di monitor e di n. 1 impugnatura a scelta tra le mis. 000, 00, 0 e 1 • Umidificatore attivo VH-2s00A, per la rianimazione e ventilazione umidificata e riscaldata dei neonati • Vano porta bombole | HKN-2200B | Z12080407 | 2591686/R | € 22.400,00 Euro ventiduemilaquattrocento/00 | 3 | € 67.200,00 Euro sessantasettemiladuecento/00 |

I prezzi si intendono al netto di IVA 22%

"Offerta economica" – LOTTO N. 3 CIG: B22AFC4223

| PRODOTTO OFFERTO – NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO | Q.tà | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO |
|---|-----------------|-----------|------------|-------------------------|------|----------------------------|
| Fornite complete di: <ul style="list-style-type: none"> • Manuale Operativo e Service • Tutti gli eventuali accessori e consumabili (anche non sopra indicati espressamente) necessari al corretto, sicuro ed immediato utilizzo La fornitura comprende: <ul style="list-style-type: none"> • Servizio di manutenzione full risk nella formula "tutto incluso, nulla escluso" per tutta la durata della garanzia di 24 mesi come previsto dal paragrafo 9.6 del Vostro Capitolato tecnico • Aggiornamenti tecnologici hardware e software per tutta la durata della garanzia • Addestramento del personale sanitario al corretto utilizzo delle apparecchiature offerte e del personale tecnico come previsto dal paragrafo 9.5 del Vostro Capitolato tecnico. | HKN-2200B | Z12080407 | 2591686/R | | | |

I prezzi si intendono al netto di IVA 22%

(Handwritten signatures)

"Offerta economica" – LOTTO N. 3 CIG: B22AFC4223

| Accessori e Moduli Opzionali | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------|
| Codice | Descrizione | Qt.à | Importo € |
| | Mensola monitor Prezzo.....€. | n. 1 | 420,00 |
| | Modulo PVI Prezzo.....€. | n. 1 | 1.320,00 |
| | Modulo CO2 (Masimo) Prezzo.....€. | n. 1 | 4.360,00 |

I prezzi si intendono al netto di IVA 22%

Costi di cui all'art. 108 comma 9 D. Lgs 36/2023:

Costi della manodopera € 2.016,00

Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € 672,00

La presente offerta è stata sottoscritta in data 31/07/2024

Il sottoscrittore
EUROMED srl
Nicola Bortoletto
Amministratore Unico

Nicola Bortoletto
Amministratore Unico – Euromed srl

L'Operatore Economico BURKE&BURKE S.p.A. produce la seguente Offerta Economica:



All. 10 – Offerta economica

"Offerta economica senza prezzo" – LOTTO N. 3 CIG: B22AFC4223

| PRODOTTO OFFERTO – NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO |
|--|-----------------|-----------|------------|---|--|
| KOALA THERM BQ80 Isola neonatale (Produttore: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd) Qt. n. 3 | BQ80 | Z12080407 | 2226404 | € 17.562,00 + IVA /cad. euro diciassetteemilacinquecento:essantadue/00 cad | € 52.686,00 + IVA /tot. euro cinquantaduemilaseicentottantasei/00 tot |

Costi di cui all'art. 108 comma 9 D. Lgs 36/2023:

Costi della manodopera € 3.029,45.= (euro tremilaventonove/45)

Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € 263,43.= (duecentosessantatre/43)

Lotto n. 4

L'Operatore Economico EUROMED S.r.l. produce la seguente Offerta Economica:

EUROMEDITALY

Euromed Srl
Via Fiesso, 20 – 35020 Arre (PD)
Tel. 049.5389430
Fax 049.5389431



All. 10 – Offerta economica

"Offerta economica" – LOTTO N. 4 CIG: B22AFC52F6

| PRODOTTO OFFERTO – NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO | Qt.à | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO |
|--|-----------------|-------------|------------|--|------|--|
| TERMOCULLA DA TRASPORTO TI-2100B CON VENTILATORE Configurazione offerta: <ul style="list-style-type: none"> Schermo touch screen LCD a colori TFT da 8,8 pollici Air mode Baby mode Funzione di impostazione della temperatura "37C" Carrello da trasporto per l'utilizzo su ambulanza Meber Sistema di umidificazione con controllo umidità Materassino con fascette per il trasporto del neonato Lampada da esamiazione Controllo concentrazione Ossigeno Modulo SpO2 Masimo integrato Batteria Lead acid per un'elevata autonomia Ventilatore da trasporto Oxivent BabyLite idoneo al trasporto neonatale Umidificatore attivo VH-2500A per la rianimazione e ventilazione umidificata e riscaldata dei neonati Sistema UPS Aspiratore Neonatale Laerdal 12V idoneo al trasporto completo di borsa Mensola, asta flebo e braccio reggi tubi Alloggiamenti dedicati bombole gas e accessori Modulo videolaringoscopia neonatale completo di monitor e di n. 1 impugnatura a scelta tra le mis. 000, 00, 0 e 1 | TI-2100B | Z1208040302 | 2586280/R | € 48.500,00 Euro quarantottomilacinquecento/00 | 1 | € 48.500,00 Euro quarantottomilacinquecento/00 |

I prezzi si intendono al netto di IVA 22%

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

"Offerta economica" – LOTTO N. 4 CIG: B22AFC52F6

| PRODOTTO OFFERTO – NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO | Q.tà | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO |
|--|-----------------|-------------|------------|-------------------------|------|----------------------------|
| Fornita completa di: <ul style="list-style-type: none"> Manuale Operativo e Service Tutti gli eventuali accessori e consumabili (anche non sopra indicati espressamente) necessari al corretto, sicuro ed immediato utilizzo. La fornitura comprende: <ul style="list-style-type: none"> Servizio di manutenzione full risk nella formula "tutto incluso, nulla escluso" per tutta la durata della garanzia di 24 mesi come previsto dal paragrafo 9.6 del Vostro Capitolato tecnico Aggiornamenti tecnologici hardware e software per tutta la durata della garanzia Addestramento del personale sanitario al corretto utilizzo delle apparecchiature offerte e del personale tecnico come previsto dal paragrafo 9.5 del Vostro Capitolato tecnico. | TI-2100B | Z1208040302 | 2586280/R | | | |

I prezzi si intendono al netto di IVA 22%

Costi di cui all'art. 108 comma 9 D. Lgs 36/2023:

Costi della manodopera € 1.455,00

Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € 485,00

La presente offerta è stata sottoscritta in
data 31/07/2024

Il sottoscrittore

EUROMED srl
Nicola Bortoletto
Amministratore Unico

Nicola Bortoletto

Amministratore Unico – Euromed srl

L'Operatore Economico BURKE&BURKE S.p.A. produce la seguente Offerta Economica:

 burke&burke
emotion through technology
by Palex

All. 10 – Offerta economica

"Offerta economica" – LOTTO N. 4 CIG: B22AFC52F6 ____

| PRODOTTO OFFERTO – NOME COMMERCIALE | CODICE PRODOTTO | CND | REPERTORIO | PREZZO UNITARIO OFFERTO | PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO |
|--|-----------------|-------------|------------|--|--|
| <u>TI-2100B Incubatrice da Trasporto Neonatale</u> (Produttore: Ningbo David Medical Device Co., Ltd) Qt. n. 1 | TI-2100B | Z1208040302 | 2586280 | € 47.998,00 + IVA /cad euro quarantasettemilanovecentonovantotto/00 cad | € 47.998,00 + IVA /tot euro quarantasettemilanovecentonovantotto/00 tot |

Costi di cui all'art. 108 comma 9 D. Lgs 36/2023:

Costi della manodopera € ____ € 2.759,89. = (euro duemilasettecentocinquantanove/89) ____

Oneri aziendali concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro € ____ € 239,99. = (duecentotrentanove/99) ____

Ultimata la fase di esame delle Offerte Economiche, la Commissione Giudicatrice procede con l'inserimento dello stato "ammesso o non ammesso" per ogni singolo partecipante e per singolo Lotto, generando la graduatoria definitiva facente parte integrante del presente Verbale, riportando il seguente esito:

| POS. IN GRADUATORIA LOTTO N. 1 | OPERATORE ECONOMICO | PUNTEGGIO TECNICO (A) | OFFERTA ECONOMICA (B) | PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (C) | PUNTEGGIO COMPLESSIVO (A+C) |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1° | Euromed S.r.l. | 70,00 | Euro 227.200,00 | 30,00 | 100,00 |



| POS. IN GRADUATORIA LOTTO N. 2 | OPERATORE ECONOMICO | PUNTEGGIO TECNICO (A) | OFFERTA ECONOMICA (B) | PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (C) | PUNTEGGIO COMPLESSIVO (A+C) |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1° | Euromed S.r.l. | 70,00 | Euro 57.400,00 | 20,20 | 90,20 |
| 2° | Ultramed S.r.l. | 53,56 | Euro 49.680,00 | 25,09 | 78,65 |
| 3° | Burke&Burke S.p.A. | 46,98 | Euro 44.100,10 | 30,00 | 76,98 |

| POS. IN GRADUATORIA LOTTO N. 3 | OPERATORE ECONOMICO | PUNTEGGIO TECNICO (A) | OFFERTA ECONOMICA (B) | PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (C) | PUNTEGGIO COMPLESSIVO (A+C) |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1° | Burke&Burke S.p.A. | 70,00 | Euro 52.686,00 | 30,00 | 100,00 |
| 2° | Euromed S.r.l. | 66,86 | Euro 67.200,00 | 20,83 | 87,69 |

| POS. IN GRADUATORIA LOTTO N. 4 | OPERATORE ECONOMICO | PUNTEGGIO TECNICO (A) | OFFERTA ECONOMICA (B) | PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (C) | PUNTEGGIO COMPLESSIVO (A+C) |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1° | Burke&Burke S.p.A. | 70,00 | Euro 47.998,00 | 30,00 | 100,00 |
| 2° | Euromed S.r.l. | 66,25 | Euro 48.500,00 | 29,54 | 95,79 |

A questo punto, la Commissione Giudicatrice procede pertanto a proporre l'aggiudicazione per il lotto n. 2 in favore dell'O.E. seguente:

Lotto n. 2 O.E. : Euromed S.r.l.

Per i restanti lotti n. 1 – 3 – 4, propone di verificare tramite richiesta documentale, la verifica delle anomalie rilevate dal sistema telematico Net4mkt, in favore dei seguenti aggiudicatari nello specifico:

Lotto n. 1 O.E.: Euromed S.r.l.

Lotto n. 3 O.E.: Burke&Burke S.p.A.

Lotto n. 4 O.E.: Burke&Burke S.p.A.


Si trasmettono gli atti al R.U.P. per il seguito di competenza.


La Commissione Giudicatrice alle ore 12:30 dichiara chiusa la seduta pubblica ed il fine dei lavori.


La pubblicazione del presente verbale sulla piattaforma di gara e sul profilo committente ha valore di notifica ex art. 90 Codice appalti.

Del ché viene redatto il seguente verbale composto di n. 10 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Dott. Ing. Valentina Russo – Presidente 

Dott. Antonio Siscaro – Componente 

Dott.ssa Kim Patrizia Maria Maiolo – Componente 

Dott. Salvatore Daniel La Bionda – Segretario Verbalizzante 

**LOTTO 1 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE INCLUSI I SERVIZI ACCESS... - Base
asta ribassabile unitario: 25,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito -
Importo previsto: Non definito**

| Pos. | Ragione sociale | Prezzo unitario (EUR) | Prezzo complessivo (EUR) | Punt. quantitativo | Punt. qualitativo | Punt. totale | Ribasso (%) | Aggiud. | Data agg. | Sort. |
|------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|---------|-----------|-------|
| 1 | EUROMED SRL | 19800.00 | | 30.00 | 70.00 | 100.00 | 20.80 | Si | | No |

**LOTTO 2 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE INCLUSI I SERVIZI ACCES... - Base
asta ribassabile unitario: 30,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito -
Importo previsto: Non definito**

| Pos. | Ragione sociale | Prezzo unitario (EUR) | Prezzo complessivo (EUR) | Punt. quantitativo | Punt. qualitativo | Punt. totale | Ribasso (%) | Aggiud. | Data agg. | Sort. |
|------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|---------|-----------|-------|
| 1 | EUROMED SRL | 28700.00 | | 20.20 | 70.00 | 90.20 | 4.33 | Si | | No |
| 2 | ULTRAMED SRL | 24840.00 | | 25.09 | 53.56 | 78.65 | 17.20 | No | | No |
| 3 | BURKE & BURKE S.p.A. | 22050.05 | | 30.00 | 46.98 | 76.98 | 26.50 | No | | No |





LOTTO 3 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE INCLUSI I SERVIZI CONNE... - Base asta ribassabile unitario: 25,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

| Pos. | Ragione sociale | Prezzo unitario (EUR) | Prezzo complessivo (EUR) | Punt. quantitativo | Punt. qualitativo | Punt. totale | Ribasso (%) | Aggiud. | Data agg. | Sort. |
|------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|---------|-----------|-------|
| 1 | BURKE & BURKE S.p.A. | 17562.00 | | 30.00 | 70.00 | 100.00 | 29.75 | Si | | No |
| 2 | EUROMED SRL | 22400.00 | | 20.83 | 66.86 | 87.69 | 10.40 | No | | No |

LOTTO 4 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE INCLUSI I SERVIZI ACCES... - Base asta ribassabile unitario: 50,000.00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

| Pos. | Ragione sociale | Prezzo unitario (EUR) | Prezzo complessivo (EUR) | Punt. quantitativo | Punt. qualitativo | Punt. totale | Ribasso (%) | Aggiud. | Data agg. | Sort. |
|------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------|---------|-----------|-------|
| 1 | BURKE & BURKE S.p.A. | 47998.00 | | 30.00 | 70.00 | 100.00 | 4.00 | Si | | No |
| 2 | EUROMED SRL | 48500.00 | | 29.54 | 66.25 | 95.79 | 3.00 | No | | No |

John De B...

John De B...

John De B...

John De B...

AU. 2

| OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE EUROMED LOTTO N. 1 | | | Punteggio Proporzionalità Inversa = (Vmin * Pti) / Vi Punteggio Proporzionale = (Vi * Pti) / Vmax Riparametrizzazione = Pi * (1/Pmig) | | | | DISCREZIONALE | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|--------------------|---|----------------------------------|
| CRITERIO | Tipologia Punteggio | Pti= Punteggio Max attribuibile | Vmax= il valore massimo dichiarato dai concorrenti | Vmin= il valore più basso offerto dai concorrenti | Vi= Valore del parametro del concorrente i-esimo | Pi=punteggio ottenuto | MEDIA | PUNTEGGIO OTTENUTO | RIPARAMETRIZIONE = MEDIA IN ESAME / MEDIA MAX TRA I CONCORRENTI | PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO |
| 1.1 | Presenza di doppie pareti, al fine di ottimizzare il mantenimento del microclima interno e di garantire un migliore isolamento acustico dei possibili rumori presenti nel "mondo" esterno. | Tabellare | 3 | | | | | | | |
| 1.2 | Materiale parete (o doppie pareti): a. Policarbonato; b. Flexiglass | Tabellare a step: a. 3 b. 2 | 3 | | | | | | | |
| 1.3 | Campana trasparente su tutti e quattro i lati. | Tabellare | 2 | | | | | | | |
| 1.4 | Oblò muniti di guarnizioni per attutire i rumori e garantire una perfetta tenuta | Tabellare | 2 | | | | | | | |
| 1.5 | Letino paziente rotante di 360° | Tabellare | 2 | | | | | | | |
| 1.6 | Inclinazione Trendelenburg/Fowler gestibile dall'esterno dell'incubatrice. | Tabellare | 3 | | | | | | | |
| 1.7 | Indicazione digitale sul display dell'incubatrice del grado di inclinazione Trendelenburg/Fowler. | Tabellare | 2 | | | | | | | |
| 1.8 | Bilancia elettronica integrata, rispondente alle attuali normative, certificata NAWI, che consenta pesate del neonato senza necessità di estrarlo dall'incubatrice. Visualizzazione dei trend del peso. | Tabellare | 3 | | | | | | | |
| 1.9 | Cassetto Rx integrato estraibile senza necessità di apertura della parete. | Tabellare | 4 | | | | | | | |
| 1.10 | Cassetto Rx integrato estraibile da entrambi i lati dell'incubatrice. | Tabellare | 3 | | | | | | | |
| 1.11 | n. di oblò > 4 | Proporzionale | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | | | |
| 1.12 | Larghezza del materassino espressa in cm | Proporzionale | 3 | 46,5 | | 46,5 | 3 | | | |
| 1.13 | Descrivere dettagliatamente il sistema di umidificazione offerto Verranno valutati positivamente, tra gli aspetti, la possibilità di accesso completo a tutti i componenti del dispositivo per una sicura ed approfondita sanificazione. | Discrezionale | 3 | | | | 1 | 3 | 1,00 | 3,00 |
| 1.14 | Incubatrice progettata per agevolare la Cangiao Terapia, priva di colonna centrale di supporto del piano paziente e che consenta alla madre di posizionare agevolmente le gambe al di sotto del piano paziente stesso. | Tabellare | 1 | | | | | | | |
| 1.15 | Display di controllo totalmente touch-screen per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri (impostazione comandi e conferma impostazioni interamente tramite touch-screen, no uso manopole/tasti fisici) | Tabellare | 3 | | | | | | | |
| 1.16 | Dimensioni del display per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri ≥ 8,0" | Proporzionale | 3 | 10,4 | | 10,4 | 3 | | | |
| 1.17 | Tacitazione degli allarmi: descrivere dettagliatamente la soluzione proposta, ovvero le modalità di tacitazione da parte dell'operatore. | Discrezionale | 3 | | | | 0,95 | 2,85 | 1,00 | 3,00 |
| 1.18 | Presenza di gruppo di continuità (UPS) integrato nell'incubatrice, che ne consenta il funzionamento completo in assenza di alimentazione elettrica. | Tabellare | 3 | | | | | | | |
| 1.19 | Monitoraggio integrato della SpO2, inclusa in offerta, con visualizzazione dei dati SpO2 rilevati sul display integrato dell'incubatrice (tecnologie Nellcor e/o Masimo) | Tabellare | 4 | | | | | | | |
| 1.20 | Durata dei trend dei parametri (temperatura aria, temperatura cutanea, umidità, ossigeno) espressa in ore. | Proporzionale | 3 | 720 | | 720 | 3 | | | |
| 1.21 | Algoritmi innovativi che in modo automatico calcolino la temperatura ideale per il neonato, sulla base di dati forniti dall'utilizzatore (es. peso, data di nascita, settimane di gestazione) | Discrezionale | 3 | | | | 0,95 | 2,85 | 1,00 | 3,00 |
| 1.22 | Presenza di sistema di cromoterapia integrato per garantire lo stato di benessere del paziente, attivabile tramite apposito timer con possibilità di scegliere gamma di colori | Tabellare | 3 | | | | | | | |
| 1.23 | Luce di controllo notturna che permetta al piccolo paziente di mantenere o creare il proprio ciclo circadiano | Tabellare | 3 | | | | | | | |
| 1.24 | Manutenzione full risk > 24 mesi, nella formula "tutto incluso nulla escluso". | Proporzionale | 2 | 24 | | 0 | | | | |
| 1.25 | Sistema integrato di gestione per la musicoterapia, con attenuazione automatica dell'audio e diffusione bilaterale | Tabellare | 2 | | | | | | | |
| 1.26 | Ulteriori migliorie offerte, in linea con quanto richiesto nel capitolato/lotto di interesse. | Discrezionale | 2 | | | | 0,82 | 1,63 | 1,00 | 2,00 |
| TOTALE PUNTEGGIO | | | 70 | | | | | | | |
| | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO | 56,00 | | | |
| | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO (COLONNA M) | 10,33 | | |
| | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO (COLONNA M+H) | 66,33 | | |
| | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO | 70,00 | | |

[Handwritten signatures and initials]

Procedura aperta da esprimersi al sensi dell'art. 71 del D. Lgr. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica in e-procurement sulla piattaforma Netmarket suddivisa in n. 5 lotti per la fornitura di attrezzature afferenti al "Percorso Parto" per la U.O.C. di Neonatologia con UTIN dell' Arnas Garibaldi P.O. Nesima e la fornitura di una colonna istoscopica presso il Dipartimento Materno Infantile dell'Arnas Garibaldi - P.O. Nesima.

ALL. 2.1

| OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE EUROMED LOTTO N. 2 | | | Punteggio Proporzionalità Inversa* (Vmax - P1) / V | | | | DISCREZIONALE | | | |
|---|--|--------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|--------------------|---|----------------------------------|
| CRITERIO | Tipologia Punteggio | P1= Punteggio Max attribuibile | Vmax= il valore massimo dichiarato dai concorrenti | Vmin= il valore più basso offerto dai concorrenti | V= Valore del parametro del concorrente in esame | P= Punteggio ottenuto | MEDIA | PUNTEGGIO OTTENUTO | RIPARAMETRIZIONE = MEDIA IN ESAME / MEDIA MAX TRA I CONCORRENTI | PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO |
| 1.1 | Presenza di doppie pareti, al fine di ottimizzare il mantenimento del microclima interno e di garantire un migliore isolamento acustico dei possibili rumori presenti nell' "mondo" esterno. | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.2 | Materiale parete (o doppie pareti) a) Polipropilene b) Plexiglass | 2 | | | | 1 | | | | |
| 1.3 | Campana trasparente su tutti e quattro i lati | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.4 | Olio muniti di guarnizioni per attutire i rumori e garantire una perfetta tenuta | 1 | | | | 1 | | | | |
| 1.5 | Letino paziente rotante di 360° | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.6 | Inclinazione Trendelenburg/Fowler gestibile dall'esterno dell'incubatrice | 1 | | | | 1 | | | | |
| 1.7 | Indicazione digitale sul display dell'incubatrice del grado di inclinazione Trendelenburg/Fowler | 1 | | | | 1 | | | | |
| 1.8 | Bilancia elettronica integrata, rispondente alle attuali normative, certificata ISO9001 che consenta pesate del neonato senza necessità di estrarlo dall'incubatrice. Visualizzazione dei trend del peso | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.9 | Cassetto Rx integrato estraibile senza necessità di apertura della parete | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.10 | Cassetto Rx integrato estraibile da entrambi i lati dell'incubatrice | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.11 | Materassino riscaldato con sistema integrato | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.12 | Larghezza del materassino espressa in cm | 2 | 48,8 | | 46,5 | 1,91 | | | | |
| 1.13 | Incubatrice progettata per agevolare la Canguru Terapia, priva di colonna centrale di supporto del piano paziente e che consenta alla madre di posizionare agevolmente le gambe al di sotto del piano paziente stesso | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.14 | Display di controllo totalmente touch-screen per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri (impostazione comandi e conferma impostazioni interamente tramite touch-screen, no uso manopole/tasti fisici) | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.15 | Ulteriori migliori offerte, in linea con quanto richiesto nel Capitolato/lotto di interesse | 3 | | | | | 1 | 3 | 1,00 | 3,00 |
| 1.16 | Dimensioni del display per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri 2 8 0" | 3 | 10,4 | | 10,4 | 3 | | | | |
| 1.17 | Tattazione degli allarmi a mani libere, senza necessità di toccare alcun pulsante sull'incubatrice | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.18 | Presenza di gruppo di continuità (UPS) integrato nell'incubatrice, che ne consenta il funzionamento completo in assenza di alimentazione elettrica. | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.19 | Monitoraggio integrato della SpO2, incluso in offerta, con visualizzazione dei dati SpO2 rilevati sul display integrato dell'incubatrice (tecnologie Nellcor e/o Masimo) | 4 | | | | 4 | | | | |
| 1.20 | Quota dei trend dei parametri (temperatura, avv. temperatura cutanea, umidità, ossigeno) espressa in ore | 3 | 720 | | 720 | 3 | | | | |
| 1.21 | Algoritmi innovativi che in modo automatico calcolino la temperatura ideale per il neonato, sulla base di dati forniti dall'utilizzatore (es. peso, data di nascita, settimane di gestazione) | 2 | | | | | 0,85 | 1,7 | 1,00 | 2,00 |
| 1.22 | Presenza di sistema di cromoterapia integrato per garantire lo stato di benessere del paziente, attivabile tramite apposito timer con possibilità di scegliere gamma di colori | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.23 | Luce di controllo notturna che permetta al piccolo paziente di mantenere o creare il proprio ciclo circadiano | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.24 | Manutenzione full risk > 24 mesi, nella formula "tutto incluso nulla escluso" | 2 | 12 | | 0 | 0 | | | | |
| 1.25 | Sistema integrato di gestione per la musicoterapia, con attenuazione automatica dell'audio e diffusione bilaterale | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.26 | Apertura elettrica e chiusura elettrica della calotta | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.27 | Presenza di sistemi di sicurezza che bloccino l'apertura o la chiusura del tettuccio in caso di presenza di eventuali ostacoli situati nell'area di movimentazione del lettuccio della campana. Descrivere dettagliatamente. | 3 | | | | | 0,85 | 2,55 | 1,00 | 3,00 |
| 1.28 | Trasformazione completa da incubatrice a sola neonatale. Descrivere dettagliatamente le modalità del processo di trasformazione, indicando dettagliatamente le azioni svolte dall'operatore. | 3 | | | | | 0,85 | 2,55 | 1,00 | 3,00 |
| 1.29 | Tempo (in secondi) necessario alla trasformazione completa da incubatrice ad sola neonatale | 2 | 14 | | 6,5 | 0,93 | | | | |
| TOTALE PUNTEGGIO | | 70 | | | | 54,81 | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO (COLONNA M) | | 9,80 | |
| | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO (COLONNA M+H) | | 64,63 | |
| | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO | | 70,00 | |

[Handwritten signatures and initials]

Procedura aperta da esprimersi ai sensi dell'Art. 71 del D. Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica in e-procurement sulla piattaforma NetMarket suddivisa in n. 5 lotti per la fornitura di attrezzature afferenti al "Percorso Parto" per la U.O.C. di Neonatologia con UTIN dell' Arnas Garibaldi P.O. Nesima e la fornitura di una colonna isoterma presso il Dipartimento Materno Infantile dell'Arnas Garibaldi - P.O. Nesima.

| OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE ULTRAMED LOTTO N. 2 | | | | Punteggio Proporzionalità Inversa (Vmax * P1) / V | | | DISCREZIONALE | | | |
|--|---|--------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|--------------------|---|----------------------------------|
| | | | | Punteggio Proporzionalità = (V1 * P1) / Vmax | | | | | | |
| | | | | Riparametrazione = P1 * (1/Pmg) | | | | | | |
| CRITERIO | Tipologia Punteggio | P1= Punteggio Max attribuibile | Vmax= il valore massimo dichiarato dai concorrenti | Vmin= il valore più basso offerto dai concorrenti | V1= Valore del parametro del concorrente 1-esimo | P1=punteggio ottenuto | MEDIA | PUNTEGGIO OTTENUTO | RIPARAMETRIZIONE = MEDIA IN (SAME)/ MEDIA MAX TRA I CONCORRENTI | PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO |
| 1.1 | Presenza di doppie pareti, al fine di ottimizzare il mantenimento del microclima interno e di garantire un migliore isolamento acustico dei possibili rumori presenti nel "mondo" esterno. | Tabellare | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.2 | Materiale parete (o doppie pareti) a) Policarbonato b) Piesiglass | Tabellare a step: a. 2 b. 1 | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.3 | Campana trasparente su tutti e quattro i lati | Tabellare | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.4 | Olio munito di guarnizioni per attutire i rumori e garantire una perfetta tenuta | Tabellare | 1 | | | 1 | | | | |
| 1.5 | Letino paziente rotante di 360° | Tabellare | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.6 | Inclinazione Trendelenburg/Fowler gestibile dall'esterno dell'incubatrice | Tabellare | 1 | | | 0 | | | | |
| 1.7 | Indicazione digitale sul display dell'incubatrice del grado di inclinazione Trendelenburg/Fowler | Tabellare | 1 | | | 0 | | | | |
| 1.8 | Bilancia elettronica integrata, rispondente alle attuali normative, certifica (IAVL) che consenta pesare del neonato senza necessità di estrarlo dall'incubatrice. Visualizzazione dei trend del peso | Tabellare | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.9 | Cassetto Rx integrato estraibile senza necessità di apertura della parete | Tabellare | 3 | | | 3 | | | | |
| 1.10 | Cassetto Rx integrato estraibile da entrambi i lati dell'incubatrice | Tabellare | 3 | | | 3 | | | | |
| 1.11 | Materassino riscaldato con sistema integrato | Tabellare | 2 | | | 0 | | | | |
| 1.12 | Larghezza del materassino espressa in cm | Proporzionale | 2 | 48,8 | | 48,8 | | | | |
| 1.13 | Incubatrice progettata per agevolare la Canguro Terapia, priva di colonna centrale di supporto del piano paziente e che consenta alla madre diposizione agevolmente le gambe al di sotto del piano paziente stesso | Tabellare | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.14 | Display di controllo totalmente touch-screen per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri (impostazione comandi e conferma impostazioni interamente tramite touch-screen, no uso manipolettasti fisici) | Tabellare | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.15 | Ulteriori migliori offerte, in linea con quanto richiesto nel Capitolato/lotto di interesse. | Discrezionale | 3 | | | | 0,75 | 2,25 | 0,75 | 2,25 |
| 1.16 | Dimensioni del display per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri 4,8" | Proporzionale | 3 | 10,4 | | 10,4 | | | | |
| 1.17 | Tattazione degli allarmi a mani libere, senza necessità di toccare alcun pulsante sull'incubatrice | Tabellare | 3 | | | 3 | | | | |
| 1.18 | Presenza di gruppo di continuità (UPS) integrato nell'incubatrice, che ne consenta il funzionamento completo in assenza di alimentazione elettrica | Tabellare | 3 | | | 0 | | | | |
| 1.19 | Monitoraggio integrato della SpO2, incluso in offerta, con visualizzazione dei dati SpO2 rilevati sul display integrato dell'incubatrice (tecnologie Nellcor o Masimo) | Tabellare | 4 | | | 4 | | | | |
| 1.20 | Durata dei trend dei parametri (temperatura aria, temperatura cutanea, umidità, ossigeno) espressa in ore | Proporzionale | 3 | 720 | | 90 | | | | 0,4 |
| 1.21 | Algoritmi innovativi che in modo automatico calcolino la temperatura ideale per il neonato, sulla base di dati forniti dall'utilizzatore (es. peso, data di nascita, settimane di gestazione) | Discrezionale | 2 | | | | 0,85 | 1,7 | 1,00 | 2,00 |
| 1.22 | Presenza di sistema di cromoterapia integrato per garantire lo stato di benessere del paziente, attivabile tramite apposito timer con possibilità di scegliere gamma di colori | Tabellare | 3 | | | 0 | | | | |
| 1.23 | Luce di controllo notturna che permetta al piccolo paziente di mantenere o creare il proprio ciclo circadiano | Tabellare | 3 | | | 0 | | | | |
| 1.24 | Manutenzione full risk > 24 mesi, nella formula "tutto incluso nulla escluso" | Proporzionale | 2 | 12 | | 12 | | | | |
| 1.25 | Sistema integrato di gestione per la musicoterapia, con attenuazione automatica dell'audio e diffusione bilaterale | Tabellare | 3 | | | 0 | | | | |
| 1.26 | Apertura elettrica e chiusura elettrica della calotta | Tabellare | 3 | | | 3 | | | | |
| 1.27 | Presenza di sistemi di sicurezza che bloccino l'apertura o la chiusura del lettuccio in caso di presenza di eventuali ostacoli situati nell'area di movimentazione del lettuccio della campana. Descrivere dettagliatamente | Discrezionale | 3 | | | | 0,85 | 2,55 | 1,00 | 3,00 |
| 1.28 | Trasformazione completa da incubatrice a isola neonatale. Descrivere dettagliatamente le modalità del processo di trasformazione, indicando dettagliatamente le azioni svolte dall'operatore | Discrezionale | 3 | | | | 0,85 | 2,55 | 1,00 | 3,00 |
| 1.29 | Tempo (in secondi) necessario alla trasformazione completa da incubatrice ad isola neonatale | Proporzionale | 2 | 65 | | 65 | | | | |
| TOTALE PUNTEGGIO | | | 70 | | | 40,49 | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO (COLONNA M) | | 9,05 | |
| | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO (COLONNA M+H) | | 49,45 | |
| | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO | | 53,56 | |

Ja
Al W

SB

| OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE BURKE & BURKE LOTTO N.2 | | | | Punteggio Proporzionalità Inversa* (Vmax* / P1) / V1 | | | DISCREZIONALE | | | |
|--|--|--------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|--------------------|---|----------------------------------|
| | | | | Punteggio Proporzionale = (V1 * P1) / (Vmax Riparametrizzato * P1) (1Pmg) | | | | | | |
| CRITERIO | Tipologia Punteggio | P1= Punteggio Max attribuibile | Vmax* il valore massimo dichiarato dai concorrenti | Vmin* il valore più basso offerto dai concorrenti | V1= Valore del parametro del concorrente esimo | P1=punteggio ottenuto | MEDIA | PUNTEGGIO OTTENUTO | RIPARAMETRIZZAZIONE = MEDIA IN (SAME) MEDIA MAX TRA I CONCORRENTI | PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO |
| 1.1 | Presenza di doppie pareti, al fine di ottimizzare il mantenimento del microclima interno e di garantire un migliore isolamento acustico dei possibili rumori presenti nel "mondo" esterno | Tabellare | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.2 | Materiale parete (o doppie pareti) a Policarbonato, b. Plexiglass | Tabellare a step: a. 2 b. 1 | 2 | | | 1 | | | | |
| 1.3 | Campana trasparente su tutti e quattro i lati | Tabellare | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.4 | Olio mundi di guarnizioni per attutire i rumori e garantire una perfetta tenuta | Tabellare | 1 | | | 1 | | | | |
| 1.5 | Letino paziente rotante di 360 | Tabellare | 2 | | | 0 | | | | |
| 1.6 | Inclinazione Trendelenburg/Fowler gestibile dall'esterno dell'incubatrice | Tabellare | 1 | | | 1 | | | | |
| 1.7 | Indicazione digitale sul display dell'incubatrice del grado di inclinazione Trendelenburg/Fowler | Tabellare | 1 | | | 0 | | | | |
| 1.8 | Bilancia elettronica integrata, rispondente alle attuali normative, certifica (IAWI) che consente pesate del neonato senza necessità di estrarlo dall'incubatrice. Visualizzazione dei trend del peso | Tabellare | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.9 | Cassetto Re integrato estraibile senza necessità di apertura della parete | Tabellare | 3 | | | 3 | | | | |
| 1.10 | Cassetto Re integrato estraibile da entrambi i lati dell'incubatrice | Tabellare | 3 | | | 3 | | | | |
| 1.11 | Materasso riscaldato con sistema integrato | Tabellare | 2 | | | 0 | | | | |
| 1.12 | Larghezza del materasso espressa in cm | Proporzionale | 2 | 48,8 | | 36,5 | 1,50 | | | |
| 1.13 | Incubatrice progettata per agevolare la Canguru Terapia, priva di colonna centrale di supporto del piano paziente e che consente alla madre diposizionare agevolmente le gambe al di sotto del piano paziente stesso | Tabellare | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.14 | Display di controllo totalmente touch-screen per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri (impostazione comandi e conferma impostazioni interamente tramite touch-screen, no uso manopole/fisici) | Tabellare | 2 | | | 2 | | | | |
| 1.15 | Ulteriori migliori offerte, in linea con quanto richiesto nel capitolato/foto di interesse | Discrezionale | 3 | | | | 0,85 | 2,55 | 0,85 | 2,55 |
| 1.16 | Dimensioni del display per l'impostazione e la visualizzazione dei parametri 2 8 0" | Proporzionale | 3 | 10,4 | | 8,5 | 2,44 | | | |
| 1.17 | Tacitazione degli allarmi a mani libere, senza necessità di toccare alcun pulsante sull'incubatrice | Tabellare | 3 | | | 0 | | | | |
| 1.18 | Presenza di gruppo di continuità (UPS) integrato nell'incubatrice, che ne consenta il funzionamento completo in assenza di alimentazione elettrica. | Tabellare | 3 | | | 0 | | | | |
| 1.19 | Monitoraggio integrato della SpO2, incluso in offerta, con visualizzazione dei dati SpO2 rilevati sul display integrato dell'incubatrice (tecnologie Vector e/o Maximo) | Tabellare | 4 | | | 4 | | | | |
| 1.20 | Durata dei trend dei parametri (temperatura aria, temperatura cutanea, umidità, ossigeno) espressa in ore | Proporzionale | 3 | 720 | | 24 | 0,10 | | | |
| 1.21 | Algoritmi innovativi che in modo automatico calcolino la temperatura ideale per il neonato, sulla base di dati forniti dall'utente (es. peso, data di nascita, settimane di gestazione) | Discrezionale | 2 | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1.22 | Presenza di sistema di cromoterapia integrato per garantire lo stato di benessere del paziente, attivabile tramite apposito timer con possibilità di scegliere gamma di colori | Tabellare | 3 | | | 0 | | | | |
| 1.23 | Luce di controllo notturna che permetta al piccolo paziente di mantenere o creare il proprio circolo circadiano | Tabellare | 3 | | | 3 | | | | |
| 1.24 | Manutenzione full risk > 24 mesi, nella formula "tutto incluso nulla escluso" | Proporzionale | 2 | 12 | | 12 | 2 | | | |
| 1.25 | Sistema integrato di gestione per la musicoterapia, con attenuazione automatica dell'audio e diffusione bilaterale | Tabellare | 3 | | | 0 | | | | |
| 1.26 | Apertura elettrica e chiusura elettrica della calotta | Tabellare | 3 | | | 3 | | | | |
| 1.27 | Presenza di sistemi di sicurezza che blocchino l'apertura o la chiusura del tettuccio in caso di presenza di eventuali ostacoli situati nell'area di movimentazione del lettuccio della campana. Descrivere dettagliatamente | Discrezionale | 3 | | | | 0,85 | 2,55 | 1,00 | 3,00 |
| 1.28 | Trasformazione completa da incubatrice a isola neonatale. Descrivere dettagliatamente le modalità del processo di trasformazione, indicando dettagliatamente le azioni svolte dall'operatore | Discrezionale | 3 | | | | 0,85 | 2,55 | 1,00 | 3,00 |
| 1.29 | Tempo (in secondi) necessario alla trasformazione completa da incubatrice ad isola neonatale | Proporzionale | 2 | 19 | | 8,5 | 0,68 | | | |
| TOTALE PUNTEGGIO | | | 70 | | | 35,73 | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO (COLONNA M) | 7,65 | | |
| | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO (COLONNA M+H) | 43,38 | | |
| | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO | 46,99 | | |

| OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE EUROMED LOTTO N. 3 | | | | Punteggio Proporzionalità Inverso = $(V_{min} * P_{ij}) / V_i$ Punteggio Proporzionale = $(V_i * P_{ij}) / V_{max}$ Riparametrazione = $P_i * (1/P_{mig})$ | | | | DISCREZIONALE | | | |
|---|--|--|---|--|---|------------------------------------|-------|--|--|----------------------------------|--|
| CRITERIO | Tipologia Punteggio | P _{ij} = Punteggio Max attribuibile | V _{max} = il valore massimo dichiarato dai concorrenti | V _{min} = il valore più basso offerto dai concorrenti | V _i = Valore del parametro del concorrente i-esimo | P _i =punteggio ottenuto | MEDIA | PUNTEGGIO OTTENUTO | RIPARAMETRAZIONE = MEDIA IN ESAME/ MEDIA MAX TRA I CONCORRENTI | PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO | |
| 1.1 | Range complessivo (valore assoluto) di regolazione altezza piano paziente espressa in cm. | Proporzionale | 5 | 23 | | 23 | 5 | | | | |
| 1.2 | Ampio display a colori di dimensioni ≥ 5" | Tabellare | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.3 | Display touch screen | Tabellare | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.4 | Larghezza del materassino espressa in cm | Proporzionale | 5 | 56 | | 48 | 4,29 | | | | |
| 1.5 | Tacitazione degli allarmi: descrivere dettagliatamente la soluzione proposta, ovvero le modalità di tacitazione da parte dell'operatore. | Discrezionale | 5 | | | | | 0,85 | 4,25 | 1,00 | |
| 1.6 | Monitoraggio integrato della SpO2, incluso in offerta, con visualizzazione dei dati SpO2 rilevati sul display a colori integrato dell'isola neonatale (tecnologia Nellcor e/o Masimo) | Tabellare | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.7 | Monitoraggio integrato dell'ECG a 3 derivazioni, incluso in offerta, con visualizzazione dei dati ECG rilevati sul display a colori integrato dell'isola neonatale, inclusi gli accessori. | Tabellare | 5 | | | | 5 | | | | |
| 1.8 | Gruppo di continuità (UPS) medicale integrato nell'isola neonatale, incluso in offerta. | Tabellare | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.9 | Presenza di trend dati, visualizzabili sul display a colori integrato dell'isola neonatale, relativi: a. Temperatura; b. Temperatura e SpO2 | Tabellare a step: a. 2 b. 4 | 4 | | | | 4 | | | | |
| 1.10 | Cassetto porta lastre estraibile da due lati | Tabellare | 5 | | | | 5 | | | | |
| 1.11 | Doppia sonda di temperatura (due temperature rilevate in contemporanea) | Tabellare | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.12 | Bilancia elettronica integrata, con approvazione NAVI, con visualizzazione delle pesate sul display a colori integrato dell'isola neonatale | Tabellare | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.13 | Manutenzione full risk > 24 mesi, nella formula "tutto incluso, nulla escluso" | Proporzionale | 3 | 12 | | 0 | 0 | | | | |
| 1.14 | Unità di rianimazione integrata che consenta anche l'impostazione della frequenza respiratoria | Tabellare | 5 | | | | 5 | | | | |
| 1.15 | Possibilità di stoppare il timer di APGAR per evidenziare il tempo di riferimento senza che si perda il conteggio del tempo stesso (tempo di APGAR) | Tabellare | 5 | | | | 5 | | | | |
| 1.16 | Sistema di monitoraggio della FIO2 impostata, con relativi allarmi di minima e massima. | Tabellare | 4 | | | | 4 | | | | |
| 1.17 | Presenza di vano porta bombole per gas medicali | Tabellare | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.18 | Asta Portaflebo | Tabellare | 1 | | | | 1 | | | | |
| 1.19 | Ulteriori migliori offerte, in linea con quanto richiesto nel capitolato/lotto di interesse. | Discrezionale | 2 | | | | | 0,85 | 1,7 | 1,00 | |
| 1.20 | Modalità di preriscaldamento senza allarmi | Tabellare | 2 | | | | 2 | | | | |
| TOTALE PUNTEGGIO | | | 70 | | | TOTALE OTTENUTO | 59,29 | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO (COLONNA M) | 5,95 | | |
| | | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO (COLONNA M+H) | 65,24 | | |
| | | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO | 66,86 | | |

[Handwritten signatures and initials]

Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 38/2023, di rilevanza comunitaria, interamente telematica in e-procurement sulla piattaforma Net4market suddivisa in n. 5 lotti per la fornitura di attrezzature afferenti al "Percorso Parto" per la U.O.C. di Neonatologia con UTIN dell' Arnas Garibaldi P.O. Nesima e la fornitura di una colonna isteroscopica presso il Dipartimento Materno Infantile dell' Arnas Garibaldi - P.O. Nesima.

| OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE BURKE & BURKE LOTTO N. 3 | | | | Punteggio Proporzionalità Inverso = $(V_{min} \cdot P_{ij}) / V_i$ Punteggio Proporzionale = $(V_i \cdot P_{ij}) / V_{max}$ Riparametrazione = $P_i \cdot (1/P_{mig})$ | | | | DISCREZIONALE | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--|--|---|------------------------------------|--|--------------------|--|----------------------------------|
| | CRITERIO | Tipologia Punteggio | P _{ij} = Punteggio Max attribuibile | V _{max} = il valore massimo dichiarato dai concorrenti | V _{min} = il valore più basso offerto dai concorrenti | V _i = Valore del parametro del concorrente i-esimo | P _i =punteggio ottenuto | MEDIA | PUNTEGGIO OTTENUTO | RIPARAMETRAZIONE = MEDIA IN ESAME/ MEDIA MAX TRA I CONCORRENTI | PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO |
| 1.1 | Range complessivo (valore assoluto) di regolazione altezza piano pazienti espressa in cm. | Proporzionale | 5 | 23 | | 20 | 4,35 | | | | |
| 1.2 | Ampio display a colori di dimensioni ≥ 5" | Tabellare | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.3 | Display touch screen | Tabellare | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.4 | Larghezza del materassino espressa in cm | Proporzionale | 5 | 56 | | 56 | 5 | | | | |
| 1.5 | Tacitazione degli allarmi: descrivere dettagliatamente la soluzione proposta, ovvero le modalità di tacitazione da parte dell'operatore. | Discrezionale | 5 | | | | | 0,85 | 4,25 | 1,00 | 5,00 |
| 1.6 | Monitoraggio integrato della SpO2, incluso in offerta, con visualizzazione dei dati SpO2 rilevati sul display a colori integrato dell'isola neonatale (tecnologia Nellcor e/o Masimo) | Tabellare | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.7 | Monitoraggio integrato dell'ECG a 3 derivazioni, incluso in offerta, con visualizzazione dei dati ECG rilevati sul display a colori integrato dell'isola neonatale, inclusi gli accessori. | Tabellare | 5 | | | | 5 | | | | |
| 1.8 | Gruppo di continuità (UPS) medicale integrato nell'isola neonatale, incluso in offerta. | Tabellare | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.9 | Presenza di trend dati, visualizzabili sul display a colori integrato dell'isola neonatale, relativi: a. Temperatura; b. Temperatura e SpO2 | Tabellare a step: a. 2 b. 4 | 4 | | | | 4 | | | | |
| 1.10 | Cassetto porta lastre estraibile da due lati | Tabellare | 5 | | | | 5 | | | | |
| 1.11 | Doppia sonda di temperatura (due temperature rilevate in contemporanea) | Tabellare | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.12 | Bilancia elettronica integrata, con approvazione NAVI, con visualizzazione delle pesate sul display a colori integrato dell'isola neonatale | Tabellare | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.13 | Manutenzione full risk > 24 mesi, nella formula "tutto incluso, nulla escluso" | Proporzionale | 3 | 12 | | 12 | 3 | | | | |
| 1.14 | Unità di rianimazione integrata che consenta anche l'impostazione della frequenza respiratoria | Tabellare | 5 | | | | 5 | | | | |
| 1.15 | Possibilità di stoppare il timer di APGAR per evidenziare il tempo di riferimento senza che si perda il conteggio del tempo stesso (tempo di APGAR) | Tabellare | 5 | | | | 5 | | | | |
| 1.16 | Sistema di monitoraggio della FIO2 impostata, con relativi allarmi di minima e massima. | Tabellare | 4 | | | | 4 | | | | |
| 1.17 | Presenza di vano porta bombole per gas medicali | Tabellare | 3 | | | | 3 | | | | |
| 1.18 | Asta Portaflebo | Tabellare | 1 | | | | 1 | | | | |
| 1.19 | Ulteriori migliori offerte, in linea con quanto richiesto nel capitolato/lotto di interesse. | Discrezionale | 2 | | | | | 0,85 | 1,7 | 1,00 | 2,00 |
| 1.20 | Modalità di preriscaldamento senza allarmi | Tabellare | 2 | | | | 2 | | | | |
| TOTALE PUNTEGGIO | | | 70 | | | | 62,35 | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO (COLONNA M) | 5,95 | | |
| | | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO (COLONNA M+H) | 68,30 | | |
| | | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO | 70,00 | | |

Handwritten signatures and initials:
 La
 AC
 W
 JB

| OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE BURKE & BURKE LOTTO N. 4 | | | | Punteggio Proporzionalità Inverso= (Vmin * Pti) / Vi Punteggio Proporzionale = (Vi * Pti) / Vmax Riparametrazione= Pi * (1/Pmij) | | | | DISCREZIONALE | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|--------------------|--|----------------------------------|
| | CRITERIO | Tipologia Punteggio | Pti= Punteggio Max attribuibile | Vmax= il valore massimo dichiarato dai concorrenti | Vmin= il valore più basso offerto dai concorrenti | Vi= Valore del parametro del concorrente l-esimo | Pi=punteggio ottenuto | MEDIA | PUNTEGGIO OTTENUTO | RIPARAMETRAZIONE = MEDIA IN ESAME/ MEDIA MAX TRA I CONCORRENTI | PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO |
| 1.1 | Presenza di doppie pareti, al fine di ottimizzare il mantenimento del microclima interno e di garantire un migliore isolamento acustico dei possibili rumori presenti nel "mondo" esterno. | Tabellare | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.2 | Materiale parete (o doppie pareti): c. Policarbonato; d. Plexiglass | Tabellare a step: c. 2 d. 1 rettificato | 2 | | | | 1 | | | | |
| 1.3 | Sistema di alimentazione interno al corpo incubatrice e non applicato al carrello, così che l'incubatrice sia autonoma dal carrello stesso | Tabellare | 5 | | | | 5 | | | | |
| 1.4 | Oblò muniti di guarnizioni per attutire i rumori e garantire una perfetta tenuta. | Tabellare | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.5 | Modulo SpO2 integrato mediante il quale siano impostabili i relativi allarmi per alta/bassa frequenza, saturazione alta e bassa | Tabellare | 4 | | | | 4 | | | | |
| 1.6 | Descrivere dettagliatamente il materiale costruttivo, ponendo particolare attenzione alla resistenza agli urti, alla qualità e al normale utilizzo nei reparti di destinazione. | Discrezionale | 5 | | | | | 0,65 | 3,25 | 1,00 | 5,00 |
| 1.7 | Descrivere dettagliatamente le caratteristiche di gestione dei parametri monitorati e la visualizzazione dei trend. | Discrezionale | 5 | | | | | 0,75 | 3,75 | 1,00 | 5,00 |
| 1.8 | Interfaccia utente incubatrice. Descrivere dettagliatamente: - il numero e la qualità dei parametri visualizzabili; - le caratteristiche del display in termini di visibilità ed utilizzabilità; - le caratteristiche di ergonomia del sistema per paziente ed operatori sanitari; - le caratteristiche del software di gestione e impostazione parametri. | Discrezionale | 8 | | | | | 0,87 | 6,93 | 1,00 | 8,00 |
| 1.9 | Usabilità e sicurezza. Descrivere dettagliatamente: - il lettino dell'incubatrice in termini di regolazioni e funzionalità, facilità di utilizzo; - qualità e caratteristiche del materassino; - la facile e sicura sanificabilità del sistema; - possibilità di poter eseguire le lastre senza spostare il bambino con i sistemi digitali presenti in ospedale | Discrezionale | 6 | | | | | 0,65 | 3,9 | 1,00 | 6,00 |
| 1.10 | Autonomia batteria ≥ 90 minuti | Proporzionale | 4 | 360 | | 180 | 2 | | | | |
| 1.11 | n. di oblò > 2 | Proporzionale | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | |
| 1.12 | Interfaccia utente ventilatore. Descrivere dettagliatamente: - il numero e la qualità dei parametri visualizzabili; - le caratteristiche del display in termini di visibilità ed utilizzabilità; - le caratteristiche di ergonomia del sistema per paziente ed operatori sanitari; - le caratteristiche del software di gestione e impostazione parametri. | Discrezionale | 8 | | | | | 0,85 | 6,8 | 1,00 | 8,00 |
| 1.13 | Descrivere dettagliatamente il sistema di umidificazione offerto. Verranno valutati positivamente, tra gli aspetti, la possibilità di accesso completo a tutti i componenti del dispositivo per una sicura ed approfondita sanificazione. | Discrezionale | 3 | | | | | 0,65 | 1,95 | 1,00 | 3,00 |
| 1.14 | Tacitazione degli allarmi: descrivere dettagliatamente la soluzione proposta, ovvero le modalità di tacitazione da parte dell'operatore. | Discrezionale | 3 | | | | | 0,85 | 2,55 | 1,00 | 3,00 |
| 1.15 | Manutenzione full risk > 24 mesi, nella formula "tutto incluso nulla escluso". | Proporzionale | 2 | 6 | | 6 | 2 | | | | |
| 1.16 | Ulteriori migliorie offerte, in linea con quanto richiesto nel capitolato/lotto di interesse. | Discrezionale | 6 | | | | | 0,75 | 4,5 | 0,88 | 5,29 |
| TOTALE PUNTEGGIO | | | 70 | | | TOTALE OTTENUTO | 23 | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO (COLONNA M) | 33,63 | | |
| | | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO (COLONNA M+H) | 56,63 | | |
| | | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO | 70,00 | | |

Acc. 2.3
W

| OPERATORE ECONOMICO PARTECIPANTE EUROMED LOTTO N. 4 | | | | Punteggio Proporzionalità Inverso= (Vmin * Pti) / Vi Punteggio Proporzionale = (Vi * Pti) / Vmax Riparametrazione= P1 * (1/Pmig) | | | | DISCREZIONALE | | | |
|---|---|--|---------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|--------------------|--|----------------------------------|
| | CRITERIO | Tipologia Punteggio | Pti= Punteggio Max attribuibile | Vmax= il valore massimo dichiarato dai concorrenti | Vmin= il valore più basso offerto dai concorrenti | Vi= Valore del parametro del concorrente l-esimo | Pi=punteggio ottenuto | MEDIA | PUNTEGGIO OTTENUTO | RIPARAMETRAZIONE = MEDIA IN ESAME/ MEDIA MAX TRA I CONCORRENTI | PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO |
| 1.1 | Presenza di doppie pareti, al fine di ottimizzare il mantenimento del microclima interno e di garantire un migliore isolamento acustico dei possibili rumori presenti nel "mondo" esterno. | Tabellare | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.2 | Materiale parete (o doppie pareti): c. Policarbonato; d. Plexiglass | Tabellare a step: c. 2 d. 1 rettificato | 2 | | | | 1 | | | | |
| 1.3 | Sistema di alimentazione interno al corpo incubatrice e non applicato al carrello, così che l'incubatrice sia autonoma dal carrello stesso | Tabellare | 5 | | | | 5 | | | | |
| 1.4 | Oblò muniti di guarnizioni per attutire i rumori e garantire una perfetta tenuta. | Tabellare | 2 | | | | 2 | | | | |
| 1.5 | Modulo SpO2 integrato mediante il quale siano impostabili i relativi allarmi per alta/bassa frequenza, saturazione alta e bassa | Tabellare | 4 | | | | 4 | | | | |
| 1.6 | Descrivere dettagliatamente il materiale costruttivo, ponendo particolare attenzione alla resistenza agli urti, alla qualità e al normale utilizzo nei reparti di destinazione | Discrezionale | 5 | | | | | 0,65 | 3,25 | 1,00 | 5,00 |
| 1.7 | Descrivere dettagliatamente le caratteristiche di gestione dei parametri monitorati e la visualizzazione dei trend. | Discrezionale | 5 | | | | | 0,65 | 3,25 | 0,87 | 4,33 |
| 1.8 | Interfaccia utente incubatrice. Descrivere dettagliatamente: - il numero e la qualità dei parametri visualizzabili; - le caratteristiche del display in termini di visibilità ed utilizzabilità; - le caratteristiche di ergonomia del sistema per paziente ed operatori sanitari; - le caratteristiche del software di gestione e impostazione parametri. | Discrezionale | 8 | | | | | 0,75 | 6 | 0,86 | 6,90 |
| 1.9 | Usabilità e sicurezza. Descrivere dettagliatamente: - il lettino dell'incubatrice in termini di regolazioni e funzionalità, facilità di utilizzo; - qualità e caratteristiche del materassino; - la facile e sicura sanificabilità del sistema; - possibilità di poter eseguire le lastre senza spostare il bambino con i sistemi digitali presenti in ospedale | Discrezionale | 6 | | | | | 0,65 | 3,9 | 1,00 | 6,00 |
| 1.10 | Autonomia batteria ≥ 90 minuti | Proporzionale | 4 | 360 | | 360 | 4 | | | | |
| 1.11 | n. di oblò > 2 | Proporzionale | 5 | 5 | | 5 | 5 | | | | |
| 1.12 | Interfaccia utente ventilatore. Descrivere dettagliatamente: - il numero e la qualità dei parametri visualizzabili; - le caratteristiche del display in termini di visibilità ed utilizzabilità; - le caratteristiche di ergonomia del sistema per paziente ed operatori sanitari; - le caratteristiche del software di gestione e impostazione parametri. | Discrezionale | 8 | | | | | 0,65 | 5,2 | 0,76 | 6,12 |
| 1.13 | Descrivere dettagliatamente il sistema di umidificazione offerto. Verranno valutati positivamente, tra gli aspetti, la possibilità di accesso completo a tutti i componenti del dispositivo per una sicura ed approfondita sanificazione. | Discrezionale | 3 | | | | | 0,65 | 1,95 | 1,00 | 3,00 |
| 1.14 | Tacitazione degli allarmi: descrivere dettagliatamente la soluzione proposta, ovvero le modalità di tacitazione da parte dell'operatore. | Discrezionale | 3 | | | | | 0,65 | 1,95 | 0,76 | 2,29 |
| 1.15 | Manutenzione full risk > 24 mesi, nella formula "tutto incluso nulla escluso". | Proporzionale | 2 | 6 | | 0 | 0 | | | | |
| 1.16 | Ulteriori migliorie offerte, in linea con quanto richiesto nel capitolato/lotto di interesse. | Discrezionale | 6 | | | | | 0,85 | 5,1 | 1,00 | 6,00 |
| TOTALE PUNTEGGIO | | | 70 | | | TOTALE OTTENUTO | 23 | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO (COLONNA M) | 30,60 | | |
| | | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO OTTENUTO (COLONNA M+H) | 53,60 | | |
| | | | | | | | | TOTALE PUNTEGGIO OTTENUTO RIPARAMETRATO | 66,25 | | |