

Prot. Provveditorato n. 11623 del 15 OTT. 2025

**AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
DI N. 1 SISTEMA PER CHIRURGIA RADIOGUIDATA DEL LINFONODO SENTINELLA DA DESTINARE
ALL’UOC DI CHIRURGIA ONCOLOGICA**

Con il presente Avviso si intende effettuare, per adeguata trasparenza, per gli affidamenti in regime di esclusività e/o infungibilità tecnica, apposita indagine esplorativa di mercato al fine di conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di quest’Amministrazione, altri Operatori Economici possano fornire, in modo adeguato e legittimo, la fornitura di n. 1 sistema per chirurgia radioguidata del linfonodo sentinella da destinare all’UOC di chirurgia oncologica.

Apparecchiatura	DESCRIZIONE	ESCLUSIVISTA
Sistema Node Seeke 2000 Intramedical Imaging per chirurgia radioguidata del linfonodo sentinella	Le specifiche tecniche, le caratteristiche tecniche della sonda e le caratteristiche dell’unità centrale sono elencate nell’allegato parte integrante del presente avviso.	Ditta P.M.3 SRL (P. Iva:14854961001)

- Ricerca del linfonodo sentinella del melanoma e della mammella in fase pre-operatoria;
- Misura della radioattività del linfonodo asportato;
- Aumento delle capacità terapeutica/diagnostica in termini di qualità, efficienza, produttività e riduzione dei tempi di processo;

Obiettivo della presente consultazione, secondo quanto stabilito dalla Direttiva Europea 2014/24 art. 32 e art. 40, non è l’aggiudicazione di alcuna fornitura/servizio ma favorire, anche per il tramite delle informazioni ricevute, la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici interessati alla successiva procedura di scelta del contraente.

Pertanto, il presente avviso è volto a confermare o meno l’esistenza dei presupposti che consentano, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) e art. 76, comma 2, lett. b) punto 3) del D. Lgs. n. 36/2023, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando per l’affidamento del servizio in parola. Non è consentito, pertanto, in questa fase, presentare offerte, quotazioni o valutazioni economiche.

Le manifestazioni di interesse dovranno, pertanto, pena l’irricevibilità, indicare con esattezza e completezza se l’operatore economico ritiene di poter presentare legittimamente la propria candidatura per la prestazione in noleggio dell’apparecchiatura di cui in oggetto, assistenza e manutenzione su richiamati in dettaglio e fornitura di elettrodi monouso, indicando compiutamente il possesso di tutti i requisiti specifici come di seguito richiesti e indicati.

L’operatore economico interessato, quindi, compreso l’operatore economico indicato come esclusivista, dovrà attestare, a pena di esclusione, con **Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000** s.m.i, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona appositamente delegata a rappresentare il candidato (in tal caso allegare copia conforme della procura speciale firmata digitalmente) attestante, ai sensi e per gli effetti

degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di essere in possesso di TUTTI i seguenti requisiti specifici minimi, illustrandone compiutamente i contenuti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività coerenti con l'oggetto dei servizi di manutenzione oggetto del presente avviso;
- assenza di cause di esclusione stabilite all'art. 94 e all'art. 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre anni (2022/2023/2024), presso Aziende del Servizio Sanitario Nazionale per la fornitura in parola richiesta;
- Non saranno prese in considerazione le candidature presentate da soggetti che:
- siano incorsi in una qualunque causa di esclusione di cui all'art. 94 e art. 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i;
- non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso;
- presentino documentazione manifestamente carente rispetto a quanto richiesto;
- presentino l'istanza fuori termine.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA

Le manifestazioni di interesse, con indicati puntualmente i servizi per i quali si ritiene di poter concorrere, nonché le predette dichiarazioni e attestazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale e specifico più sopra indicati, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, dovranno pervenire esclusivamente tramite piattaforma digitale Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ospedalegaribaldi, entro e non oltre le ore 12:00 del _____

Gli Operatori Economici possono registrarsi alla sopracitata piattaforma tramite il seguente link: <https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus>.

Qualora, a seguito della presente indagine di mercato, fosse confermato che l'operatore economico indicato sia l'unico manutentore ovvero prestatore dei servizi richiesti degli applicativi software descritti, questa ARNAS, dichiara sin d'ora che avvierà, nelle forme opportune, la procedura di affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) e art. 76, comma 2, lett. b) punto 3) del D. Lgs. n. 36/2023, affidando, pertanto, il contratto medesimo solamente con la ditta "esclusivista" indicata.

Gli esiti dell'indagine di mercato verranno riportati su specifico Verbale pubblicato sul profilo committente di quest'ARNAS Garibaldi.

Si precisa che l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania, che non assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione dell'appalto.


La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, la facoltà di interrompere o sospendere la consultazione con i partecipanti in qualsiasi momento del procedimento senza incorrere in alcun tipo di responsabilità. Non sono previste graduatorie, punteggi, classifiche di merito, essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire la tecnologia sopra riportata con i requisiti indicati.


Il presente avviso viene pubblicato sul sito web TED <https://ted.europa.eu/>, sezione *Avviso volontario per la trasparenza ex ante* (Direttiva 2014/24/CE) e sul profilo committente di quest'ARNAS Garibaldi, Sezione "Per il fornitore – Avvisi e bandi di gara".

Per eventuali informazioni di natura amministrativa contattare:

- Dott.ssa Carmela Angiolillo Assistente Amministrativo presso UOC Provveditorato ed Economato
email: cangiolillo@arnasgaribaldi.it – tel. 0957594840.

L'istruttore
Dott.ssa Carmela Angiolillo



Il Responsabile UOC
Settore Provveditorato ed Economato
Dott. Ing. Valentina Russo


Specifiche tecniche

Sistema per chirurgia radioguidata per la ricerca del linfonodo sentinella dotato di n. 2 sonde senza fili e unità centrale

Caratteristiche tecniche sonda n°1 (uno) senza fili

1. Diametro della sonda non superiore a 13 mm.
2. Peso contenuto e bilanciamento adeguato.
3. Cristallo di rilevazione: LYSO (Ortosilicato di Lutezio-Ittrio)
4. Range energetico: da 24 keV a 511 keV.
5. Compatibilità: con 99m-Tecnezio, 57-Cobalto, In-111, I-131.
6. Risoluzione energetica non inferiore a: 11% a 140 KeV
7. Sensibilità non inferiore a 2000 cps/MBq con sorgente a 3 cm di distanza.
8. Risoluzione spaziale: FWHM non superiore a 40 mm a 3 cm di distanza.
9. Elevata efficienza della schermatura laterale del collimatore, non inferiore al 99% per 99m-Tc
10. Sterilizzabile.
11. Durata batteria ricaricabile non inferiore a 3 ore
12. Già pronta all'uso senza dover effettuare pre-calibrazione
13. Trasportabile

Caratteristiche tecniche sonda n°2 (due) senza fili

1. Diametro della sonda non superiore a 7 mm.
2. Peso contenuto e bilanciamento adeguato.
3. Cristallo di rilevazione: LYSO (Ortosilicato di Lutezio-Ittrio)
4. Range energetico: da 24 keV a 390 keV.
5. Compatibilità: con 99m-Tecnezio, 57-Cobalto, In-111, I-131.
6. Sensibilità non inferiore a 250 cps/MBq con sorgente a 3 cm di distanza.
7. Risoluzione spaziale: FWHM non superiore a 45 mm a 3 cm.
8. Elevata efficienza della schermatura laterale del collimatore.
9. Sterilizzabile.
10. Durata batteria ricaricabile non inferiore a 3 ore
11. Già pronta all'uso senza dover effettuare pre-calibrazione
12. Trasportabile

Caratteristiche dell'Unità centrale

1. Peso contenuto, facilmente trasportabile e posizionabile in sala operatoria .
2. Dotato di supporto per un posizionamento comodo in sala operatoria in modo tale da garantire la facilità di consultazione dei dati.
3. Software pronto all'uso, di semplice gestione e completo (analisi spettrale, possibilità di salvare i dati e analisi statistica).
4. Software aggiornabile nel tempo.
5. Identificazione automatica della sonda in uso.
6. Batteria interna ricaricabile di durata (non inferiore a 8 ore).
7. Ampio Display luminoso touch-screen con rivestimento antimicrobico e possibilità di collegamento ad un secondo monitor.
8. Generatore di suono a frequenza variabile e con regolatore di volume e di soglia.
9. Buona correlazione tra count-rate e sonoro.
10. Almeno due finestre energetiche separate.
11. Possibilità di stampa dei risultati.
12. Preselezione di almeno due finestre energetiche per i radioisotopi utilizzati più frequentemente con conteggio e stili sonori differenti.
13. Valigia trolley per il trasporto.

L'Azienda dovrà inoltre fornire:

1. documentazione tecnica e dichiarazione di disponibilità a fornire le seguenti sonde con la stessa tipologia di cristallo: sonda laparoscopica, sonda toracoscopica, sonda curva e sonda PET.
2. num.1 (uno) sistema per quality assurance (sorgente 57-Cobalto, distanziatore, protocollo di verifica, etc.)
3. Garanzia pari ad almeno 24 mesi.
4. Assistenza tecnica full risk per tutto il periodo di validità della garanzia (incluse tarature, pezzi di ricambio e danni accidentali).
5. Apparecchiatura sostitutiva durante il tempo di riparazione mediante ricezione, entro 2 gg lavorativi.
6. N.100 (cento) copri-sonda sterili
7. Formazione teorico - pratica del personale utilizzatore con affiancamento per almeno 5 procedure.

IL DIRETTORE U.O.
REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale
e di Alta Specializzazione "Garibaldi"
P.O. GARIBALDI-NESTIMA
Dr. Diego Piazza
Direttore U.O.C. Chirurgia Oncologica
Cod. F.N.I.A.M. 3000845761 - Iscr. Ordine 795/97