

Catania, 19.03.2024

Prot. n. 370/IC

Allegati n. 1

1. FDL n. 2024011921 del 18.03.2024;

ascalialia@arnasgaribaldi.it

fraso@arnasgaribaldi.it

gmanciagli@arnasgaribaldi.it

aogaribaldi@sicge.net

dino.dorto@ge.com

provveditorato@arnasgaribaldi.it

Al RUP del contratto.

**Al Direttore della U.O.C.
Otorinolaringoiatria del P.O. Garibaldi
Nesima.**

E p.c.

**Al Direttore Medico di Presidio P.O.
Nesima**

**Alla RTI GE Medical Systems s.p.a.,
Philips s.p.a., ConMed scarl**

Al Settore Provveditorato

Oggetto: Riscontro attività di collaudo dell'ordine 586 del 10.11.2023 colonna video-endoscopica per otorinolaringoiatria ambulatoriale, presso l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria del P.O. Garibaldi Nesima.

Preso atto dell'incontro avvenuto in data 18.03.2024 con la ditta E.F.M presso il reparto di ORL del P.O. Garibaldi Nesima, si trasmette a codesto Ufficio il FDL inerente le attività di cui in oggetto.

Si precisa che, come riportato nel foglio di lavoro, il collaudo è stato sospeso in quanto sono state riscontrate le seguenti criticità/assenza di caratteristiche di minima:

- Monitor Portatile: Assenza standard Full HD, assenza della tastiera (Virtuale o fisica) per l'inserimento dei dati paziente
- Assenza della licenza DICOM per il processore M-ECO D;
- Assenza della tastiera per il processore M-ECO D;
- Assenza del manuale di Service dell'intero sistema;
- Presenza di tot. N. 3 Nasofaringoscopi flessibile digitali diretti, anziché di n. 2 fibro nasofaringoscopi flessibili, n. 1 Nasofaringoscopia flessibile digitale diretto come da prescrizione CT.


**Azienda Ospedaliera
di rilievo nazionale e di alta specializzazione "GARIBALDI"
Catania**

Come da FDL allegato, l'attività collaudo è stata sospesa in attesa che la ditta fornisca riscontri le criticità di cui sopra entro la data del 26.03.2024.

Si chiarisce altresì che in assenza di riscontro puntuale, ovvero di non riscontro non coerente alle richieste di capitolato, la fornitura non potrà essere accettata in quanto non conforme a quanto richiesto ed ordinato e pertanto, sarà cura di questo Ufficio trasmettere al RUP del contratto la documentazione presentata per lo svolgimento delle attività amministrative necessarie, ai sensi del codice degli appalti pubblici.

Distinti saluti




Il Responsabile
U.O.S Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici Aziendali
Ing. Pasquale Casillo



ARRIVO
n. prot. <u>364/11C</u>
Data: <u>19.03.2023</u>

RAPPORTO INTERVENTO

Fdl <u>2024011921</u>		Data apertura:			
Inizio intervento: data <u>19/03/24</u> Ora <u>10:30</u>		Risoluzione intervento: data <u>19/03/24</u> Ora <u>12:00</u>			
Manutentore:					
IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA					
N. INVENTARIO: <u>8</u>	Azienda:	PRESENZA:			
Presidio: <u>CARIBALDI NESIMA</u>	Tipo app.: <u>COLONNA VIDEO ENDOSCOPICA</u>				
Reparto: <u>OTORINOLARIA</u>	Produttore: <u>HO ELECTRONICS</u>				
Ubicazione:	Modello:				
	Matricola:				
STATO FUNZIONALE:		RICHIEDENTE / TEL.			
GUASTO SEGNALATO					
GUASTO RICONTRATO		BLOCCANTE <input type="checkbox"/>	NON BLOCCANTE <input type="checkbox"/>		
DESCRIZIONE INTERVENTO					
<p>IN DATA ODIERNA È DATA ESECUITA L'ATTIVITÀ DI COLLAUDO IN CONTRAAMBULATORIO CON LA DITTA EPA È CON LA PRESENZA DEL REPARTO IL REPARTO HA RILEVATO LE SEGUENTI CRITICITÀ / MANCANZE VERIFICATE IN CONTRAAMBULATORIO CON LA DITTA FORNITRICE: STANDARD FHD SU PROCESSORE / MONITOR PORTATILE; ASSENZA TASTIERA CHE CONSENTE DIGITAZIONE MANI PAZIENTE SU MONITOR PORTATILE; ASSENZA LICENZA DICOM SU PROCESSORE ECO HD USB; TASTIERA STANDARD ITA SU PROCESSORE ECO HD USB; N. 2 FIBRONAB FARMACOSCOPI FLESSIBILI ASSENTI; ASSENZA COPIE MANUALE DI SERVICE DEL PARTI COMPONENTI. L'ATTIVITÀ DI COLLAUDO VIENE SOSPESA IN ATTESA CHE IL FORNITORE RICONTRA LE MANCANZE DI CUI SOPRA. LA DITTA SI IMPEGNA A RICONTRARE ENTRO IL 26/03/2024 ENTRO LE ORE 13:00</p>					
Tecnico: _____		Ore Lavoro: _____	Ore viaggio: _____		
MATERIALI IMPIEGATI					
Codice	Descrizione	Q.tà	Codice	Descrizione	Q.tà

Firma del tecnico 	Cognome e nome dell'utente in stampatello X LA DITTA FORNITRICE 	Timbro e firma dell'utente  <div style="font-size: small; text-align: center;"> OSPEDALIERA S. CARLO ASCOLI - TOMASELLI U.O. DI ORL CARIBALDI - NESIMA Via S. RABO 73042 MOTTOLONE </div>
--	--	---



Ingegneria Clinica . <ingegneriaclinica@arnasgaribaldi.it>

Rapporto di collaudo sospeso

1 messaggio

Conmed <salvatorefiorenza.conmed@gmail.com>
A: Ingegneria Clinica <ingegneriaclinica@arnasgaribaldi.it>
Cc: "D'Orto, Dino (GE HealthCare, consultant)" <dino.dorto@ge.com>


18 marzo 2024 alle ore 14:50

Buonasera

come da oggetto in allegato Rapporto di collaudo sospeso ordine op-2023-568.

Saluti

Salvatore Fiorenza
3472750098

 **Rapporto di collaudo sospeso E.F.M..pdf**
108K