

Procedura di gara aperta sulla piattaforma telematica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera e) del D.lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di contratti ponte per la fornitura, della durata di mesi 12, di materiale specialistico vario — RDO n. 4312564

VERBALE DI GARA N. 2

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di Luglio alle ore 10:00 presso i locali del Settore Provveditorato dell'ARNAS Garibaldi di Catania siti in Piazza S. Maria di Gesù n. 5, si riunisce il seggio di gara nominato con disposizione prot. n. 73 del 18.06.2024, per il proseguo delle operazioni di gara afferenti alla RDO n 3513456

Il Seggio di gara è composto:

- Dott.ssa Roberta Gennarino– RUP
- Dott. Olga Marletta -Componente
- Dott.ssa Elda Maria Lanzafame – Componente


Constata la regolare composizione del seggio di gara si procede all'apertura dei lavori.

Visto il verbale n.1 che qui si intende integralmente richiamato e trascritto;

Preso atto dell'avvenuta acquisizione in data 15.07.2024 del verbale della commissione tecnica di giorno 10.07.2024,

Il seggio di gara procede a dare lettura del verbale della commissione tecnica di cui si riporta estratto:

CAPITOLATO TECNICO					
LOTTO 1	DESCRIZIONE	DITTA	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
		SORAMED			
	Sistemi di irrigazione per endoscopia urologica con pompa manuale ergonomica con doppia valvola, con sistema a T con connettore valvolato in silicone, sistema per inserire mezza di contrasto e lavaggio, doppia spilla		SI		
LOTTO 4		DITTA	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
		LEMAITRE VASCULAR	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
LOTTO 4	Catetere per embolectomia arteriosa ad una via con marcatura ogni 10 cm su tutta la lunghezza, corpo in Pebax copolimero Radipac in tutte le misure, connettore fuer-lock mandrino in acciaio inox, codice colore associato alle diverse misure, confezione singola e sterile in tubo rigido di materiale plastico nelle seguenti misure e tipologie:				
voce a)	palloncino in lattice diametro da 2 a 7 Fr lunghezza 40-50-80 cm		SI		
voce b)	palloncino in silicone diametro da 2 a 7 Fr lunghezza 40-60-80 cm		SI		
voce c)	a due vie con possibilità di inserimento su guida angiografica diametro 3 a 7Fr lungo da 40 a 80cm. Completo di siringa per il gonfiaggio del palloncino. Il dispositivo da 5,5 Fr è in grado di ospitare una guida angiografica da 0,035".		SI		
		EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.R.L.	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
LOTTO 4	Catetere per embolectomia arteriosa ad una via con marcatura ogni 10 cm su tutta la lunghezza, corpo in Pebax copolimero Radipac in tutte le misure, connettore fuer-lock mandrino in acciaio inox, codice colore associato alle diverse misure, confezione singola e sterile in tubo rigido di materiale plastico nelle seguenti misure e tipologie:				
voce a)	palloncino in lattice diametro da 2 a 7 Fr lunghezza 40-60-80 cm			NO	manca calibro 2 Fr
voce b)	palloncino in silicone diametro da 2 a 7 Fr lunghezza 40-60-80 cm			NO	manca calibro 2 Fr ed assenza catetere in silicone
voce c)	a due vie con possibilità di inserimento su guida angiografica diametro 3 a 7Fr lungo da 40 a 80cm. Completo di siringa per il gonfiaggio del palloncino. Il dispositivo da 5,5 Fr è in grado di ospitare una guida angiografica da 0,035".		SI		
LOTTO 5		DITTA	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
		SORAMED	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
LOTTO 5	Catetere vescicale a 2 vie in silicone medicale 100% trasparente, con palloncino da 0 a 50ml, punta Tiemann radiopaca, Latex free. Lunghezza cm 41. Misure 8/10/12/14/16/18/20/22/24			NO	lunghezza inferiore a 41 cm e assenza calibro misure 8 e 10
		MEDICAL LUME	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
LOTTO 5	Catetere vescicale a 2 vie in silicone medicale 100% trasparente, con palloncino da 0 a 50ml, punta Tiemann radiopaca, Latex free. Lunghezza cm 41. Misure 8/10/12/14/16/18/20/22/24		SI		
		COLOPLAST	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
LOTTO 5	Catetere vescicale a 2 vie in silicone medicale 100% trasparente, con palloncino da 0 a 50ml, punta Tiemann radiopaca, Latex free. Lunghezza cm 41. Misure 8/10/12/14/16/18/20/22/24.		SI		



1


LOTTO 6		DITTA	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
LOTTO 6		BS MEDICAL S.R.L.	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
voce a)	Occhiale chirurgico su montatura in materiale sintetico con stanghette laterali in gomma idrofilica, per aumentare la stabilità della montatura con ottiche con sistema galileiano compatte, montate attraverso lenti. Possibilità di effettuare la correzione ottica. Telescopio integrato alla lente avanti le seguenti caratteristiche: deve montare lenti galileiane con ingrandimento da 2,5 x a 4,5 x circa con diverse soluzioni di distanza di lavoro. Con lenti ricoperte ad alta densità. Riduzione allo 0,5 % della riflettanza. Possibilità di effettuare la correzione ottica.			NO	le lenti non arrivano a 4,5x [2,5-3 x per le galileiane]
voce b)	Fonte luce led con adattatore avente le seguenti caratteristiche: luminosità circa 100000 lux.			NO	da 33 a 68 mila lux
		L'ANTINFORTUNISTICA	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
voce a)	Occhiale chirurgico su montatura in materiale sintetico con stanghette laterali in gomma idrofilica, per aumentare la stabilità della montatura con ottiche con sistema galileiano compatte, montate attraverso lenti. Possibilità di effettuare la correzione ottica. Telescopio integrato alla lente avanti le seguenti caratteristiche: deve montare lenti galileiane con ingrandimento da 2,5 x a 4,5 x circa con diverse soluzioni di distanza di lavoro. Con lenti ricoperte ad alta densità. Riduzione allo 0,5 % della riflettanza. Possibilità di effettuare la correzione ottica.			NO	occhiali non compatibili con lampada da 100.000 lux
voce b)	Fonte luce led con adattatore avente le seguenti caratteristiche: luminosità circa 100000 lux.			SI	
		ELLEPPI SURGICAL S.R.L.	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
voce a)	Occhiale chirurgico su montatura in materiale sintetico con stanghette laterali in gomma idrofilica, per aumentare la stabilità della montatura con ottiche con sistema galileiano compatte, montate attraverso lenti. Possibilità di effettuare la correzione ottica. Telescopio integrato alla lente avanti le seguenti caratteristiche: deve montare lenti galileiane con ingrandimento da 2,5 x a 4,5 x circa con diverse soluzioni di distanza di lavoro. Con lenti ricoperte ad alta densità. Riduzione allo 0,5 % della riflettanza. Possibilità di effettuare la correzione ottica.		SI		
voce b)	Fonte luce led con adattatore avente le seguenti caratteristiche: luminosità circa 100000 lux.		SI		
		MEDICAL INSTRUMENTS	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
voce a)	Occhiale chirurgico su montatura in materiale sintetico con stanghette laterali in gomma idrofilica, per aumentare la stabilità della montatura con ottiche con sistema galileiano compatte, montate attraverso lenti. Possibilità di effettuare la correzione ottica. Telescopio integrato alla lente avanti le seguenti caratteristiche: deve montare lenti galileiane con ingrandimento da 2,5 x a 4,5 x circa con diverse soluzioni di distanza di lavoro. Con lenti ricoperte ad alta densità. Riduzione allo 0,5 % della riflettanza. Possibilità di effettuare la correzione ottica.		SI		
voce b)	Fonte luce led con adattatore avente le seguenti caratteristiche: luminosità circa 100000 lux.		SI		
		APTIVA MEDICAL S.R.L.	CONFORMITA'	NON CONFORMITA'	MOTIVAZIONE DI NON CONFORMITA'
voce a)	Occhiale chirurgico su montatura in materiale sintetico con stanghette laterali in gomma idrofilica, per aumentare la stabilità della montatura con ottiche con sistema galileiano compatte, montate attraverso lenti. Possibilità di effettuare la correzione ottica. Telescopio integrato alla lente avanti le seguenti caratteristiche: deve montare lenti galileiane con ingrandimento da 2,5 x a 4,5 x circa con diverse soluzioni di distanza di lavoro. Con lenti ricoperte ad alta densità. Riduzione allo 0,5 % della riflettanza. Possibilità di effettuare la correzione ottica.		SI		
voce b)	Fonte luce led con adattatore avente le seguenti caratteristiche: luminosità circa 100000 lux.		SI		

Sono ammessi quindi alla successiva fase di gara gli operatori economici che hanno presentato offerta conforme.

A questo punto, ultimate anche a sistema le operazioni relative alla fase di verifica della documentazione amministrativa e documentazione tecnica il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Vengono pertanto scaricate e visionate le offerte economiche degli operatori economici, che risultano essere firmate digitalmente e correttamente formulate nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara, con le seguenti risultanze:

LOTTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO
1	SORAMED	10750,00
4	LEMAITRE VASCULAR	8600,00
5	MEDICAL LUME	19980,00
5	COLOPLAST	9450,00
6	ELLEPPI SURGICAL S.R.L.	21160,00
6	MEDICAL INSTRUMENTS	19950,00
6	APTIVA MEDICAL S.R.L.	27100,00

 2

Il Seggio di Gara stabilisce, ai sensi dell'art. 90, comma 1 lettera d) del Dlgs 36/2023, di procedere alla notifica del presente verbale a tutti gli Operatori Economici concorrenti mediante la sezione "Comunicazione" di CONSIP e tramite pubblicazione sul profilo committente di questa Azienda alla voce "Bandi di gara e capitolati di appalto".

Il Seggio di gara prende, dunque, atto della graduatoria di merito per come di seguito riportata

LOTTO	Posizione	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO
1	1	SORAMED	10.750,00 €
4	1	LEMAITRE VASCULAR	8.600,00 €
5	1	COLOPLAST	9.450,00 €
5	2	MEDICAL LUME	19.980,00 €
6	1	MEDICAL INSTRUMENTS	19.950,00 €
6	2	ELLEPPI SURGICAL S.R.L.	21.160,00 €
6	3	APTIVA MEDICAL S.R.L.	27.100,00 €

Il Seggio di gara procede concludere a sistema la valutazione delle offerte economiche e ad effettuare la proposta di aggiudicazione per come di seguito:

LOTTO	OPERATORE ECONOMICO	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO
1	SORAMED	10.750,00 €
4	LEMAITRE VASCULAR	8.600,00 €
5	COLOPLAST	9.450,00 €
6	MEDICAL INSTRUMENTS	19.950,00 €

A questo punto, il RUP provvederà ad eseguire i dovuti controlli ai fini della comprova del possesso dei requisiti di partecipazione ordine generale di cui all'art. 99 del D. lgs 36/2023.

Subordinatamente all'acquisizione della necessaria documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di gara, il RUP formulerà alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione della presente fornitura.

Del ché alle ore 11:40 viene chiuso il seguente verbale composto di n. 3 pagine che letto e confermato viene sottoscritto come segue.

Dott. Roberta Gennarino – Rup

Dott.ssa Olga Marletta –Componente

Dott.ssa Elda Maria Lanzafame – Componente