

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
"GARIBALDI"
Catania

DELIBERAZIONE N. 04 del 05 GEN. 2024

Oggetto: Aggiudicazione della procedura in e-procurement sulla piattaforma www.acquistinretepa.it ai sensi dell'articolo 50, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, per la fornitura di materiale di consumo dedicato, destinato alla sterilizzazione delle sale operatorie dei presidi dell'ARNAS


Proposta N. 04 del - 3 GEN. 2024


STRUTTURA PROPONENTE

U.O.C. Provveditorato ed Economato

Piano degli investimenti	Anno <u> </u> nr <u> </u>
Piano biennale degli acquisti di forniture e servizi	Biennio <u> </u> / <u> </u>


Il RUP
(Dott.ssa Alessandra Scalia)


Il Dirigente Responsabile
UOS Farmaci e Dispositivi Medici
(Dott.ssa Olga Marletta)


Il Responsabile UOC
~~Provveditorato ed Economato~~
(Dott. Ing. Valentina Russo)

Registrazione Contabile

Budget 2024

Conto 20001000043

Importo euro 123.521,58 iva inclusa

Aut. 104 sub Veri

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità


Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

il Commissario Straordinario, dott. Fabrizio De Nicola,

nominato con D.A. n. 53 del 29.12.2022 (rettificato con D.A. 1/2023), e prorogato con D.A. 28/2023 e successivo

D.A. n. 32/2023/Gab

con l'assistenza del Segretario, dott. Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi ha adottato la seguente deliberazione

Il Responsabile della UOC Provveditorato ed Economato

Premesso che con e-mail del 24.11.2023, acquisita al protocollo del Settore Provveditorato in data 27.11.2023 al n. 10395, il Dirigente Farmacista Responsabile della Gestione delle Sale Operatorie e *ad interim* del P.O. Garibaldi Centro – Dipartimento delle Emergenze DEA ha richiesto l'avvio di una procedura per la fornitura del materiale di consumo dedicato alle sterilizzatrici STERRAD in dotazione ai presidi dell'ARNAS, nelle more della nuova procedura di gara avente ad oggetto i lotti andati deserti nella precedente gara per la fornitura di materiale specialistico per varie discipline;

Che nella successiva e-mail del 30.11.2023 il predetto Dirigente Farmacista ha sottolineato che *"trattasi di materiale indispensabile per la sterilizzazione delle sale operatorie del P.O. Garibaldi Nesima e Centro"*;

Che i prodotti richiesti sono i seguenti:

KIT ACCESSORI PER STERRAD 100S - BLOCK 2.0 -1.8 - pezzi n.10

CASSETTE STERRAD NX CONTENENTI PEROSSIDO D'IDROGENO, 5 CICLI X CASSETTA - pezzi n. 285

CASSETTE STERRAD CONTENENTI PEROSSIDO D-IDROGENO, 5 CICLI X CASSETTA- pezzi n. 300

ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 100 MM X 70 M – pezzi n. 18

ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 150 MM X 70 M – pezzi n. 36

ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 200 MM X 70 M – pezzi n. 8

ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 250 MM X 70 M – pezzi n. 68

ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 420 MM X 70 M - pezzi n. 18

ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 500 MM X 70 M - pezzi n. 6

ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 350 MM X 70 M – pezzi n. 24

INDICATORE CHIMICO STERRAD A STRISCIA – pezzi n. 7

DIFFUSORI STERRAD DI H2 O2 PER LUME INTERNO – pezzi n. 120

INDICATORE BIOLOGICO STERRAD VELOCITY A LETTURA RAPIDA – pezzi n. 30

CASSETTE STERRAD 100NX CONTENENTI PEROSSIDO DI IDROGENO- pezzi n. 328;

Accertato che il valore presunto della presente fornitura, rientra nei limiti di importo di € 140.000,00, IVA esclusa, che consente l'applicazione delle disposizioni procedurali di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 36/2023;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023: *"Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

Richiamato l'art. 49, comma 1, del D.lgs. 36/2023, che dispone: *"Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione"*, con ciò riferendosi alla Parte I – Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee;

Richiamato, altresì, il comma 2 del predetto art. 49 che recita: *"In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi"*;

Richiamato, ancora, il comma 4 dello stesso art. 49 che dispone: *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”*;

Dato atto che il Settore Provveditorato ha avviato sul MEPA la Trattativa Diretta tramite RDO n. 3888891/2023 con la quale ha richiesto all'Operatore Economico ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALY SRL, di trasmettere, unitamente alla documentazione amministrativa dettagliata nella lettera invito prot. n. 10619 del 04.12.2023, offerta economica per la fornitura di cui trattasi;

Considerato che la suddetta società, entro il termine stabilito di giorno 11.12.2023 ore 12,30, ha riscontrato la richiesta di questa Azienda, procedendo a trasmettere i seguenti documenti:

- 1) Lettera invito, DGUE, Patto di integrità, Codice di comportamento;
- 2) Offerta economica generata dal sistema;
- 3) Dettaglio di offerta economica contenente le specifiche di cui all'Allegato 1 alla lettera invito;
- 4) Dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, resa dal legale rappresentante in ordine agli ultimi due prezzi praticati per la fornitura di detti prodotti presso strutture sanitarie pubbliche e/o private in ambito regionale/statale;
- 5) Dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante in merito alla compatibilità esclusiva del materiale con le apparecchiature in dotazione dell'ARNAS;
- 6) Schede tecniche e manuale uso;
- 7) PASSOE;

Che con nota prot. n. 10970 del 14.12.2023 il Settore Provveditorato ha trasmesso al Dirigente Farmacista richiedente le schede tecniche dei prodotti offerti, al fine di acquisire il parere di conformità/non conformità degli stessi;

Che con e-mail del 17.12. 2023 il predetto Dirigente Farmacista ha confermato la conformità dei prodotti offerti ed attestato la corrispondenza dei codici presentati con quelli richiesti;

Preso atto che l'offerta economica prot. n. IT23T03424 del 05.12.2023, presentata dall'Operatore Economico concorrente indica nel dettaglio i prodotti richiesti ed il prezzo offerto per ogni singolo prodotto, come riassunto nella tabella che segue:

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Fabb. richiesto PZ	CND	RDM	n. pezzi in conf. di vendita	Prezzo unit. listino	Prezzo conf. listino	sconto sul prezzo di listino	Prezzo unit. offerto	Prezzo conf. offerto	Prezzo Totale offerto	IVA %
20224	KIT ACCESSORI 100S, 12 scatole racc. cass.; 3 nastri stamp., 12 rotoli carta, 5 piatti vapor	10	N/A	N/A	1	€ 335,00	€ 335,00	10,00%	301,50 €	301,50 €	3.015,00 €	22%
10133	CASSETTE STERRAD NX™ CONTENENTI PEROSSIDO DI IDROGENO	285	S900101	1999619	5	€ 90,80	€ 454,00	36,40%	57,75 €	288,75 €	16.458,75 €	22%
10113	CASSETTE STERRAD™ 100S CONTENENTI PEROSSIDO DI IDROGENO	300	S900101	1999620	5	€ 113,00	€ 565,00	10,09%	101,50 €	508,00 €	30.480,00 €	22%
12410	ROTOLO STERRAD™ IN TYVEK® 4057B CON INDICATORE CHIMICO 100 mm x 70 mt	18	S01020201	N/A	6	€ 64,25	€ 385,50	34,63%	42,00 €	252,00 €	756,00 €	22%
12415	ROTOLO STERRAD™ IN TYVEK® 4057B CON INDICATORE CHIMICO 150 mm x 70 mt	36	S01020201	N/A	4	€ 88,50	€ 354,00	35,93%	56,70 €	226,80 €	2.041,20 €	22%

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Fabb. richiesto PZ	CND	RDM	n.pezzi in conf. di vendita	Prezzo unit. listino	Prezzo conf. listino	% di sconto sul prezzo di listino	Prezzo unit. offerto	Prezzo conf. offerto	Prezzo Totale offerto	IVA %
12420	ROTOLO STERRAD™ IN TYVEK® 4057B CON INDICATORE CHIMICO 200 mm x 70 mt	8	S01020201	N/A	4	€ 116,40	€ 465,60	35,05%	75,60 €	302,40 €	604,80 €	22%
12425	ROTOLO STERRAD™ IN TYVEK® 4057B CON INDICATORE CHIMICO 250 mm x 70 mt	68	S01020201	N/A	4	€ 125,65	€ 502,60	36,07%	80,33 €	321,30 €	5.462,10 €	22%
12442	ROTOLO STERRAD™ IN TYVEK® 4057B CON INDICATORE CHIMICO 420 mm x 70 mt	18	S01020201	N/A	2	€ 204,90	€ 409,80	34,41%	134,40 €	268,80 €	2.419,20 €	22%
12450	ROTOLO STERRAD™ IN TYVEK® 4057B CON INDICATORE CHIMICO 500 mm x 70 mt	6	S01020201	N/A	2	€ 239,20	€ 478,40	35,91%	153,30 €	306,60 €	919,80 €	22%
12435	ROTOLO STERRAD™ IN TYVEK® 4057B CON INDICATORE CHIMICO 350 mm x 70 mt	24	S01020201	N/A	2	€ 177,00	€ 354,00	35,93%	113,40 €	226,80 €	2.721,60 €	22%
14100*	INDICATORE CHIMICO A STRISCIA	7	S900199	N/A	1000	€ 0,40	€ 400,00	37,00%	0,25 €	252,00 €	1,76 €	22%
15400-020*	DIFFUSORI DI H2O2 PER LUME INTERNO	120	S900102	2000518	20	€ 5,50	€ 110,00	10,00%	4,95 €	99,00 €	594,00 €	22%
43210-30	Indicatore Biologico STERRAD VELOCITY™ a lettura rapida (30 file)	30	N/A	N/A	30	€ 12,20	€ 366,00	46,72%	6,50 €	195,00 €	195,00 €	22%
10144	CASSETTE STERRAD™ 100NX CONTENENTI PEROSSIDO DI IDROGENO	328	S900101	1999679	2	€ 131,00	€ 262,00	17,18%	108,50 €	217,00 €	35.588,00 €	22%
IMPORTO TOTALE OFFERTO										101.257,21 €		

Che, con riferimento alla dichiarazione da rendere ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 da parte del legale rappresentante in ordine agli ultimi due prezzi praticati per la fornitura dei detti in questione presso strutture sanitarie pubbliche e/o private in ambito regionale/statale, tramite comunicazione MEPA con nota prot. n. 10878 del 12.12.2023 il Settore Provveditorato ha segnalato all'Operatore Economico di avere rintracciato quotazioni inferiori riservate per i codici 10113 e 10144 ad altra Azienda sanitaria (cfr. determina dirigenziale n. 3737 del 29.03.2023 ASP di Caserta) rispetto a quelli riservati a questa ARNAS Garibaldi;

Che, in riscontro alla citata nota prot. n. 10878 del 12.12.2023, tramite stesso mezzo, con non nota del 15.12.2023 la ditta ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALY SRL ha trasmesso l'offerta economica prot. n. IT23IM03440 del 15. 12.2023 con la quale ha revisionato i prezzi per i codici 10113 e 10144, come di seguito:

Codice prodotto	Descrizione prodotto	Fabb. richiesto PZ	CND	RDM	n.pezzi in conf. di vendita	Prezzo unit. listino	Prezzo conf. listino	% di sconto sul prezzo di listino	Prezzo unit. offerto	Prezzo conf. offerto	Prezzo Totale offerto	IVA %
10113	CASSETTE STERRAD™ 100S CONTENENTI PEROSSIDO DI IDROGENO	300	S900101	1999620	5	€ 113,00	€ 565,00	18,00%	92,66 €	463,30 €	27.798,00 €	22%
10144	CASSETTE STERRAD™ 100NX CONTENENTI PEROSSIDO DI IDROGENO	328	S900101	1999679	2	€ 131,00	€ 262,00	18,00%	107,42 €	214,84 €	35.283,76 €	22%

chiarendo che la determina dirigenziale n. 3737 del 29.03.2023 dell'ASP di Caserta non è più in corso di validità, a seguito di nuova procedura di gara e conseguente nuovo affidamento di cui alla determina dirigenziale n. 10337 del 31.08.2023 della medesima ASP di Caserta, successivamente trasmessa in data 18.12.2023;

Preso atto della necessità di acquisire il materiale in parola dalla Ditta ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALY SRL, attese le avvertenze di cui a Manuale d'uso dell'apparecchiatura, secondo le quali: *"SOLO TECNICI SPECIALIZZATI E FORMATI DA ASP DEVONO ESEGUIRE LE OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O REGOLAZIONE DELL'UNITÀ. LE RIPARAZIONI E LE REGOLAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO E BEN ADDESTRATO ALLA MANUTENZIONE E ALLA RIPARAZIONE DELLO STERILIZZATORE STERRAD®. L'USO DI PARTI NON AUTORIZZATE PUÒ ESSERE PERICOLOSO NONCHÉ ANNULLARE LA GARANZIA DELL'UNITÀ. L'USO DI PARTI NON AUTORIZZATE PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE O RIPARAZIONE PUÒ PROVOCARE INFORTUNI ALLE PERSONE, DETERMINARE COSTOSI DANNI ALLO STERILIZZATORE O CAUSARNE IL Malfunzionamento, NONCHÉ ANNULLARE LA GARANZIA"*;

Preso atto, altresì, della dichiarazione datata 03.12.2023 e resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante in merito alla compatibilità esclusiva del materiale con le apparecchiature in dotazione dell'ARNAS, ed in particolare dei documenti ad essa allegati denominati "Conformità allo standard UNI EN ISO 14937 dei sistemi di sterilizzazione STERRAD™ " e "Buste e rotoli STERRAD™ in TYVEK® 4057B validazione nel sistema STERRAD™", entrambi datati 28.04.2023;

Preso atto, pertanto, che nella presente fattispecie ricorre l'ipotesi di cui al sopra citato comma 4 dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023;

Considerato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Preso atto dell'esito positivo dei controlli ex art. 52 del D.Lgs n. 36/2023, posti in essere nei confronti della ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALY SRL da questa stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico;

Preso atto della necessità di assicurare la fornitura dei prodotti in argomento, manifestata dal Dirigente Farmacista richiedente nella sopra citata e-mail del 30.11.2023, in quanto *"materiale indispensabile per le sale operatorie del P.O. Garibaldi di Nesima e Centro"*, nelle more dell'indicenda nuova procedura di gara, questa stazione appaltante procederà alla immediata risoluzione del contratto, in caso di esito negativo del superiore accertamento, giusta previsione di cui al comma 2 del citato articolo 52 del D.Lgs n. 36/2023;

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Propone

per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

di prendere atto dell'esito positivo dei controlli ex art. 99 del D.Lgs n. 36/2023, posti in essere nei confronti della ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALY SRL da questa stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico;

di affidare alla ditta ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALY SRL, CF. - P.IVA 10491670963, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 la fornitura di materiale di consumo dedicato, destinato alla sterilizzazione delle sale operatorie dei presidi dell'ARNAS per l'importo complessivo di euro 101.247,19 iva esclusa ed euro 123.521,58 iva inclusa;

di riservarsi di procedere alla stipula del contratto tramite l'apposita funzione prevista dalla piattaforma MEPA;

di riservarsi, nelle more della stipula, previa richiesta inoltrata dalla U.O.C. di Farmacia, l'esecuzione in urgenza della fornitura, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023;

di riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso il rapporto contrattuale che procede dal presente provvedimento, nel caso dovesse intervenire, *medio tempore*, aggiudicazione della nuova procedura di gara, avente ad oggetto i lotti andati deserti nella precedente gara per la fornitura di materiale specialistico per varie discipline;

di nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, la dott.ssa Alessandra Scalia, collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato ed Economato.

di nominare la seguente la struttura tecnica amministrativa di supporto al RUP, come segue:

- quale responsabile del procedimento amministrativo per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023, la dott.ssa Cecilia Testa, Dirigente Farmacista Responsabile della Gestione delle Sale Operatorie e *ad interim* del P.O. Garibaldi Centro-Dipartimento delle Emergenze DEA;
- sig. Agatino Motta, assistente amministrativo presso l'UOC Farmacia, in qualità di collaboratore alle attività del RUP relativamente al caricamento dei prodotti in anagrafica aziendale;
- dott. Vincenzo Murgana, assistente informatico presso l'UOC Provveditorato ed Economato, in qualità di collaboratore alle attività del RUP relativamente alla creazione del contratto informatico con l'Operatore Economico;
- sig. Domenico Messina assistente amministrativo presso UOC Provveditorato ed Economato, in qualità di collaboratore alle attività del RUP relativamente alla liquidazione delle fatture.

di riservarsi di quantificare l'importo dell'incentivo previsto per funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 con successivo provvedimento, alla luce del nuovo Regolamento che verrà adottato da quest'ARNAS Garibaldi;


di imputare la spesa di euro 123.521,58 iva inclusa sull'autorizzazione di spesa n. 104 sub vari, anno 2024 Conto Economico 20001000043 "Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione";

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L. 190/2012,

Allegati (D.lgs. n. 196/2003 e n. 101/2018), parte integrante:

1. e-mail del 24.11.2023 del Dirigente Farmacista Responsabile della Gestione delle Sale Operatorie e *ad interim* del P.O. Garibaldi Centro – Dipartimento delle Emergenze DEA;
2. e-mail del 30.11.2023 del Dirigente Farmacista Responsabile della Gestione delle Sale Operatorie e *ad interim* del P.O. Garibaldi Centro – Dipartimento delle Emergenze DEA;
3. "Conformità allo standard UNI EN ISO 14937 dei sistemi di sterilizzazione STERRAD™" del 28.04.2023;
4. "Buste e rotoli STERRAD™ in TYVEK® 4057B validazione nel sistema STERRAD™", del 28.04.2023;

Il Responsabile della UOC Provveditorato ed Economato



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Preso atto della proposta di deliberazione, che qui si intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso Atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal Dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente e, pertanto:

Prendere atto dell'esito positivo dei controlli ex art. 99 del D.Lgs n. 36/2023, posti in essere nei confronti della ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALY SRL da questa stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico.

Affidare alla ditta ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALY SRL, CF. - P.IVA 10491670963, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 la fornitura di materiale di consumo dedicato, destinato alla sterilizzazione

delle sale operatorie dei presidi dell'ARNAS per l'importo complessivo di euro 123.521,58 iva inclusa.

Riservarsi di procedere alla stipula del contratto tramite l'apposita funzione prevista dalla piattaforma MEPA.

Riservarsi, nelle more della stipula, previa richiesta inoltrata dalla U.O.C. di Farmacia, l'esecuzione in urgenza della fornitura, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023.

Riservarsi di risolvere anticipatamente e senza preavviso il rapporto contrattuale che procede dal presente provvedimento nel caso dovesse intervenire, *medio tempore*, aggiudicazione della nuova procedura di gara, avente ad oggetto i lotti andati deserti nella precedente gara per la fornitura di materiale specialistico per varie discipline.

Nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 del D.lgs. 36/2023, la dott.ssa Alessandra Scalia, collaboratore amministrativo professionale presso l'UOC Provveditorato ed Economato.

Nominare la seguente la struttura tecnica amministrativa di supporto al RUP, come segue:

- quale responsabile del procedimento amministrativo per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. 36/2023, la dott.ssa Cecilia Testa, Dirigente Farmacista Responsabile della Gestione delle Sale Operatorie e *ad interim* del P.O. Garibaldi Centro-Dipartimento delle Emergenze DEA;
- sig. Agatino Motta, assistente amministrativo presso l'UOC Farmacia, in qualità di collaboratore alle attività del RUP relativamente al caricamento dei prodotti in anagrafica aziendale;
- dott. Vincenzo Murgana, assistente informatico presso l'UOC Provveditorato ed Economato, in qualità di collaboratore alle attività del RUP relativamente alla creazione del contratto informatico con l'Operatore Economico;
- sig. Domenico Messina assistente amministrativo presso UOC Provveditorato ed Economato, in qualità di collaboratore alle attività del RUP relativamente alla liquidazione delle fatture.

Riservarsi di quantificare l'importo dell'incentivo previsto per funzioni tecniche ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 con successivo provvedimento, alla luce del nuovo Regolamento che verrà adottato da quest'ARNAS Garibaldi.

Imputare la spesa di 123,533,80 iva inclusa sull'autorizzazione di spesa n. 104 sub vari, anno 2024 Conto Economico 20001000043 "Disinfettanti e prodotti per sterilizzazione".

Munire il presente atto della clausola di immediata esecutività, al fine di garantire la continuità dell'attività delle sale operatorie e dell'emergenza.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Giovanni Annino)



Il Direttore Sanitario
(Dott. Giuseppe Giammanco)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario


Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____
e ritirata il giorno _____

L'addetto alla pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Azienda dal _____
al _____ - ai sensi dell'art. 65 L.R. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 L.R. n.
30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania _____

Il Direttore Amministrativo

Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

La presente deliberazione è esecutiva:

☒ immediatamente

☐ perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

☐ a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:

a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____

b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

24/11/23, 11:59

Posta di ARNAS Garibaldi - Richiesta fabbisogni materiale Advanced Sterilization



Dott.ssa Scobie

(Dott.ssa Marletta)

Provveditorato ed Economato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

24/11/23

N

Richiesta fabbisogni materiale Advanced Sterilization

2 messaggi

Cecilia Testa <ctesta@arnasgaribaldi.it>

24 novembre 2023 alle ore 11:36

A: Provveditorato ed Economato <provveditorato@arnasgaribaldi.it>, Olga Marletta <omarletta@arnasgaribaldi.it>

Si richiede giusta procedura, in considerazione della gara Accordo quadro Toracica e altro scaduta il 30/09/2023, di acquisizione materiale occorrente per la sterilizzazione del P.O. Garibaldi Centro e Nesima.
In allegato, si invia prospetto dell'acquisto gennaio/novembre 2023 P.O. Centro e Nesima.

Cordialità

Dott.ssa Cecilia Testa

 STERRAD RICHIESTA.xls
30K

27 NOV. 2023

10395

Cecilia Testa <ctesta@arnasgaribaldi.it>

24 novembre 2023 alle ore 11:45

A: Provveditorato ed Economato <provveditorato@arnasgaribaldi.it>, Olga Marletta <omarletta@arnasgaribaldi.it>

In riferimento a quanto richiesto si precisa che trattasi di materiale dedicato alle sterilizzatrici Sterrad in nostro possesso,
numeri inventario
38379, 38351, 16253, 1033120825, 1033150005, inserito nel capitolato in itinere Lotti deserti gara accordo quadro.

Cordialità

Dott.ssa Cecilia Testa

[Testo tra virgolette nascosto]

 STERRAD RICHIESTA.xls
30K

Rag. Sociale Fornitore	Codice Prodotto	Descrizione Prodotto	Codice Prodotto Forn.	UM
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153322	KIT ACCESSORI PER STERRAD 100S - BLOCK 2.0 -1.8 - LOTTO 411	20224	PZ
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153245	CASSETTE STERRAD NX CONTENENTI PEROSSIDO D'IDROGENO, 5 CICLI X CASSETTA, LOTTO 411	10133	PZ
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153246	CASSETTE STERRAD CONTENENTI PEROSSIDO D-IDROGENO, 5 CICLI X CASSETTA, LOTTO 411	10113	PZ
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153257	ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 100 MM X 70 M - LOTTO 411	12410	PZ
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153258	ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 150 MM X 70 M - LOTTO 411	12415	PZ
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153259	ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 200 MM X 70 M - LOTTO 411	12420	PZ
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153260	ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 250 MM X 70 M - LOTTO 411	12425	PZ
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153261	ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 420 MM X 70 M - LOTTO 411	12442	PZ
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153262	ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 500 MM X 70 M - LOTTO 411	12450	PZ
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153299	ROTOLO STERRAD IN TYVEK 4057B CON INDICATORE CHIMICO 350 MM X 70 M - LOTTO 411	12435	PZ
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153309	INDICATORE CHIMICO STERRAD A STRISCIA - LOTTO 411	14100	PZ
ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS ITALIA S.R.L.	153316	DIFFUSORI STERRAD DI H2 O2 PER LUME INTERNO - LOTTO 411	15400-020	PZ

Quantità GENNAIO/NOVEMBRE	Prezzo	Importo	CONTRATTO
10,00	119,00 €	1.451,62 €	24/2020 ACCORDO QUADRO
285,00	55,00 €	19.121,85 €	24/2020 ACCORDO QUADRO
300,00	62,10 €	22.726,74 €	24/2020 ACCORDO QUADRO
18,00	40,00 €	878,40 €	24/2020 ACCORDO QUADRO
36,00	54,00 €	2.371,34 €	24/2020 ACCORDO QUADRO
8,00	72,00 €	702,72 €	24/2020 ACCORDO QUADRO
68,00	76,50 €	6.345,99 €	24/2020 ACCORDO QUADRO
18,00	128,00 €	2.810,70 €	24/2020 ACCORDO QUADRO
6,00	146,00 €	1.068,50 €	24/2020 ACCORDO QUADRO
24,00	108,00 €	3.162,24 €	24/2020 ACCORDO QUADRO
7,00	240,00 €	2.049,60 €	24/2020 ACCORDO QUADRO
120,00	1,30 €	190,32 €	24/2020 ACCORDO QUADRO

ADVANCED STERILIZATION
PRODUCTS ITALIA S.R.L.

225736 INDICATORE BIOLOGICO
STERRAD VELOCITY A
LETTURA RAPIDA -
SOSTITUZ. LOTTO 411

43210-30

PZ

ADVANCED STERILIZATION
PRODUCTS ITALIA S.R.L.

230076 CASSETTE STERRAD
100NX CONTENENTI
PEROSSIDO DI IDROGENO

10144

PZ

30,00

3,70 €

135,42 €

24/2020
ACCORDO
QUADRO

328,00

212,76 €

44.256,21 €

357/2022

107.271,65 €



Dott.ssa Cecilia

Provveditorato ed Economato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

Prot. n. 10456 del 29.11.2023

2 messaggi

12.2023
[Signature]

Provveditorato ed Economato . <provveditorato@arnasgaribaldi.it>
A: Cecilia Testa <ctesta@arnasgaribaldi.it>

29 novembre 2023 alle ore 10:5

Con la presente si invia in allegato quanto in oggetto

 **Prot. n. 10456 del 29.11.2023.pdf**
510K

Cecilia Testa <ctesta@arnasgaribaldi.it>
A: "Provveditorato ed Economato ." <provveditorato@arnasgaribaldi.it>

30 novembre 2023 alle ore 15:34

In esito alla nota in oggetto, al fine di velocizzare la procedura richiesta in considerazione che trattasi di materiale indispensabile per le sale operatorie del P.O. Garibaldi Nesima e Centro, nelle more di reperire i nuovi codici repertorio, si confermano le referenze dei prodotti richiesti.


Per quanto riguarda il prezzo del codice 10144 riportato nel capitolato, è da riferirsi al prezzo di listino.

Il file, relativo al capitolato inerente la procedura di gara da espletarsi, è stato completato, il ritardo viene motivato dalla complessità dei lotti e dal sopraggiungere di nuove esigenze da parte dell'U.O.O., nonché dalla revisione di codici obsoleti, prezzi da aggiornare, motivati dagli aumenti delle materie prime a livello nazionale.

Cordialità

Dott.ssa Cecilia Testa

[Testo tra virgolette nascosto]



28/04/2023

**CONFORMITA' ALLO STANDARD UNI EN ISO 14937
DEI SISTEMI DI STERILIZZAZIONE STERRAD™**

La conformità dei sistemi di sterilizzazione STERRAD™ viene eseguita secondo le istruzioni del produttore e in accordo con i principi generali della UNI EN ISO 14937. Tutti i materiali usati durante la validazione sono prodotti da o per conto della ASP - Advanced Sterilization Products. Tali materiali sono stati testati, validati ed approvati per l'uso nel processo di sterilizzazione STERRAD™.

ATTENZIONE: L'utilizzo di materiale non approvato dal produttore viola la validazione dello sterilizzatore e potrebbe compromettere la sterilità di ogni articolo.

Pertanto, ASP garantisce la validità dell'intero processo di sterilizzazione in accordo con la UNI EN ISO 14937 solo ed esclusivamente con l'utilizzo del seguente materiale:

Cassette STERRAD™ di perossido di idrogeno - codici 101XX
 Buste e rotoli STERRAD™ in Tyvek® 4057B - codici 125XX, 123XX, 124XX
 Indicatori chimici STERRAD™ a striscia e a nastro - codici 14100, 14202NL
 Indicatore biologico STERRAD™ VELOCITY™ - codici 43210-30, 43210
 Diffusori ed adattatori STERRAD™ - codici 15400-020, 154XX
 Vassoi APTIMAX™ STERRAD™ - codici 136XX, 138XX
 Tappetini STERRAD™ - codici 992XX
 Blocca Strumenti multipli STERRAD™ - codici 994XX
 Piatto vaporizzatore STERRAD™ - codice 03-53046-2-050
 BOX RACCOLTA CASSETTE STERRAD NX, NX ALLClear™ - codice 10306
 Kit Accessori 100S - codice 20224
 Box raccolta Cassette STERRAD™ 100NX, 100NX ALLClear™ - codice 20227

La linea completa di materiale di consumo STERRAD™ è appositamente progettata e realizzata per offrire la sicurezza per l'operatore e la qualità del risultato finale.

In fede,

Lukas Bican Prikrýl

Director RA EU, Israel/ FBS and Tenders

DocuSigned by:

Lukas Bican Prikrýl



Signer Name: Lukas Bican Prikrýl
 Signing Reason: I approve this document
 Signing Time: 28-Apr-2023 | 7:49 AM PDT
 40D39643BAE14FAD8041EA64179C0C90

28/04/2023

**BUSTE E ROTOLI STERRADTM IN TYVEK[®] 4057B
VALIDAZIONE NEL SISTEMA STERRADTM**

Le buste e rotoli STERRADTM in Tyvek[®] 4057B sono realizzati esclusivamente per il confezionamento di strumenti sottoposti a sterilizzazione mediante i sistemi di sterilizzazione STERRADTM

Le buste e rotoli STERRADTM in Tyvek[®] 4057B sono prodotti dalla ASP - ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS, INC - Irvine - Usa e sono distribuiti in esclusiva presso codesto ente dalla Advanced Sterilization Products Italia Srl.

Le buste e rotoli STERRADTM in Tyvek[®] 4057B sono costituiti da due fogli termosaldati. Il primo foglio è in Tyvek[®] tipo 4057B, prodotto in esclusiva dalla DuPont per ASP. Il secondo foglio è trasparente, in accoppiato poliestere e polietilene. Le buste ed i rotoli STERRADTM in Tyvek[®] 4057B contengono l'indicatore chimico di processo STERRADTM integrato.

La ASP certifica che le buste ed i rotoli STERRADTM sono le uniche buste e rotoli testati, validati ed approvati per l'utilizzo nei sistemi di sterilizzazione STERRADTM (STERRADTM 100S, STERRADTM 100NX, STERRAD NXTM, STERRADTM 100NX, e NXTM con ALLClearTM Technology) secondo i seguenti studi:

1. Studi di efficacia della sterilizzazione STERRADTM con le buste e rotoli in Tyvek[®] ASP
2. Studi di mantenimento delle proprietà fisiche/di barriera e studi delle caratteristiche tossicologiche in combinazione con i materiali più comunemente usati per i dispositivi medici
3. Studi di validazione della configurazione dell'indicatore chimico STERRADTM tra le barre termosaldate
4. Studi di stabilità dell'indicatore chimico STERRADTM e shelf-life.

Pertanto, ASP sconsiglia l'utilizzo di materiale di confezionamento che non sia approvato dalla medesima in quanto l'efficacia del processo di sterilizzazione STERRADTM non può essere garantito da ASP se si utilizzano buste e rotoli non validati da quest'ultima.

In fede,

Lukas Bican Prikryl

Director RA EU, Israel/ FBS and Tenders

Tyvek[®] è un marchio di commercio registrato della DuPont

DocuSigned by:

Lukas Bican Prikryl

Signer Name: Lukas Bican Prikryl
Signing Reason: I approve this document
Signing Time: 28-Apr-2023 | 7:48 AM PDT
40D39643BAE14FAD8041EA84179C0C90